

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie**

ul. Rzeźnicza 11  
31-540 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne.  
Numer referencyjny: ZP-10-2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

<p><b>Pytanie nr 1 – OPZ poz. 1</b></p> <p>Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemników 3,5 – 4 l o średnicy otworu wrzutowego 100 mm. Z zachowanie pozostałych parametrów jak wymaganych w SWZ.</p> <p>Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców.</p> <p>W razie odmowy dopuszczenia, oczekujemy wyjaśnienia decyzji Zamawiającego, ze wskazaniem argumentów medycznych i użytkowych, przemawiających za wyłączeniem preferowaniem pojemników z otworem jak w SWZ.</p>	<p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający zmienia OPZ i dopuszcza pojemniki 3,5 – 4 l o średnicy otworu wrzutowego 90-100 mm.</p>
<p><b>Pytanie nr 2 – OPZ poz. 2</b></p> <p>Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika o średnicy otworu wrzutowego 100 mm, z wycięciami do zdejmowania igieł.</p> <p>Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców.</p> <p>W razie odmowy dopuszczenia, oczekujemy wyjaśnienia decyzji Zamawiającego, ze wskazaniem argumentów medycznych i</p>	<p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający zmienia OPZ i dopuszcza pojemniki z otworem o średnicy 90-100 mm.</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza pojemników z wycięciami do zdejmowania igieł. Otwór z wycięciami znacznie utrudnia wyrzucanie igieł z drenami z</p>

użytkowych, przemawiających za wyłącznym preferowaniem pojemników z otworem jak w SWZ.	krwią do pojemnika podczas akcji wyjazdowych, gdzie nie ma miejsca na korzystanie z czerwonych worków i odpady zakaźne wrzucane są do pojemników.
<p><b>Pytanie nr 3 – OPZ poz. 3</b></p> <p>Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika z tworzywa sztucznego na odpady medyczne pojemność 1L. Otwór wrzutowy z zamykanym klipsem gwarantującym bezpieczne przechowywanie materiału zakaźnego. Pojemnik przeznaczony do gromadzenia i zniszczenia zużytych materiałów medycznych i niebezpiecznych, pojemność 1 L, kolor czerwony. Wymiary: średnica zewnętrzna górna: 14 cm, Średnica zewnętrzna dolna: 10,2 cm , Wysokość całkowita: 12,5 cm Średnica otworu wrzutowego: 6 cm Kolor: czerwony. Pojemnik z tworzywa sztucznego podlegającego całkowitej utylizacji. Zaopatrzony w naklejkę na informacje o materiale zakaźnym, posiadający pozytywną opinię PZH.</p> <p>Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców.</p> <p>W razie odmowy dopuszczenia, oczekujemy wyjaśnienia decyzji Zamawiającego, ze wskazaniem argumentów medycznych i użytkowych, przemawiających za wyłącznym preferowaniem pojemników o parametrach jak w SWZ.</p>	<p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający zmienia OPZ i dopuszcza pojemniki o wymiarach: średnica zewnętrzna górna: do 14 cm, Średnica zewnętrzna dolna: do 10,2 cm, wysokość całkowita: 12,5 - 20 cm, średnica otworu wrzutowego: 4 - 6 cm.</p>

Uaktualniony zał. 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawiera plik o nazwie „zał. 1 do SWZ 10-2024 - Opis Przedmiotu Zamówienia – 20240417”.