



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2024-05-14

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy śrub kotwicowych i kaniuli barkowych oraz staplerów liniowych i okrężnych ujęte w 3 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2024-24-D-P-AC

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie 2, pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści stapler z możliwością 7-krotnego przeładowania i 8-krotnego wystrzału, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie 2, pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, ze stopniowanym ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 mm przed zamknięciem przeznaczone do tkanki średnio-grubej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zadanie 2, pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek do staplera zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 mm przed zamknięciem przeznaczone do tkanki średnio-grubej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie 2, pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, ze stopniowanym ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 mm przed zamknięciem przeznaczone do tkanki średnio-grubej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie 2, pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek do staplera zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 mm przed zamknięciem przeznaczone do tkanki średnio-grubej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający