



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2025-06-04

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego procedura poniżej 130 000 zł ” Dostawy drutów chirurgicznych, implantów do rekonstrukcji kolana ujęte w 3 zadaniach asortymentowych – znak sprawy **NZ-26-2025-47-D-ZO-E**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, udostępnia poniżej treść zapytań do Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”IWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 3 i 4 w związku z zakończoną produkcją asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA