

**Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,**

ul. Piłsudskiego 61,

34-600 Limanowa

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy sterylnych serwet operacyjnych, jednorazowych pokryć i prześcieradeł higienicznych, jednorazowych czepków chirurgicznych, masek ochronnych i chirurgicznych, sterylnych fartuchów chirurgicznych, jednorazowej odzieży dla pacjenta i odzieży ochronnej ujęte w 10 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-50-D-P-AC

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Zestaw nr 1**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu cięcia cesarskiego wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego oraz włókniny bawełnopodobnej w minimalnym składzie:

1 serweta 180/250 x 330 cm z workiem na płyny oraz otworem wypełnionym folią,

1 serweta dla noworodka z białej włókniny Spunlace o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> i wymiarach 75x120 cm,

1 serweta na stolik Mayo,

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm

4 ręczniki celulozowe 30,5 x 34 cm?

Zestaw bez przylepca na ranę pooperacyjną

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 – Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w §7 ust. 1 z 1% do 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 3 – Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w §7 ust. 2 1 % do 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4 – Dotyczy wzoru umowy.**

Wnosimy o zmianę zapisów § 7 ust. 3 pkt 2) na: zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad ponad termin określony w § 3 ust. 4 umowy przekraczającego 2 dni robocze Zamawiający ma prawo bez konieczności zawiadomienia Wykonawcy zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną przetargową a ceną towarów zakupionych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## **Zestaw nr 2**

**Pytanie 1 – pakiet 1, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego ( PE+ PP) o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> i warstwy chłonnej 110 g/m<sup>2</sup>. Serweta dla noworodka wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 45 g/m<sup>2</sup> ( wymagane 45 g/m<sup>2</sup>). Ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm.

Proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2- pakiet 8, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha o długości rękawa z mankietem 67 cm.

Proponowany fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3- pakiet 8, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie fartucha o długości rękawa z mankietem 69 cm.

Proponowany fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **Zestaw nr 3**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 4, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej – 23g(papier) + 10g (folia)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 2**

Zadanie nr 4, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 100x225cm z wkładem chłonnym 50x190cm , wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP, podkład złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m<sup>2</sup>), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m<sup>2</sup>), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m<sup>2</sup>), udźwig 150kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Zestaw nr 4**

##### **Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 2 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu metody sterylizacji umieszczonej na etykiecie samoprzylepnej służącej do wklejenia do dokumentacji. Oferowane zestawy sterylnych serwet operacyjnych posiadają na opakowaniu jednostkowym metodę sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

##### **Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 2 poz.1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w zestawie sterylnych serwet operacyjnych:

2 serwety samoprzylepne 75x90cm z padem chłonnym 45x60cm;

1 taśma samoprzylepna 9x50cm;

4 ręczniki celulozowe 30x40cm, pozostałe zgodne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

##### **Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 2 poz.2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w zestawie sterylnych serwet operacyjnych:

1 serweta samoprzylepna 175x200cm z padem chłonnym 50x75cm;

2 serwety samoprzylepne 75x90cm z padem chłonnym 45x60cm;

1 taśma samoprzylepna 9x50cm;

4 ręczniki celulozowe 30x40cm, pozostałe zgodne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

##### **Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 2 poz.3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do zabiegu stawy biodrowego o składzie i parametrach, zgodnego z opisem:

wykonany z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych min.110g/m2, chłonność min.386ml/m2, w składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm składana teleskopowo
- 1 serweta samoprzylepna 180x300cm
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” z padem chłonnym 200x260cm; wycięcie „U” 7x95cm (pad 150x160cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150x150cm
- 1 serweta nieprzylepna 75x90cm
- 1 osłona na kończynę 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 2 poz.4 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do zabiegu artroskopii stawu kolanowego o składzie i parametrach, zgodnego z opisem:

wykonany z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, o minimalnej gramaturze 55g/m2, w składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm składana teleskopowo
- 1 serweta nieprzylepna 150x150cm
- 1 serweta do artroskopii z wbudowanym workiem do zbiórki płynów 200x320cm (2 otwory Ø7cm)
- 1 osłona na kończynę 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 2 poz.5 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do zabiegu dłoni/stopy o składzie i parametrach, zgodnego z opisem:

wykonany z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni o gramaturze miejsc wzmocnionych min. 110g/m2, chłonność min.386ml/m2, w składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm

1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym się otworem ( średnica 3cm) 220x320cm (pad 150x150cm)

1 serweta nieprzylepna 100x150cm – oddzielnie pakowana

1 uchwyt Velcro typu rzep 2,5x20cm - oddzielnie pakowany.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 2 poz.6 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do żyłaków kończyn dolnych o składzie i parametrach, zgodnego z opisem:

wykonany z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni o gramaturze miejsc wzmocnionych min. 110g/m<sup>2</sup> , chłonność min.386ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm

1 serweta samoprzylepna 200x240cm

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym z wycięciem „U” (7x65cm) 180x240 cm (pad 60x70cm)

1 serweta nieprzylepna 100x150cm - pakowana oddzielnie

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80x145cm składana teleskopowo

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 ręczniki celulozowe 30x40cm

1 dwukomorowa kieszka przylepna 30x40cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 2 poz.7 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do zabiegu barku o składzie i parametrach, zgodnego z opisem:

wykonany z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni o gramaturze miejsc wzmocnionych min. 110g/m<sup>2</sup> , chłonność min.386ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm,

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80x145cm składana teleskopowo

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym z wycięciem „U” (7x60cm) 200x260cm (pad 100x130cm)

1 serweta nieprzylepna 150x150cm

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym 150x240cm (pad 50x75cm)

1 osłona na kończynę 25x80cm

2 taśmy samoprzylepne 9x50cm

2 ręczniki celulozowe 30x40cm

1 dwukomorowa kieszeń przylepna 30x40cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 9 dotyczy Zadania nr 2 poz.8 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do zabiegu otolaryngologicznego o składzie i parametrach, zgodnego z opisem:

wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> , wewnętrzna serweta turbanu z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> .

Skład :

- 1 niebieska osłona na stolik Mayo, składana teleskopowo o wym. 80x145cm
- 1 serweta o wym. 200x290cm z wycięciem „U” na krótszym boku o wym. 7x65 cm
- 1 serweta typu turban o wym. 100x150cm posiadająca zakładkę na dłonie oraz wewnętrzną serwetę do owinięcia głowy z przylepcami
- 1 kieszeń jednokomorowa 30x40cm

Całość zawinięta w piaskowaną serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10 dotyczy Zadanie nr 6 poz.1 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wyceny za op.50 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 11 dotyczy Zadanie nr 7 poz.1 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wyceny za op.50 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 12 dotyczy Zadanie nr 8 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu metody sterylizacji umieszczonej na etykiecie samoprzylepnej służącej do wklejenia do dokumentacji.

Oferowane fartuchy posiadają na opakowaniu jednostkowym metodę sterylizacji oraz identyfikator sterylności informujący, że produkt przeszedł proces sterylizacji i jest jałowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 13 dotyczy Zadanie nr 8 poz.1 - 4 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy dopuszcza fartuchy pakowane dodatkowo z dwoma ręcznikami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 14 dotyczy Zadanie nr 8 poz.1 - 4 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy opis „zapinany taśmą/rzepem w dowolnym miejscu na plecach” w przypadku rzepu należy rozumieć, że w dowolnym miejscu na plecach w obrębie rzepu czyli pętelki i haczyka?

**Odpowiedź: Bez pętelki i haczyka, prosty rzep.**

**Pytanie nr 15 dotyczy Zadanie nr 8 poz.1 - 4 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy dopuszcza fartuchy bez pakowania we włókninę.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 16 dotyczy Zadanie nr 8 poz.1 i poz.3 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy dopuszcza fartuchy o długości rękawa z mankietem 71cm +/-2cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17 dotyczy Zadanie nr 8 poz.2 i poz.4 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy dopuszcza fartuchy o długości rękawa z mankietem 75cm +/-2cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 18 dotyczy Zadanie nr 10 poz.3 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga zaoferowania fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 19 dotyczy Zadanie nr 10 poz.4 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza fartuch w jednym rozmiarze XL najbardziej uniwersalnym.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 20 dotyczy Zadanie nr 10 poz.6 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza pokrowce na buty na 23% stawce Vat, będące Środkiem Ochrony Indywidualnej: Kategorii I (Rozporządzenie (UE) 2016/425). Pytanie nr 1

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Zestaw nr 5**

**Pytanie nr 1 Zadanie 5, poz. 2-6**

Czy zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny PP, jednowarstwowej, nieperforowanej, przewiewnej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2 Zadanie 5, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści beret o gramaturze min.16 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3 Zadanie 5, poz.4**

Czy zamawiający dopuści czepek w całości z włókniny nieperforowanej, PP, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4 Zadanie 5, poz.5**

Czy zamawiający dopuści czepek w całości z włókniny nieperforowanej, PP, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 5 Zadanie 5, poz.7**

Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie półokrągłym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6 Zadanie 5,poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 7 Zadanie 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8 Zadanie 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 9 Zadanie 10, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- o Mankiet 5 cm
- o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Czy zamawiający wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wymaga aby produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny**

**Pytanie nr 10 Zadanie 10, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- o Mankiet 5 cm
  - o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
  - o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
  - o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm
- Czy zamawiający wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych

Czy zamawiający dopuszcza fartuch spełniający normy: Klasa wyrobu: I, Reguła 1 (Załącznik VIII MDR) ROZPORZĄDZENIE (UE) 2017/745; ISO 13485:201, EN13795-1?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wymaga aby produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny**

**Pytanie nr 11 Zadanie 10, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- o Mankiet 5 cm
- o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Czy zamawiający wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wymaga aby produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny**

**Pytanie nr 12 Zadanie 10, poz. 1,6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 13 Zadanie 10, poz. 3-5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zestaw nr 6**

**Zadanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbki w wersji niesterylnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetami z padem chłonnym o wymiarach 35 x 80 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestawy o odporności na przenikanie cieczy 197 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów**

**Zadanie 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 180 x 180 cm (w miejsce serwety 175 x 200 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dodatkowo 4 ręczniki chłonne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 180 x 180 cm (w miejsce serwety 170 x 175 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 1 szt taśmy samoprzylepnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra, o odporności na przenikanie cieczy 197 cm H<sub>2</sub>O, o poniższym składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm


1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym).

Opakowanie typu Header Bag?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra, wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Opakowanie typu Header Bag?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu artroskopii kolana o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm


1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym się

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Opakowanie typu Header Bag?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Zadanie 2, pozycja 5


Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu artroskopii kolana, z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O, o składzie:

1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Opakowanie typu Header Bag?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu żyłaków, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, o składzie:


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu barku z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O, o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm.

Opakowanie typu Header Bag?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu ORL z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, o składzie:


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Opakowanie TYVEC?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Zadanie 2, 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wklejki do dokumentacji posiadały oznaczenie metody sterylizacji i dopuści, aby metoda sterylizacji znajdowała się na głównej etykiecie produktu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Zadanie 5, pozycja 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapianych na rzep w okolicy karku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z wewnętrznym owinięciem we włókninę, pakowanych razem z 2 szt. ręczników chłonnych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 8**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu owinięcia fartuchów we włókninę?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 8, pozycja 1, 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości rękawa z mankietem (mierzone od miejsca wszycia – rękawy standardowe) 68,5 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 8, pozycja 2, 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości rękawa z mankietem (mierzone od miejsca wszycia – rękawy standardowe) 69,5 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 9, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L i XL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Zadanie 10, pozycja 3, 4, 5**

W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny**

#### **Zadanie 10, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących parametrach: Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 13 cm na jednej części fartucha i 7 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany pojedynczo. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Zadanie 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących parametrach: Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H<sub>2</sub>O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Zestaw nr 7**

#### **Zadanie 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie czepków typu beret tylko w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 5, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie czepków typu beret o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka zgodnego z opisem:

CZEPEK FURAŻERKA NA GUMKĘ

- Czepek w kształcie furażerka z gumką w tylnej części
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka zgodnego z opisem:

CZEPEK FURAŻERKA TROKI (z napotnikiem)

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na trok
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym
- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m<sup>2</sup> i wysokości 7,5 cm
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 5, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka zgodnego z opisem:

CZEPEK FURAŻERKA TROKI

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 5, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka zgodnego z opisem

CZEPEK FURAŻERKA Z GUMKĄ (z napotnikiem)

- Czepek w kształcie furażerki z gumką w tylnej części, gwarantującej nieprzesuwanie się
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m2 i wysokości 6 cm
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 5, poz. 7**

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2 i mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny? Zgodnie ze stanowiskiem URPLW MiPB wyrażonym w Komunikacie Prezesa URPL i licznych pismach (w załączeniu) wydanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że ubrania chirurgiczne mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny wyłącznie, jeśli są sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniają normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy? Zgodnie z stanowiskiem URPL dotyczącym ubrań medycznych oraz z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, który nie wpisuje się definicję wyrobu medycznego. Strub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań licznych wykonawców/producentów „nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

3. Wnioskujemy o dostosowanie wymogów SWZ do aktualnych przepisów tj:

- wykreślenie wymogu, że Ubrania Chirurgiczne muszą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny, bo opisana przez Zamawiającego konstrukcja ubrania wyklucza taką klasyfikację  
Lub

- dostosowanie wymogów konstrukcyjnych ubrań wyrażonych w specyfikacji do wymogów normy EN 13795-2 tj. ubrania muszą mieć długie rękawy zakończone mankietem, ściśle przylegać do szyi, nogawki spodnie zakończone mankietem.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje w zad. nr 5 poz. 7 od wymogu aby Ubrania Chirurgiczne były sklasyfikowane jako wyrób medyczny**

4. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego nie spełniają definicji wyrobu medycznego i są objęte 23% stawką VAT, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

5. Ubrania, aby mogły być uznane za wyrób medyczny muszą zapobiegać przenoszeniu potencjalnych czynników chorobotwórczych np. poprzez zanieczyszczenie Sali operacyjnej przez złączający się naskórek noszących osób. Skoro Zamawiający wymaga m.in. krótkich rękawów o luźnych mankietach, to wymaga ubrań niespełniających normy EN 13795-2, które mogą narażać pacjentów na potencjalne zakażenia szpitalne?

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje w zad. nr 5 poz. 7 od wymogu aby Ubrania Chirurgiczne były sklasyfikowane jako wyrób medyczny**

6. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy ZNK. W świetle definicji ustawowej czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zaś przepis art. 10 ust. 1 ustawy ZNK stanowi, że „czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich”. Jak wskazuje doktryna, „niewątpliwie zamiarem ustawodawcy przy redagowaniu komentowanego przepisu było ustosunkowanie się do częstej w obrocie praktyki informującego oznaczenia towarów lub usług. Celem tego przepisu jest podanie do wiadomości klientów oraz nabywców towarów i usług, istotnych dla nich cech towarów i usług. Cechy istotne to takie, które mogą wpływać na decyzję części nabywców” (pod red. J. Szwejla: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, CH Beck, Warszawa 2006r., s. 365). Wielu producentów świadomie klasyfikuje ubrania chirurgiczne jako wyroby medyczne, mimo że konstrukcja oferowanych przez nich ubrań nie spełniają normy EN 13795-2. W ten sposób wprowadzają w błąd klientów, choćby co do możliwości zastosowania i właściwości ubrań np. zapobieganiu przez oferowane ubrania, przenoszeniu potencjalnych czynników chorobotwórczych np. poprzez zanieczyszczenie Sali operacyjnej przez złączający się naskórek noszących osób, czym narażają pacjentów.

Producenci/Wykonawcy często (prawdopodobnie świadomie) oferują błędnie sklasyfikowane ubrania jako wyroby medyczne, w celu zaniżenia ceny brutto (zastosowania 8 % stawki podatku VAT) i zdobycia zamówienia publicznego.

Przestępstwo ujęte w art. 297 § 1 KK to typ przestępstwa występującego w kilku odmianach, w tym jako przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (oszustwa przetargowego, wyłudzenia zamówienia publicznego). Zgodnie z brzmieniem art. 297 § 1 KK ten, kto w celu uzyskania zamówienia publicznego dla siebie lub kogoś innego, od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi, przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę lub nierzetelny albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania takiego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wyłudzenia dopuszcza się zazwyczaj wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, przedkładając fałszywy lub nierzetelny dokument lub oświadczenie w przetargu w celu wykazania spełniania wymaganych warunków podmiotowych lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ZamPublU), ewentualnie w celu udowodnienia wymaganej jakości oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Prowadzi to często do sytuacji, gdy wprowadzony w błąd zamawiający udziela bezzasadnie zamówienia osobie, która nie zasługuje na dopuszczenie do umowy finalnej. Jednak w perspektywie przypisania odpowiedzialności karnej z art. 297 KK bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy osoba przedkładająca wymienione w tym przepisie dokumenty faktycznie zrealizowała rzetelnie umowę o zamówienia publiczne lub czy oferta takiej osoby obiektywnie była najlepsza, bez znaczenia dla realizacji znamion typu jest nawet okoliczność, czy doszło do wprowadzenia w błąd zamawiającego. Istota oszustwa w zamówieniach publicznych z art. 297 § 1 KK polega bowiem na dezinformacji zamawiającego celem uzyskania zamówienia publicznego oraz naruszeniu zasad uczciwej konkurencji, a nie tylko stworzeniu samego zagrożenia dla interesów majątkowych zamawiającego. Przedmiotem ochrony omawianego typu jest m.in. zaufanie do rzetelności i zdolności wykonawcy do należytego wypełnienia zobowiązania.

Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta oraz dokonanie powiadomienia do URPL nie świadczy, że dany wyrób jest wyrobem medycznym. Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 2 września 2020 r. w sprawie statusu wyrobów, dla których dokonano powiadomienia lub zgłoszenia w sposób przewidziany w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (<https://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-2-wrze%C5%9Bnia-2020-r-w-sprawie-statusu-wyrob%C3%B3w-dla-kt%C3%B3rych-dokonano> )

Urząd informuje:

(...)Wykonanie przez importerów, dystrybutorów, wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli opisanego powyżej ustawowego obowiązku informacyjnego nie może być rozumiane jako urzędowe potwierdzenie spełniania przez objęty zgłoszeniem lub powiadomieniem wyrób przewidzianych dla niego wymagań czy też spełniania przez niego definicji wyrobu medycznego, gdyż fakty te nie są poddawane uprzedniej weryfikacji przez Urząd w drodze postępowania administracyjnego (tj. przed wprowadzeniem do obrotu). Składana w trybie powiadomienia lub zgłoszenia dokumentacja dotycząca wyrobów poddawana jest jedynie weryfikacji formalnej, w szczególności w zakresie jej kompletności(...).

Analizując stanowisko URPL w połączeniu z Komunikatem Prezesa Urzędu należy domniemać, że w/w produkty są błędnie oferowane jako wyrób medyczny i z niewłaściwą stawką podatku VAT.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje w zad. nr 5 poz. 7 od wymogu aby Ubrania Chirurgiczne były sklasyfikowane jako wyrób medyczny**

**Zadanie 9, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie spódnicy o długości ok. 88cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 9, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii z rozcięciem zakrytym klapką.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 9, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii będące wyrobem higienicznym

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 10, poz. 2**

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2 i mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny? Zgodnie ze stanowiskiem URPLW MiPB wyrażonym w Komunikacie Prezesa URPL i licznych pismach (w załączeniu) wydanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że ubrania chirurgiczne mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny wyłącznie, jeśli są sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniają normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy? Zgodnie stanowiskiem URPL dotyczącym ubrań medycznych oraz z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, który nie wpisuje się definicję wyrobu medycznego. Strub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań licznych wykonawców/producentów „nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

3. Wnioskujemy o dostosowanie wymogów SWZ do aktualnych przepisów tj:

- wykreślenie wymogu, że Ubrania Chirurgiczne muszą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny, bo opisana przez Zamawiającego konstrukcja ubrania wyklucza taką klasyfikację  
Lub

- dostosowanie wymogów konstrukcyjnych ubrań wyrażonych w specyfikacji do wymogów normy EN 13795-2 tj. ubrania muszą mieć długie rękawy zakończone mankietem, ściśle przylegać do szyi, nogawki spodnie zakończone mankietem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w zadaniu nr 10 aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.**

4. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego nie spełniają definicji wyrobu medycznego i są objęte 23% stawką VAT, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

5. Ubrania, aby mogły być uznane za wyrób medyczny muszą zapobiegać przenoszeniu potencjalnych czynników chorobotwórczych np. poprzez zanieczyszczenie Sali operacyjnej przez złączający się naskórek noszących osób. Skoro Zamawiający wymaga m.in. krótkich rękawów o luźnych mankietach, to wymaga ubrań niespełniających normy EN 13795-2, które mogą narażać pacjentów na potencjalne zakażenia szpitalne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

6. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy ZNK. W świetle definicji ustawowej czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zaś przepis art. 10 ust. 1 ustawy ZNK stanowi, że „czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich”. Jak wskazuje doktryna, „niewątpliwie zamiarem ustawodawcy przy redagowaniu komentowanego przepisu było ustosunkowanie się do częstej w obrocie praktyki informującego oznaczenia towarów lub usług. Celem tego przepisu jest podanie do wiadomości klientów oraz nabywców towarów i usług, istotnych dla nich cech towarów i usług. Cechy istotne to takie, które mogą wpływać na decyzję części nabywców” (pod red. J. Szwejla: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, CH Beck, Warszawa 2006r., s. 365). Wielu producentów świadomie klasyfikuje ubrania chirurgiczne jako wyroby medyczne, mimo że konstrukcja oferowanych przez nich ubrań nie spełniają normy EN 13795-2. W ten sposób wprowadzają w błąd klientów, choćby co do możliwości zastosowania i właściwości ubrań np. zapobieganiu przez oferowane ubrania, przenoszeniu potencjalnych czynników chorobotwórczych np. poprzez zanieczyszczenie Sali operacyjnej przez złączający się naskórek noszących osób, czym narażają pacjentów.

Producenci/Wykonawcy często (prawdopodobnie świadomie) oferują błędnie sklasyfikowane ubrania jako wyroby medyczne, w celu zniżenia ceny brutto (zastosowania 8 % stawki podatku VAT) i zdobycia zamówienia publicznego.

Przestępstwo ujęte w art. 297 § 1 KK to typ przestępstwa występującego w kilku odmianach, w tym jako przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (oszustwa przetargowego, wyłudzenia zamówienia publicznego). Zgodnie z brzmieniem art. 297 § 1 KK ten, kto w celu uzyskania zamówienia publicznego dla siebie lub kogoś innego, od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi, przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę lub nierzetelny albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania takiego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wyłudzenia dopuszcza się zazwyczaj wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, przedkładając fałszywy lub nierzetelny dokument lub oświadczenie w przetargu w celu wykazania spełniania wymaganych warunków podmiotowych lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ZamPubIU), ewentualnie w celu udowodnienia wymaganej jakości oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Prowadzi to często do sytuacji, gdy wprowadzony w błąd zamawiający udziela bezzasadnie zamówienia osobie, która nie zasługuje na dopuszczenie do umowy finalnej. Jednak w perspektywie przypisania odpowiedzialności karnej z art. 297 KK bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy osoba przedkładająca wymienione w tym przepisie dokumenty faktycznie zrealizowała rzetelnie umowę o zamówienia publiczne lub czy oferta takiej osoby obiektywnie była najlepsza, bez znaczenia dla realizacji znamion typu jest nawet okoliczność, czy doszło do wprowadzenia w błąd zamawiającego. Istota oszustwa w zamówieniach publicznych z art. 297 § 1 KK polega bowiem na dezinformacji zamawiającego celem uzyskania zamówienia publicznego oraz naruszeniu zasad uczciwej konkurencji, a nie tylko stworzeniu samego zagrożenia dla interesów majątkowych zamawiającego. Przedmiotem ochrony omawianego typu jest m.in. zaufanie do rzetelności i zdolności wykonawcy do należytego wypełnienia zobowiązania.

Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta oraz dokonanie powiadomienia do URPL nie świadczy, że dany wyrób jest wyrobem medycznym. Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 2 września 2020 r. w sprawie statusu wyrobów, dla których dokonano powiadomienia lub zgłoszenia w sposób przewidziany w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (<https://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-2-wrze%C5%9Bnia-2020-r-w-sprawie-statusu-wyrob%C3%B3w-dla-kt%C3%B3rych-dokonano>)

Urząd informuje:

(...)Wykonanie przez importerów, dystrybutorów, wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli opisanego powyżej ustawowego obowiązku informacyjnego nie może być rozumiane jako urzędowe potwierdzenie spełniania przez objęty zgłoszeniem lub powiadomieniem wyrób przewidzianych dla niego wymagań czy też spełniania przez niego definicji wyrobu medycznego, gdyż fakty te nie są poddawane uprzedniej weryfikacji przez Urząd w drodze postępowania administracyjnego (tj. przed wprowadzeniem do obrotu). Składana w trybie powiadomienia lub zgłoszenia dokumentacja dotycząca wyrobów poddawana jest jedynie weryfikacji formalnej, w szczególności w zakresie jej kompletności(...).

Analizując stanowisko URPL w połączeniu z Komunikatem Prezesa Urzędu należy domniemać, że w/w produkty są błędnie oferowane jako wyrób medyczny i z niewłaściwą stawką podatku VAT.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Zadanie 10, poz. 3**

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartuchów spełniających normę EN 13795-1 tj. ponieważ tylko fartuchy spełniające normę EN 13795-1 mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny? Zgodnie ze stanowiskiem URPLWMIpB wyrażonym w Komunikacie Prezesa URPL i licznych pismach (w załączeniu) wydanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny jeśli ich przeznaczenie jest zgodne z definicją wyrobu medycznego, są sterylne lub przeznaczone do sterylizacji i spełniają normę EN 13795-1.

#### **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

2. Czy na potwierdzenie, że oferowane fartuchy spełniają normę EN 13795-1 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyników badań potwierdzających spełnianie normy? Zgodnie z normą badania należy przeprowadzić dla gotowego produktu, a nie materiału.

#### **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

3. W celu zaoferowania odpowiedniego produktu wnioskujemy o doprecyzowanie do czego będą używane zaoferowane fartuchy.

Określenie „do użytku szpitalnego” jest nieprecyzyjne. Oznacza, że może być to fartuch używany np. przez odwiedzających lub fartuch używany na Sali operacyjnej. Zgodnie ze stanowiskiem URPL, cytowanym w WIS 0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR UNP: 2359804 „Fartuchami, które mają przewidziane zastosowanie medyczne, i są w związku z tym wyrobami medycznymi, są fartuchy chirurgiczne przewidziane do używania przez chirurgów podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w salach operacyjnych. Szczególnym celem medycznym, któremu służą, jest zapobieganie przedostawaniu się do pola operacyjnego potencjalnie zakaźnych drobnoustrojów występujących na złuszczonej naskórku operatora. Fartuchy takie muszą mieć odpowiednią konstrukcję, być dostarczone użytkownikowi w stanie sterylnym lub być przeznaczone do sterylizacji przed użyciem. W tym celu muszą spełniać wymagania normy EN 13795-1:2019 „Odzież i obłożenia chirurgiczne – Wymagania i metody badań – Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne” lub inne równoważne”. Fartuchy „do stosowania przez personel medyczny na oddziałach szpitalnych i izbach przyjęć podczas wykonywania procedur medycznych niewymagających rozwiązań jałowych, jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta, ze względu na jego stan zdrowia” (...) nie mają przeznaczenia medycznego tylko higieniczne, ponieważ ich używanie przez ludzi służy kontroli czystości otoczenia pacjenta. Wdrożenie i utrzymywanie higieny w warunkach placówek służby zdrowia jest niewątpliwie bardzo ważne, jednakże stosowane do tego celu środki nie stają się przez to wyrobami medycznymi. Zgodnie z wykładnią podaną na stronie 51 poradnika Manual on Borderline and Classification in the Community Regulatory Framework for Medical Devices. Version 1.22 (05-2019) – szczotki przeznaczone do mycia rąk chirurgów przez zabiegiem chirurgicznym służące do zachowania higieny w otoczeniu pacjenta są artykułami higienicznymi, a nie wyrobami medycznymi. Podobnie inne artykuły służące zachowaniu higieny w warunkach szpitalnych, jak omówione na stronach 15 i 16 ww. poradnika jednorazowe osłony na buty osób przebywających w szpitalu, nie są uznawane za wyroby

medyczne, ponieważ służą do kontroli (zapobiegania lub zmniejszania) transmisji potencjalnie zakaźnych czynników w otoczeniu pacjenta.

Mając powyższe na względzie Prezes Urzędu stwierdza, że przewidziane zastosowanie ww. fartuchów nie jest celem medycznym i wobec tego nie spełniają one definicji wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE 2017/745.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w zadaniu nr 10 aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.**

4. Wnioskujemy o dostosowanie wymogów SWZ do aktualnych przepisów tj: wykreślenie wymogu, że fartuchy muszą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny, bo opisane przez Zamawiającego przeznaczenie „do użytku szpitalnego”, nie oznacza że fartuch może być sklasyfikowany jako wyrób medyczny

Lub

- określenie wymogu, że zaoferowane fartuchy mają być przewidziane do używania przez chirurgów podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w salach operacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w zadaniu nr 10 aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.**

5. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR UNP: 2359804 oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są wyrobem higienicznym lub Środkiem Ochrony Indywidualnej, czy Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w zadaniu nr 10 aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.**

6. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy ZNK. W świetle definicji ustawowej czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zaś przepis art. 10 ust. 1 ustawy ZNK stanowi, że „czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich”. Jak wskazuje doktryna, „niewątpliwie zamiarem ustawodawcy przy redagowaniu komentowanego przepisu było ustosunkowanie się do częstej w obrocie praktyki informującego oznaczenia towarów lub usług. Celem tego przepisu jest podanie do wiadomości klientów oraz nabywców towarów i usług, istotnych dla nich cech towarów i usług. Cechy istotne to takie, które mogą wpływać na decyzję części nabywców” (pod red. J. Szwejki: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, CH Beck, Warszawa 2006r., s. 365). Wielu producentów świadomie klasyfikuje fartuchy higieniczne jako wyroby medyczne, mimo że parametry oferowanych przez nich fartuchów

nie spełniają normy EN 13795-1. W ten sposób wprowadzają w błąd klientów, choćby co do możliwości zastosowania i właściwości fartuchów np. zapobieganiu przez oferowane fartuchy, przenoszeniu potencjalnych czynników chorobotwórczych np. poprzez zanieczyszczenie Sali operacyjnej przez złuszczenia się naskórek noszących osób, czym narażają pacjentów.

Producenci/Wykonawcy często (prawdopodobnie świadomie) oferują błędnie sklasyfikowane fartuchy jako wyroby medyczne, w celu zaniżenia ceny brutto (zastosowania 8 % stawki podatku VAT) i zdobycia zamówienia publicznego.

Przestępstwo ujęte w art. 297 § 1 KK to typ przestępstwa występującego w kilku odmianach, w tym jako przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (oszustwa przetargowego, wyłudzenia zamówienia publicznego). Zgodnie z brzmieniem art. 297 § 1 KK ten, kto w celu uzyskania zamówienia publicznego dla siebie lub kogoś innego, od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi, przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę lub nierzetelny albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania takiego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wyłudzenia dopuszcza się zazwyczaj wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, przedkładając fałszywy lub nierzetelny dokument lub oświadczenie w przetargu w celu wykazania spełniania wymaganych warunków podmiotowych lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ZamPubIU), ewentualnie w celu udowodnienia wymaganej jakości oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Prowadzi to często do sytuacji, gdy wprowadzony w błąd zamawiający udziela bezzasadnie zamówienia osobie, która nie zasługuje na dopuszczenie do umowy finalnej. Jednak w perspektywie przypisania odpowiedzialności karnej z art. 297 KK bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy osoba przedkładająca wymienione w tym przepisie dokumenty faktycznie zrealizowała rzetelnie umowę o zamówienia publiczne lub czy oferta takiej osoby obiektywnie była najlepsza, bez znaczenia dla realizacji znamion typu jest nawet okoliczność, czy doszło do wprowadzenia w błąd zamawiającego. Istota oszustwa w zamówieniach publicznych z art. 297 § 1 KK polega bowiem na dezinformacji zamawiającego celem uzyskania zamówienia publicznego oraz naruszeniu zasad uczciwej konkurencji, a nie tylko stworzeniu samego zagrożenia dla interesów majątkowych zamawiającego. Przedmiotem ochrony omawianego typu jest m.in. zaufanie do rzetelności i zdolności wykonawcy do należytego wypełnienia zobowiązania.

Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta oraz dokonanie powiadomienia do URPL nie świadczy, że dany wyrób jest wyrobem medycznym. Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 2 września 2020 r. w sprawie statusu wyrobów, dla których dokonano powiadomienia lub zgłoszenia w sposób przewidziany w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (<https://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-2-wrze%C5%9Bnia-2020-r-w-sprawie-statusu-wyrob%C3%B3w-dla-kt%C3%B3rych-dokonano> )

Urząd informuje:

(...)Wykonanie przez importerów, dystrybutorów, wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli opisanego powyżej ustawowego obowiązku informacyjnego nie może być rozumiane jako urzędowe potwierdzenie spełniania przez objęty zgłoszeniem lub powiadomieniem wyrobów przewidzianych dla niego wymagań czy też spełniania przez niego definicji wyrobu medycznego, gdyż fakty te nie są poddawane uprzedniej weryfikacji przez Urząd w drodze postępowania administracyjnego (tj. przed wprowadzeniem do obrotu).

Składana w trybie powiadomienia lub zgłoszenia dokumentacja dotycząca wyrobów poddawana jest jedynie weryfikacji formalnej, w szczególności w zakresie jej kompletności(...).

Analizując stanowisko URPL w połączeniu z Komunikatem Prezesa Urzędu należy domniemać, że w/w produkty są błędnie oferowane jako wyrób medyczny i z niewłaściwą stawką podatku VAT.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w zadaniu nr 10 aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.**

**Zadanie 10, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy spełniające normę EN ISO 13485:2016 i BS EN 13795-1:2019 i odpuści spełnienie normy PN-EN14126.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 10, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce ochronne zgodne z opisem będące środkiem ochrony osobistej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie do SWZ.**

Czy Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 sztuki czy 1 opakowania handlowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1 szt./zestawu/kompletu/pary.**


**Zestaw nr 8**

**ZADANIE 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z poniższym, zbliżonym do wymaganego składem:**

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności (455ml/m<sup>2</sup>) i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 83g/m<sup>2</sup> (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm; gramatura min. 45 g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (szywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 8 poz. 1 - 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapinane standardowym rzepem przy szyi zamiast w dowolnym miejscu na plecach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 8 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa 80 cm +/- 5 cm + mankiet 7-8 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 9 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści koszulę zakładaną przez głowę z dekoltem „V”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 10 poz. 3,4,5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 10 poz. 3,4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w dwóch rozmiarach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 10 poz. 4**

Czy Zamawiający odstąpi od normy PN-EN 14126?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 10 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany na całej powierzchni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 10 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę ochraniaczy za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zestaw nr 9**

**Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z

otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,.

Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym

obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm

w obszarze jamy brzusznej

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej (spunbond)) o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5 g/m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Zadanie nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet

polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu

podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Chłonność min. 470 ml/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm + 1 taśma pakowana osobno

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet

polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu

podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Chłonność min. 470 ml/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych do zabiegu stawu biodrowego o następującym

składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną

aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z

wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do

mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm

ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego

polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ),

w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty

chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Zadanie nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych do zabiegu artroskopii stawu kolanowego o

następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Zadanie nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych do zabiegu dłoni/stopy o następującym

składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się

otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta

chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty

chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Chłonność min. 470 ml/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych do zabiegu żyłaków o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura

laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Chłonność min. 470 ml/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie nr 2 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych do zabiegu barku o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm

1 osłona na kończynę 24 x 80 cm z 1 foliową taśmą 10 x 50 cm pakowana osobno

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura

laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Chłonność min. 470 ml/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych do zabiegu ORL o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 pasek samoprzylepny 9 cm x 50 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z samoprzylepnym otworem okrągłym o średnicy 12 cm umieszczonym centralnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 24 x 80 cm wykonaną z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Zestaw nr 10**

1. **Zadanie nr 1 - Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu cięcia cesarskiego wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o minimalnej gramaturze 50g/m<sup>2</sup> nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego w którego składzie znajduje się:
- 1 x serweta 250/260 x 300 cm z workiem na płyny oraz otworem wypełnionym folią;
  - 1 x serweta dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 45g/m<sup>2</sup> 90 x 105 cm;
  - 1 x serweta na stół Mayo, składana teleskopowo
  - 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm
  - 1 x serweta nieprzylepna 90 x 100 cm
  - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
  - 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. jedną naklejkę pozwalającą na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej, która posiada min. kod katalogowy produktu, nr serii, datę ważności sterylizacji oraz nazwę producenta?
- Pozostałe parametry opisane pod pakietem, spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. **Zadanie nr 1 - Poz. 1** – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany zestaw posiadał w swoim składzie serwetę na stół Mayo składaną teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. **Zadanie nr 1 - Poz. 1** – Czy Zamawiający oczekuje aby parametry techniczne tj. gramatura materiału z jakiego wykonane są serwety wchodzące w skład zestawu, były potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. **Zadanie nr 2 - Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych w którego składzie znajduje się:
- 1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym **200x200** cm zamiast 175x200 cm
  - 2 serwety samoprzylepne z padem chłonnym 75x90 cm pad **min.** 36x90cm
  - dodatkowo 4 ręczniki celulozowe ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

5. **Zadanie nr 2 - Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych w którego składzie znajduje się:
- 2 serwety samoprzylepne z padem chłonnym 75x90 cm pad **min.** 36x90cm
  - dodatkowo 4 ręczniki celulozowe ?
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

6. **Zadanie nr 2 - Poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu stawu biodrowego w którego składzie znajdują się dodatkowo 4 ręczniki celulozowe?  
Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

7. **Zadanie nr 2 - Poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu artroskopii stawu kolanowego w którego składzie znajdują się dodatkowo 4 ręczniki celulozowe?  
Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

8. **Zadanie nr 2 - Poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu dłoni/stopy w którego składzie znajduje się:  
- 1 uchwyt Velcro 2,5 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm ?  
Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

9. **Zadanie nr 2 - Poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu żyłaków kończyn dolnych w którego składzie znajduje się:  
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm  
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z padem chłonnym 170 x 250 cm  
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z padem chłonnym z wycięciem „U” (6,5x90cm) 260x200cm  
- 2 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm  
- 2 ręczniki celulozowe  
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

10. **Zadanie nr 2 - Poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu barku w którego składzie znajdują się dodatkowo 4 ręczniki celulozowe oraz 1 osłona na kable video 13 x 250cm?  
Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

11. **Zadanie nr 2 - Poz. 1-8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych, których opakowania jednostkowe wyposażone są w min. jedną naklejkę pozwalającą na identyfikację zużytego produktu z możliwością

wklejenia do dokumentacji medycznej, która posiada min. kod katalogowy produktu, nr serii, datę ważności sterylizacji oraz nazwę producenta?

Pozostałe parametry opisane pod pakietem, spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

12. **Zadanie nr 2 - Poz. 1-8** – Czy Zamawiający oczekuje aby parametry techniczne tj. chłonność oraz gramatura materiału z jakiego wykonane są serwety wchodzące w skład zestawów, były potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

13. **Zadanie nr 3 - Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego pokrowca foliowego na przewody z taśmą do mocowania o szerokości 13cm oraz długości 250cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

14. **Zadanie nr 3 - Poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończynę z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup> rozm. 25 x 80 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

15. **Zadanie nr 8 - Poz. 1 i 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego sterylnego fartucha chirurgicznego o długości rękawa z mankietem 88 cm +/- 2cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

16. **Zadanie nr 8 - Poz. 2 i 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego sterylnego fartucha chirurgicznego o długości rękawa z mankietem 95 cm +/- 2cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

17. **Zadanie nr 8 - Poz. 1-4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego sterylnego fartucha chirurgicznego zapinanego w okolicach szyi na standardowy rzep w jednym miejscu na plecach min. 3cm x 6cm i min. 3cm x 13cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

18. **Zadanie nr 8 - Poz. 1-4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego, którego opakowanie jednostkowe wyposażone są w min. jedną naklejkę pozwalającą na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej, która posiada min. kod katalogowy produktu, nr serii, datę ważności sterylizacji oraz nazwę producenta?  
Pozostałe parametry opisane pod pakietem, spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający