



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2025-06-16

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora immunologicznego w okresie 3 lat.

Znak sprawy: NZ-26-2025-37-D-N-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonywanie PCT na teście równoważnym bez licencji BRAHMS, jeśli powszechnie wiadomo, że brak jest obecnie standaryzacji/harmonizacji dla badania prokalcytoniny ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zestaw 2

Pytanie 1

Dotyczy par. 1 ust. 4 projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby próg wykonania umowy wynosił 80%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Dotyczy par. 1 pkt 7 projektu umowy dostawy:

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w dniu pierwszej dostawy i proponujemy, aby Państwo skorzystali z dostępu do ww dokumentów (aktualizowanych na bieżąco) bezpośrednio przez Internet.

Nasza prośba wynika również z faktu, iż platformy komercyjne, na których składane są oferty przetargowe mają ograniczenia w rozmiarach przesyłanych plików. A skany żądanych przez Zamawiającego dokumentów są dość dużych rozmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Dotyczy par. 2 pkt 1 projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw cito z 48 h na 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4

Dotyczy par. 3 pkt 3 projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 6 m-cy na min. 4 m-ce?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Dotyczy par. 3 pkt 8 projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czasy dostawy produktów w przypadku uwzględnienia reklamacji wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6

Dotyczy § 7 projektu umowy – załącznik nr 8a do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 0,04 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek..

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 4 umowy w wysokości 0,04 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

W przypadku:

1) zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy lub

2) zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad ponad termin określony w § 3 ust. 4 umowy przekraczającego 2 dni robocze

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie: Kara w takiej wysokości nosi znamiona kary rażąco wygórowanej w rozumieniu art. 484 par. 2 KC.

Pytanie 9

Dotyczy par. 3 pkt. 3 projektu umowy dzierżawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W okresie trwania umowy Wykonawca będzie zapewniał serwis analizatora, w ramach opłaty dzierżawy, z wyjątkiem”.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10

Dotyczy par. 1 pkt. 6 projektu umowy dzierżawy

Aparaty, będące własnością oferenta są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym oferent może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

Odpowiedź. Zamawiający posiada własne ubezpieczenie OC

Pytanie 11

Dotyczy par. 3 pkt. 5 projektu umowy dzierżawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w razie braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, Wykonawca wykonał badania w zewnętrznym laboratorium na swój koszt do czasu usunięcia awarii?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12

Dotyczy par. 3 pkt. 5 projektu umowy dzierżawy

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody i modyfikacje niniejszego zapisu na „W wypadku, gdy przewidywany termin naprawy aparatu przekroczy 24 godziny w dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany w dzierżawionym analizatorze większego sub-komponentu tego samego podzespołu w celu naprawy analizatora”.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13

Zgodnie z zapisem pkt. 22 Parametrów techniczno-użytkowych, prosimy Zamawiającego o podanie ile sztuk tonerów zużyje w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź. Ok. 80 szt.

Pytanie 14

Zgodnie z zapisem pkt. 28 Parametrów techniczno-użytkowych, Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnikowej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 15

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora. Jednocześnie Informujemy, że podchloryn nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i nie posiada dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP w związku z czym, Wykonawca nie będzie mógł dla

tego wyrodku dostarczyć właściwych dokumentów na potwierdzenie tego wymogu zgodnie z zapisem par. 1 ust. 6 projektu umowy dostaw.

Odpowiedź. Wymagamy dostarczenia podchlorynu bez dokumentu

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga

Zestaw 3

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy ewentualnemu zwiększeniu ilości poszczególnych pozycji/części o maksymalnie 40 %, o którym mowa w § 1 ust. 2 projektu umowy będzie towarzyszyło jednocześnie zmniejszenie ilości innych pozycji w taki sposób, aby łączna wartość umowy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w § 1 ust. 3?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 2

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę § 1 ust. 2 tak, aby wynagrodzenie Wykonawcy ulegało proporcjonalnemu zwiększeniu względem zwiększonych ilości zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 3

Prosimy o zmianę § 2 ust. 3 projektu umowy w następujący sposób: „Dostawy towarów muszą odbywać się z zachowaniem warunków transportu i przechowywania określonych przez producenta”. Użyte w obecnym brzmieniu pojęcie „*niskie temperatury*” jest niedookreślone i nieprecyzyjne, co może wywoływać liczne wątpliwości na etapie wykonywania umowy w kontekście zachowania wymogu dostaw odczynników z czujnikami temperatury. Wykonawca gwarantuję, że wszystkie odczynniki będą dostarczane, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga zachowania wymogów transportu określonych przez producenta. Zamawiający nie stawia żadnych innych wymogów dotyczących transportu

Pytanie 4

Prosimy o zmianę § 2 ust. 4 projektu umowy poprzez zrezygnowanie z faksu jako środka komunikacji do składania zamówień, pozostawiając jedynie pocztę elektroniczną, jako wyłączny środek komunikacji, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie składał zamówienia na etapie wykonywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i oświadcza, że rezygnuje z faksu jako formy komunikacji

Pytanie 5

Prosimy o zmianę § 3 ust. 7 projektu umowy poprzez zrezygnowanie z faksu jako środka komunikacji do składania reklamacji, pozostawiając jedynie pocztę elektroniczną, jako wyłączny środek komunikacji, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie składał reklamacje na etapie wykonywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i oświadcza, że rezygnuje z faksu jako formy komunikacji

Pytanie 6

Prosimy o zmianę § 3 ust. 9 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymaganych wymogów **opisanych w OPZ** oraz mający braki, wady lub uszkodzenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7

Prosimy o zmianę § 4 ust. 2 projektu umowy, w taki sposób, aby Zamawiający miał prawo do rozwiązania umowy dopiero po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dokonania dostawy i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na jej dokonanie”. Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed skorzystaniem przez Zamawiającego z tego uprawnienia, Wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8

Prosimy o zmianę treści § 7 ust. 3 pkt 2 projektu umowy w następujący sposób: „W przypadku zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad ponad termin określony w § 3 ust. 4 umowy przekraczającego 2 dni robocze, Zamawiający ma prawo bez konieczności zawiadomienia Wykonawcy zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wyłącznie rzeczywistej różnicy pomiędzy ceną zakupu tego towaru przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy.”

Zapis przewidujący karę w wysokości 120% różnicy cen może prowadzić do sytuacji nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego, zwłaszcza, jeśli nie poniesie on realnej szkody, gdyż zakupi towar od podmiotu trzeciego, którego różnica w cenie zostanie pokryta przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wbrew twierdzeniom Wykonawcy nie dojdzie do wzbogacenia, albowiem kosztem są także działania Zamawiającego zmierzające do uzyskania zamówienia u podmiotu trzeciego.