



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2025-06-16

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy paneli odczynnikowych do szybkiej identyfikacji zakażenia górnych dróg oddechowych wraz z dzierżawą analizatora oraz dostawa testów do rozpoznania zakażenia prątkiem gruźlicy wraz z dzierżawą analizatora.

Znak sprawy: NZ-26-2025-51-D-P-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 – 3 dni robocze? Ostatnim dniem zadawania pytań jest 16.06.2025 roku, Zamawiający udziela odpowiedzi na 2 dni przed terminem składania ofert. Art. 8 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Pzp) mówi, że termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze, a więc Zamawiający powinien udzielić odpowiedzi 17.06.2025r. Ponadto dzień 20.06 jest dniem wolnym od pracy w naszej firmie, dlatego wnosimy jak na wstępie, aby

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Zamawiający miał czas na udzielenie odpowiedzi, a wykonawca miał czas na rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Parametry techniczne zadanie 2, pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści analizator z 2018 roku produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Pytania dotyczące projektu umowy dostawy:

§ 1 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. lub dostarczenia przy pierwszej dostawie instrukcji do odczynników i karty charakterystyki odczynników w formie pisemnej”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, a także realizując politykę dot. ochrony środowiska, Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania w każdym czasie (24/7) szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4

§ 2 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamówienia będą składane e-mailem na adres: lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego”?

Uzasadnienie: Wykonawca nie korzysta aktualnie z urządzeń typu faks. W trosce o prawidłowy przebieg komunikacji na etapie realizacji Umowy wnosimy o odstąpienie od wspomnianej formy komunikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

§ 2 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Magazynu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawy w godz. 8:00- 14:00

Pytanie 6

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający zgodzi się na termin ważności zgody z parametrami technicznymi zadania 1, pkt 17 i modyfikację zapisu na:

„Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje w języku polskim: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy, termin przydatności do użycia (nie krótszy niż 5 m-cy)”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

§ 3 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Reklamacja będzie składana emailem na adres: przez osobę upoważnioną przez niego”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8

§ 4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego ze skutkiem, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy. W przypadku zwłoki w dostawie dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia przekraczającej 7 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

§ 5 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia faktury do każdej dostawy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 Umowy”?

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości dołączania faktur do każdorazowo realizowanej dostawy. Zamówienia realizowane są spoza terytorium RP, a do każdej paczki z zamówionym towarem dołączany jest dokument dostawy. Faktury są natomiast wysyłane z działu księgowości z siedziby Wykonawcy w dniu realizacji zamówienia. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10

Pytania dotyczące projektu umowy dzierżawy:

§1 ust. 6 - Wnosimy o modyfikację zapisu na:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania określonego w § 1 aparatu z zad. 1 w terminie 60 dni od daty podpisania umowy oraz aparatu z zad. 2 w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.”

Zapis będzie spójny z zapisami parametrów technicznych zadania 1, pkt 16.

Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę urządzeń ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie obecnego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11

§ 1 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w taki sposób, aby obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy ciążył na Dzierżawcy, a nie jak dotychczas na Wydzierżawiającym?

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Dzierżawcy”?

Uzasadnienie: To na Dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ są mu znane warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To Dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy. Ponadto zgodnie bowiem z art. 705 KC „Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 12

§ 3 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W wypadku, gdy przewidywany termin naprawy aparatu przekroczy 48 godzin Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający