

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup Laparoskopu 4K wraz z kamerą ICG do chirurgii otwartej oraz Systemu termoablacji mikrofalowej w ramach realizacji zadania: „Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” - dwa zadania: 1. Zakup Laparoskopu 4K wraz z kamerą ICG do chirurgii otwartej 2. Zakup Systemu termoablacji mikrofalowej

Numer referencyjny: SZW/DZP/28/2025

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Zadanie nr 1: Laparoskop chirurgiczny 4K z ICG**Stryker Polska Sp. z o. o**

ul Poleczki 35

02-822 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **672 818.62 zł brutto**Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała największą ilość punktów spośród ofert podlegających ocenie - łącznie 100,00 pkt. - w oparciu o określone przez Zamawiającego w SWZ kryteria oceny ofert tj. przyznano: cena oferty brutto - 70,00 pkt., termin wykonania zamówienia / termin realizacji - 10,00 pkt., okres gwarancji - 10,00 pkt., parametry jakościowe – 10,00 pkt. Oferta spełnia wszystkie wymagania formalno - prawne i jest zgodna z zapisami SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Część zamówienia	Wykonawca	Kryterium - punktacja	Razem
1 - Laparoskop chirurgiczny 4K z ICG	Stryker Polska Sp. z o. o ul Poleczki 35 02-822 Warszawa	K-1 - Cena - 70.00 K-2 - Termin wykonania zamówienia / termin realizacji - 10.00 K-3 - Okres gwarancji - 10.00 K-4 - Parametry jakościowe - 10.00	100,00
1 - Laparoskop chirurgiczny 4K z ICG	KARL STORZ Polska Sp. z o. o. ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa	Oferta nie podlega ocenie	

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
2	Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Księdza Brzóska 94 /18 91-347 Łódź	<u>Oferta odrzucona w zadaniu 2 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</u> <u>Uzasadnienie:</u> Zamawiający oczekiwał urządzenia generującego moc 150W. Udzielając odpowiedzi na pytania w tym postępowaniu zweryfikował swoje oczekiwanie w tym zakresie i dopuścił urządzenia generujące 140 W. Oferent zaproponował urządzenie generujące max moc 100W. Zaoferowana przez Oferenta wartość parametru nie spełnia oczekiwań Zamawiającego. W związku z czym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w myśl art. jak na wstępie.

3	<p>KARL STORZ Polska Sp. z o. o. ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa</p>	<p><u>Oferta odrzucona w zadaniu 1 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</u></p> <p><u>Uzasadnienie:</u> Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy KARL STORZ Polska Sp. z o.o. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia określonymi w SWZ. Wymagania określone w dokumentacji postępowania w tym w SWZ oraz odpowiedziach na pytania Wykonawców jednoznacznie wskazywały, że Zamawiający oczekuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostarczenia zestawu umożliwiającego jednoczesne użycie dwóch niezależnych kamer: kamery laparoskopowej oraz kamery do zabiegów otwartych z funkcją ICG, - pracy obu kamer bez konieczności wymiany głowic lub optyk między trybami pracy, - zapewnienia niezależnych źródeł światła umożliwiających równoczesną pracę obu kamer <p>W przesłanym przez Wykonawcę piśmie z dnia 17 czerwca 2025 roku – w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień – Wykonawca nie przedstawił szczegółowej kalkulacji cenowej ani wykazu sprzętu potwierdzającego spełnienie powyższych wymogów. Zamiast tego, wskazano m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "możliwość szybkiej zmiany głowic kamer w zależności od rodzaju procedury", - "użycie jednego źródła światła oraz przełączalnych głowic kamer". <p>Takie rozwiązanie nie spełnia wymogu jednoczesnej pracy dwóch niezależnych kamer bez konieczności ich przełączania ani zapewnienia niezależnych źródeł światła, co zostało wyraźnie wskazane przez Zamawiającego pkt VII OPZ oraz potwierdzone w odpowiedzi, z dnia 22.05.2025, na pytanie jednego z oferentów:</p> <p>"Zamawiający oczekuje urządzenia umożliwiającego jednoczesne użycie kamery laparoskopowej oraz kamery do zabiegów otwartych gotowych do wizualizacji z użyciem zieleni indocyjaninowej".</p> <p>W związku z powyższym, oferta firmy KARL STORZ Polska Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa nie odpowiada treści SWZ, co skutkuje jej odrzuceniem zgodnie z przepisami ustawy PZP w myśl art. jak na wstępie.</p>
---	---	--

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

*Zamawiający
/-/ I Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*