

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup respiratorów, Videolaryngoskopów oraz łóżek dla pacjentów AIT w ramach realizacji zadania „Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - 3 zadania:
1) Zakup respiratorów - 4 szt. 2) Zakup videolaryngoskopu - 2 szt.
3) Zakup łóżek dla pacjentów AIT - 2 szt..

Numer referencyjny: SZW/DZP/58/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, wideolaryngoskop o następujących parametrach?

" Wideolaryngoskop bezprzewodowy z kolorowym ekranem o przekątnej 3", wymiary urządzenia 190 x 80 x 150 mm.

" Wyświetlacz TFT LCD z możliwością regulacji: odchylenie ekranu: 0° - 110°; rotacja ekranu: 0° - 270°.

" Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania 240 minut.

" Waga urządzenia 250 gramów.

" Ochrona przed wnikaniem wody, ekran - IPX4, rękojeść IPX7.

" Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarach 2,3,4 - do stosowania u dzieci od 2 r.ż., dorosłych oraz osób otyłych.

" Brak dostępnych łyżek do trudnych i bardzo trudnych intubacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający może dopuścić zaproponowane parametry, ale wymaga dostępności łyżek do trudnych i bardzo trudnych intubacji.

Pytanie nr 2

Dot. zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści aparat fabrycznie nowy, nie rekondukcjonowany, nie powystawowy, w najnowszej dostępnej wersji oprogramowania, rok produkcji 2024 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. zadanie 2

Czy Zamawiający obniży karę umowną z 1500 zł na 150 zł za dzień zwłoki w dostawie? Aktualny poziom kary jest niewspółmiernie wysoki do wartości towaru i stanowi prawie 100% ceny zamawianych urządzeń w niektórych pakietach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Zamawiający
/-/ I Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*