

Poznań dnia: 2025-07-07

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
Juraszów 7/19  
60-479 Poznań

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa wózków transportowych hydraulicznych szerokich z grubym materacem do transportu pacjentów z możliwością RTG.  
Numer referencyjny: SZW/DZP/70/2025

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości wózka do transportu pacjenta, fabrycznie nowego, o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych, hydraulicznych z osłonami o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji.

Wymiary wózka: długość całkowita 2170mm ( $\pm 10$ mm), szerokość całkowitej przy podniesionych barierkach 790mm( $\pm 10$ mm); wymiar leża: min. 1930 x 620mm

Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 610 mm (+ 15 mm, -25 mm) - 910 mm ( $\pm 10$  mm) , regulacja odbywa się za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych z boku wózka

Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  $+16^{\circ}/-16^{\circ}$  ( $\pm 3$ ) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka

Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL na całej długości leża przeziernymi dla promieni RTG. Leże przeziernie dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp). Możliwość zainstalowania kasety RTG z każdej strony wózka poprzez unikalną konstrukcję dla badania RTG, opcje instalacji kasety z obu dłuższych boków wózka oraz od strony głowy i nóg, bez konieczności unoszenia oparcia leża celem instalacji kasety.

Wózek wyposażony w barierki boczne, składane z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian.

Wózek wyposażony w specjalne elementy odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W części szczytów od strony głowy i od strony nóg wózek wyposażony w składane, ergonomiczne ręczki do prowadzenia z możliwością składania poniżej poziomu materaca ułatwiające dostęp do pacjenta na całej szerokości leża (m.in. podczas akcji reanimacyjnej)

Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej, ręczki zwalniające blokadę bezpośrednio przy segmentie pleców, zakres regulacji 0-90° (± 5°)

Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. hamulce w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Koła o średnicy 200mm

Pięte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem – funkcja jazdy swobodnej lub kierunkowej

Dopuszczalne obciążenie robocze wózka 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta 215 kg

Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu, np. butli z tlenem

Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian

W częściach od strony głowy i nóg wózek wyposażony w elementy odbojowe, zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wózek wyposażony w teleskopowy chromowany, składany wszerz leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, posiadający 2 haki

Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem z zamkiem, grubość materaca 10 cm., pokrowiec materaca bez lateksu, posiadający system mocowania do leża zapobiegający przesuwaniu się materaca w trakcie przejazdu

Uchwyty na worki urologiczne; Uchwyty na pasy unieruchamiające pacjenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta wyposażony był w centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, system trójpozycyjny - jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby leże wózka do transportu pacjenta było przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości (od głowy do stóp) oraz możliwością ułożenia kasety RTG od strony wezglowia, od strony nóg i po bokach, bez konieczności podnoszenia oparcia pleców, a tym samym przemieszczania pozycji pacjenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek do transportu pacjentów posiadał podnoszony segment leża w części nóg, w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji platformy do instalacji kaset RTG, wykonanej z tworzywa sztucznego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek do transportu pacjenta, wyposażony był w składane rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta, zapewniając lepszą ergonomię pracy dla personelu medycznego. Rączki składane poniżej poziomu materaca, zapewniając dostęp do pacjenta, m.in. podczas RKO.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek do transportu pacjenta, wyposażony był w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną platformę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów o wymiarach leża:

- długość: 1990mm,

- szerokość: 600mm,

?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 560 do 870mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie nr 9**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, posiadający regulację przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną w zakresie: 0-14°?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów zaopatrzonego pod leżem w tacę na kasetę RTG, przesuwaną na całej długości leża?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

#### **Pytanie nr 11**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów wyposażony w listwę odbojową wykonaną z tworzywa, na dłuższym boku wózka, bez wyprofilowanych uchwytów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

#### **Pytanie nr 12**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego segment oparcie pleców regulowany jest w zakresie: 0-62°?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie nr 13**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego segment oparcie pleców regulowany jest w zakresie: 0-75°?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie nr 14**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego segment oparcie pleców regulowany jest w zakresie: 0-84°?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie nr 15**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego dopuszczalne obciążenie wynosi: do 300kg?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

### **Pytanie nr 16**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów wyposażony w materac o grubości 100mm, stabilizowany na leżu za pomocą specjalnych uchwytów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie nr 17**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów wyposażony w barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża, górna część barierek wykończona nakładką z tworzywa sztucznego w kolorze jasno szarym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie nr 18**

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów wyposażony w wieszak kroplówki z możliwością instalacji w dowolnym narożniku wózka, z teleskopową regulacją wysokości, bez możliwości złożenia na konstrukcję wózka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

### Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu 1. Wózek do transportu chorych – 18szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów nieposiadający relingów po bokach leża?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ

*Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*



### Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1920x630 mm, nieznacznie różniących się od wymiarów wymaganych ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający dopuszcza również

### Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z nożną, hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie od 585 do 915 mm, zbliżonym do wymaganego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający dopuszcza również.

### **Pytanie nr 22**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do transportu chorych z hydrauliczną, nożną regulacją przechyłów wzdłużnych na poziomie +/- 16°, co jest parametrem zbliżonym do wymaganego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający dopuszcza również.

### **Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający zamiast uchwytu na kasetę RTG zaakceptuje umieszczony pod leżem( blatem) tunel na kasetę RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG na całej długości leża?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

### **Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców za pomocą dźwigni umieszczonej pod oparciem, dostępnej z obu stron wózka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zamawiający oczekuje tak jak w opisie zamówienia ze względu na łatwiejszy dostęp

### **Pytanie nr 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z umieszczoną po bokach wózka listwą wykonaną z polichlorku winylu (PVC) będącego, podobnie jak polipropylen (PP), polimerem termoplastycznym o podobnej elastyczności i odporności na działanie środków dezynfekcyjnych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający dopuszcza również.

### **Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka transportowego z 4 ergonomicznymi ( 2 od strony nóg, 2 od strony głowy) uchwytami montowanymi do ramy leża, jak przedstawia poniższe zdjęcie?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie. Zgodnie z SWZ

### **Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem szpitalnym, o grubości 8 cm stabilizowanym na leżu za pomocą rzepów, nieposiadającym właściwości antyodleżynowych?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie. Zgodnie z SWZ

### **Pytanie nr 28**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do transportu chorych z poręczami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta na  $\frac{3}{4}$  długości leża, składanymi wzdłuż leża, wykonanymi ze stali pokrytej lakierem proszkowym, bez górnej nakładki tworzywowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie. Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający zaakceptuje wózek wyposażony w wieszak kroplówki montowany od strony głowy, z teleskopową regulacją wysokości, składany na konstrukcję wózka, z dwoma haczykami nie rozkładającymi się (montowanymi na stałe)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie. Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 30**

Prosimy o sprecyzowanie liczby wieszaków kroplówki ( w opisie pojawia się słowo „wieszaki”). Czy w przypadku zapotrzebowania na więcej niż 1 wieszak kroplówki Zamawiający zaakceptuje aby pozostały/te wieszaki z teleskopową regulacją wysokości nie były składane na konstrukcję leża lecz montowane w tulejach do tego przeznaczonych?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** 2 składane do ramy leża

#### **Pytanie nr 31**

Czy zamiast metalowych uchwytów na pasy Zamawiający dopuści pasy mocowane w otworach wyciętych w blacie leża pozwalających na zamocowanie 3 pasów do stabilizacji pacjenta?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie. Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, wyraża zgodę

#### **Pytanie nr 33**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie leża o wymiarach 1880 x 610 mm (+/- 10 mm dla obu wartości).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** brak zgody, błąd formalny, nie wiemy co znaczy +/- 10

#### **Pytanie nr 34**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji wysokości nożnej hydraulicznej 600 – 920 mm (+/- 10 mm dla obu wartości). Nadmieniamy, że Zamawiający dla tego parametru nie przyjął żadnego zakresu tolerancji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** brak zgody, błąd formalny, nie wiemy co znaczy +/- 10

#### **Pytanie nr 35**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego leże przeziernie dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG, bez możliwości wykonywania zdjęć ramieniem C.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** nie, na bloku operacyjnym używamy tylko ramienia C

#### **Pytanie nr 36**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt (tacę) na kasetę pod blatem (leżem) umożliwiającą wykonanie zdjęcia min. pod segmentem pleców, ale bez możliwości wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 37**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie boków wózka bez listew odbojowych na bokach pełniących funkcję odbojników.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 38**

Odnosnie zapisu „*boki wózka (...) z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka*” prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego od strony głowy i nóg składane uchwyty do prowadzenia wózka.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 39**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie  $0^{\circ}$  -  $90^{\circ}$  ( $\pm 5^{\circ}$  dla obu wartości), dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców (dostępna również w obu narożnikach).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** brak zgody, błąd formalny, nie wiemy co znaczy  $\pm 5$  stopni

#### **Pytanie nr 40**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w cztery koła o średnicy 200 mm z centralną blokadą, hamulce przy każdym kole od strony nóg i głowy pacjenta, dodatkowe 5-te koło kierunkowe aktywowane osobną dźwignią dostępną od strony nóg pacjenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 41**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, w którym dźwignie będą kolorystycznie oznaczone tj. czerwona służąca do blokady centralnej, czarna służąca do jazdy swobodnej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza również.

#### **Pytanie nr 42**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie obciążenia 310 kg.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający dopuszcza również.

#### **Pytanie nr 43**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca stabilizowanego na wózku za pomocą rzepów.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 44**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie barierek bocznych wykonanych ze stali nierdzewnej, zabezpieczających pacjenta na ok. 3/4 długości leża, składanych wzdłuż ramy leża, górna część barierki stalowa, lakierowana na kolor szary (tak jak uchwyty do prowadzenia).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający potrzebuje nakładki z tworzywa, które pełnią funkcję ochronną w stosunku do ścian, futryn itp.

#### **Pytanie nr 45**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w jeden wieszak na kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej, od strony głowy z teleskopową regulacją wysokości oraz dwoma rozkładanymi haczykami, stojak posiada możliwość złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie jest potrzebny.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, potrzebujemy dwóch wieszaków

#### **Pytanie nr 46**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 8 haczyków na akcesoria np. worki na mocz.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza również.

#### **Pytanie nr 47**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego metalową listwę umieszczoną po bokach wózka na której będą umieszczone haczyki na akcesoria np. worki na mocz.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza również.

#### **Pytanie nr 48**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, w którym w płytach HPL wypełniających leże znajdują się wycięte miejsca służące do stabilizowania pacjenta na blacie (min. 3 sztuki).



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 49**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji wysokości nożnej hydraulicznej 580 – 910 mm. Nadmieniamy, że Zamawiający dla tego parametru nie przyjął żadnego zakresu tolerancji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie nr 50**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji przechyłów wzdłużnych nożnych hydraulicznie Trendelenburga 15° i anti-Trendelenburga 14°?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie nr 51**

Odnosnie zapisu „*boki wózka (...) z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka*” prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego od strony głowy składane uchwyty do prowadzenia wózka, a od strony nóg uchwyt do prowadzenia wózka w kształcie pałaka.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** nie, zamawiający potrzebuje uchwyty składane z obu stron wózka

**Pytanie nr 52**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0° - 75°, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej umieszczona bezpośrednio przy segmentie pleców (dostępna również w obu narożnikach).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie nr 53**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w koła o średnicy 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, hamulce przy każdym kole od strony nóg i głowy pacjenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 54**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego cztery koła, w tym jedno z możliwością zablokowania do jazdy kierunkowej (bez konieczności stosowania 5-tego koła jako koła kierunkowego).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 55**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego piąte koło pod leżem zwiększające zwrotność wózka, ale nie będące kołem kierunkowym.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 56**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca stabilizowanego na wózku za pomocą pasków.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 57**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie barierek bocznych metalowych zabezpieczających pacjenta na ok. 3/4 długości leża, składanych wzdłuż ramy leża, górna część barierki wykończona nakładką z tworzywa sztucznego w tym samym kolorze co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie nr 58**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w jeden wieszak na kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej od strony głowy z teleskopową regulacją wysokości oraz czterema (nie rozkładanymi) haczykami, stojak posiada możliwość zamocowania w narożnikach od strony głowy pacjenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** nie, muszą być dwa identyczne wieszki

**Pytanie nr 59**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka nie posiadającego metalowego relingu umieszczonego po bokach wózka.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 60**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka bez uchwytów na pasy.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 61**

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 565-890 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza również.

*Zamawiający  
-/ I Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Krystyna Piątkowska*