

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora oraz aparatu ujętych w 4 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-61-D-P-E

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW NR 1

1. Pakiet 3, poz. 5 – Czy nie zaszła omyłka pisarska, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 360 oznaczeń czy 360 opakowań odczynnika?

Odpowiedź: 360 oznaczeń

2. Pakiet 3, wymagania dotyczące odczynników, pkt. 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i zgodzi się na samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy, do której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp? Wnosimy o modyfikację zapisu „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dotyczące projektu umowy – zadanie nr 2 i 3:

3. § 3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Reklamacja będzie składana emailem na adres: przez osobę upoważnioną przez niego”?

Uzasadnienie: Wykonawca nie korzysta aktualnie w swojej organizacji z faksu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. § 3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona. W przypadku uwzględnienia reklamacji

Wykonawca w terminie 3 dni od udzielenia odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest uzupełnić dostawę lub dostarczyć fakturę korygującą do Zamawiającego”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW NR 2

1. Dotyczy Zad. 4, Formularz asortymentowo-cenowy poz. 5

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie liczby niezbędnych testów identyfikacyjnych. Testy kasetkowe do identyfikacji M. tuberculosis stosuje się w przypadku pozytywnych wyników hodowli, a w obecnym brzmieniu formularza Wykonawca zobowiązany jest wycenić 6000 sztuk – badań.

Odpowiedź: 200 oznaczeń

2. Dotyczy Zad. 4, Formularz asortymentowo-cenowy poz. 6

Zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny zestawów kalibracyjnych względem czasu trwania dzierżawy zgodnie z datą ważności, a nie względem liczby wykonywanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę,

3. Dotyczy pkt. 11 parametrów wymaganych dla Zadania nr 4:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „bezpłatnie” w zamian za sformułowanie „w cenie dzierżawy.”

Uzasadnienie: Zamawiający nie powinien wymagać świadczenia nieodpłatnego, gdyż z PZP wynika, że zamówienie publiczne to odpłatna umowa tym samym odpowiednio świadczenie nieodpłatne jest niedopuszczalne, a wszystkie części oferty powinny zostać wycenione.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy pkt. 10.1 pkt. 2 SWZ (karty charakterystyki substancji, specyfikacji) oraz formularza cenowego dla Zadania 4 (Wymagania dotyczące odczynników pkt. 1):

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga załączenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznej czy ulotek/ instrukcji z charakterystyką oferowanego produktu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia kart charakterystyki do oferowanych odczynników/podłoży.

5. Dotyczy Zad. 4, Wymagania pod tabelą Formularza asortymentowo-cenowego pkt. 1:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania kart charakterystyki wraz z odczynnikami w zamian za możliwość udostępnienia strony internetowej do samodzielnego pobierania tych dokumentów, w sposób łatwy i szybki według potrzeb użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy formularza cenowego dla Zadania 4 (Wymagania dotyczące odczynników pkt. 4 – „Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji i wymiany wadliwego towaru”):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „*Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia do wymiany wadliwego towaru*”. Pierwotny zapis nie chroni Wykonawcy przed sytuacjami np. złego przechowywania bądź nieodpowiedniego postępowania z odczynnikiem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od faktur z opisami produktów w języku polskim. Opisy produktów są systemowe i różnią się od nazw, jednakże na fakturze zawsze znajduje się nr katalogowy pozwalający na identyfikację produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy dla zadania 4:

Zwracamy się z prośbą zmianę zapisu na „(...) *W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ~~120%~~ różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego*”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy §2 ust. 8 wzoru umowy dla zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:

„(...)Czas reakcji serwisu 72 godziny w dni robocze (podjęcie czynności naprawczych) od momentu zgłoszenia. Maksymalny czas naprawy aparatu 5 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy §2 ust. 1 wzoru umowy dla zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw cito do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy dla zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie numeru telefonu z umowy. Zamówienia cito można składać mailowo.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Dotyczy §2 ust. 3 wzoru umowy dla zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania czujników temperatury odczytywanych przy dostawie. Wykonawca gwarantuje, że oferowany towar transportowany jest w odpowiednich warunkach, zgodnych z wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Par 2 ust 3 projektu umowy dla zadania 4 otrzymuje brzmienie: "Wykonawca ma obowiązek zagwarantować zachowanie w trakcie transportu odpowiednich, wymaganych przez producenta warunków, w szczególności w zakresie wymaganej temperatury". Do oferty należy przesłać pisemną gwarancję o odpowiednich warunkach transportu.

13. Dotyczy §3 ust. 8 wzoru umowy dla zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o rozpatrywanie terminów związanych z reklamacjami w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dotyczy §1 ust. 6 wzoru umowy dzierżawy dla zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na dostawę aparatu zastępczego powyżej czasu przewidzianego na naprawę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Dotyczy §6 ust. 5 wzoru umowy dzierżawy dla zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Dostępność serwisu przez 5 dni w tygodniu w godzinach 8-17.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW NR 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby minimalna wartość zamówień, do których realizacji się zobowiązuje, pozostawała na poziomie co najmniej 70% wartości umowy, mając na uwadze zasadę rzetelnego szacowania wartości ofert oraz zapewnienia równowagi stron umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby minimalna wartość zamówień, do których realizacji się zobowiązuje, pozostawała na poziomie co najmniej 50% wartości umowy

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby minimalna wartość zamówień, do których realizacji się zobowiązuje, pozostawała na poziomie co najmniej 50% wartości umowy, mając na uwadze zasadę rzetelnego szacowania wartości ofert oraz zapewnienia równowagi stron umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby minimalna wartość zamówień, do których realizacji się zobowiązuje, pozostawała na poziomie co najmniej 50% wartości umowy

Zamawiający