

Limanowa dnia: 2025-07-29

**Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,**

ul. Piłsudskiego 61,

34-600 Limanowa

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa i instalacja sprzętu i wyposażenia dla SOR ujęta w 7 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-70-D-P-AC

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Zestaw nr 1**

Dot. Część 1

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną o poniższych parametrach?

- Lampa zabiegowa, mobilna, na statywie jezdnym,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Regulacja położenia lampy realizowana za pomocą centralnego uchwytu oraz bocznym uchwytom przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Średnica kopuły – 40 cm liczone z bocznymi uchwytami,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza min 30 cm kopuła.**

- Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (2 szt.),

**Odpowiedź: Tak. min. 1 uchwyt.**

- Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Ilość źródeł światła – 28 białych diod LED,

**Odpowiedź: Tak min. 20 szt.**

- Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy,

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga drugiej generacji LED.**

- Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 120.000 lux,

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

- Wgłębność oświetlenia L1+L2 przy 20% - 1550 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Współczynnik Ra min. 94,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Współczynnik R9 min. 90,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Temperatura barwowa: 4.500 / 5.000 K,

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

- Panel dotykowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz, zmianę wartości natężenia światła, zmianę temperatury barwowej,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Regulacja natężenia oświetlenia realizowana z panelu przy kopule w zakresie 20%-100%

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Średnica plamy świetlnej regulowana w zakresie 11-33 cm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Pobór mocy – 47 W,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Waga lampy wraz z zestawem jezdnym – 21 kg (+- 1kg),

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Żywotność źródła światła powyżej 60.000 godz,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Zasilanie 230V, 50 Hz,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Podstawa wyposażona w min. 4 koła w tym 2 z blokadą oraz wyłącznik główny zasilania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Zestaw nr 2**

Zadanie nr 6 Lodówka medyczna 66l - 3 szt., Lodówka medyczna 340l – 1 szt.

### **1. LODÓWKA MEDYCZNA 66l**

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (SzxGxW) 510×560×655 mm i wewnętrzne 410×420×420 mm oraz pojemność brutto 66 litrów / netto 60 litrów?

2. Czy Zamawiający dopuści pendrive USB zamiast karty SD do pobierania danych z rejestratora?

3. Czy Zamawiający dopuści sterowanie z panelu z przyciskami membranowymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **1. LODÓWKA MEDYCZNA 340l**

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (SzxGxW) 600×650×1790 mm i pojemność brutto 394 litry / netto 390 litrów?

2. Czy Zamawiający dopuści pendrive USB zamiast karty SD do pobierania danych z rejestratora?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Zestaw nr 3**

Pytanie 1 dotyczące parametrów – pakiet 3 pkt. B podpunkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach)?

Zgodnie z zapisami umowy paragraf 3 punkt 7 podpunkt 6)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2 dotyczące parametrów – pakiet 3 oraz zapisów umowy

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Zestaw nr 4**

Pytanie 1 dotyczące parametrów – pakiet 3 pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu generator z wbudowanym już modułem ultradźwiękowym umożliwiającym podłączenie narzędzi hybrydowych ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2 dotyczące parametrów - pakiet 3 pozycja 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie generatora z gniazdem do podłączenia elektrod biernych jednorazowych . Zarówno dzielonych i niedzielonych .

Ze względu bezpieczeństwa wykonawca nie zaleca podpinania elektrod wielorazowych .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający