

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów medycznych ujęte w 10 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-71-D-P-E

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1 : Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty, spakowany folia-folia, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 : Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy z workiem lateksowym, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 : Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy z dwoma rurami o długości 150 cm i dodatkową rurą do worka o długości 120 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 : Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na martwą przestrzeń o długości 15 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 : Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na martwą przestrzeń rozciągliwą do długości 15 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1 Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez złączki prostej 22mmM – 22mmM?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zawierający 2 pułapki wodne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zawierający znikome ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez złączki prostej 22mmM – 22mmM?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy możliwy do użytku przez 7 dni przy codziennej wymianie filtra?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 Zadanie nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń o dł. 15 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadania nr 4 poz. 20 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej osłony na głowicę USG zawierającego sterylną serwetę o wymiarach 30 x 30 cm (tak jak obecnie stosowana w Państwa placówce). Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1 Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 – Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający: - osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-1, potwierdzone wynikami badań wystawionymi przez jednostkę niezależną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wystawionym przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy, który w części 3 zawiera więcej składowych, niż wymagane, tj:

1 x Opaska identyfikacyjna dla noworodków z wkładaną karteczką, niebieska

1 x Kocyk flanelowy 80cm x 100cm

2 x Serwetka chłonna 30cm x 30cm

1 x Pieluszka dla noworodka Mini (2-6 kg)

1 x Podkład ginekologiczno-położniczy 34cm x 9cm

1 x Worek na odpady 40cm x 50cm, przezroczysty

2 x Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm

1 x Czapeczka dla noworodka?

Parametry i skład pozostałych części zgodne z opisem SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 2 poz.1 (1.1-1.4):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitylowych, diagnostycznych, bezpudrowych, w kolorze niebieskim; kształt uniwersalny – chlorowane wewnątrznie, teksturowane końcówki palców; w rozmiarach od S do XL; długość min. 240 mm (potwierdzone badaniami producenta); ściana palca 0,09mm (potwierdzone badaniami producenta); grubość dłoni 0,06mm (potwierdzone badaniami producenta); AQL 1,0 (potwierdzone badaniami producenta). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. 3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (Certyfikat badania typu UE wystawiony przez jednostkę niezależną). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, potwierdzone deklaracją producenta. Rękawice oznakowane fabrycznie: data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL, zgodnie z normami: EN 455, EN 374, ASTM F 1671. Przebadane na przenikanie wirusów potwierdzone Certyfikatem badania typu UE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 6

Zadanie 10

Pytanie nr 1 Pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o średnicy osłonki 2,6 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszczyki o pojemności łyżeczek 7,6 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pętlę hybrydową wyłącznie w rozmiarze 6,10,15 mm i średnicy cewnika 2,3 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pętlę o grubości drutu 0,24 mm i średnicy cewnika 2,3 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pętlę typu Cold o grubości drutu 0,24 mm i średnicy cewnika 2,3 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pętlę typu Cold o grubości drutu 0,24 mm i średnicy cewnika 2,3 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pętle o kształcie wyłącznie diamentu i średnicy katatera 2,3 mm ?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy drutu 0,47 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 7

Pytanie nr 1 Zadanie nr 2: Rękawice nitrylowe

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane zamiast polimeryzowanych? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 2: Rękawice nitrylowe

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,06-0,07 mm, nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2: Rękawice nitrylowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania. Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z nowymi, aktualnymi normami, tj. EN ISO 374-1:2016/EN 16523 zamiast EN 374-3 i potwierdzenie powyższego certyfikatem jednostki notyfikowanej. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 8

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 w poz. 9, 10,12,13,14. produktów nie będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) z racji tego, iż nie wszyscy producenci kwalifikują w/w produkty do wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający