

MODYFIKACJA z dnia 05.08.2025 r.

zadanie 5									
Lp.	Nazwa towaru - przedmiot i opis	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość całkowita netto PLN	VAT	Cena jedn. brutto PLN	Wartość całkowita brutto PLN	Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wpinana elektroda z nożem pasująca do wielorazowych kleszczyków o dł. 25 cm z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm Liga Sure aktywacja ręczna	szt.	3						
2	Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania naczyń dł. 37 cm, śr. trzonu 5 mm, dł. szcęk 19,5 mm aktywowane ręcznie lub nożnie z przewodem z wbudowanym nożem	szt.	162						
3	Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szcęk 21,6mm ,długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szcęk 40st., aktywowany Ręcznie.	szt.	6						
4	Narzędzie do uszczelniania naczyń dł. 20 cm, śr. trzonu 10mm z przewodem, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem LUB Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania naczyń o dł. 18 cm, trzon obracany o 180 st. Szczęki zakrzywione pod kątem 14 st. Aktywowany ręcznie lub nożnie z przewodem i wbudowanym nożem	szt.	174						
5	Bezprzewodowe urządzenie do preparowania ultradźwiękowego o średnicy 5 mm i długości 26cm lub 39cm, szczęki urządzenia zagięte.	szt.	6						
6	Elektroda neutralna pacjenta REM dla dorosłych Do stosowania z generatorami RECCOM --Dla pacjentów >13,6 kg --Przewód 4,6 m	szt.	50						
7	Jednorazowe urządzenie do czyszczenia i podgrzewania optyki podczas zabiegu laparoskopowego. W zestawie 2 ściereczki z mikrofibry oraz wacik do czyszczenia trokara	szt.	10						
8	Jednorazowa klipsownica laparoskopowa 10 mm automatyczna z 20 tytanowymi klipsami o długości 9 mm po zamknięciu	szt.	84						
9	Laparoskopowe narzędzie do otwartego zespalania/rozdzielania tkanek z tępą końcówką, średnica 5 mm, długość 44 cm, szczęki z nieprzywierającą powłoką, szczęka dwustronnego działania z wyprofilowanymi końcówkami, aktywacja ręczna lub nożna.	szt.	6						
	Wymagania dodatkowe: 1. Bezprzewodowe narzędzie do preparowania z poz. 8 wymaga zabezpieczenia przez Oferenta wielorazowego przetwornika piezoelektrycznego oraz baterii 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 3. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym								
	Suma								

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

**UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyczenia wartości brutto**

cena jednostkowa netto + stawka podatku vat = cena jednostkowa brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.