

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,
ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: Zapytania ofertowego:

Nazwa zamówienia: Zabudowa przedziału medycznego wraz z wyposażeniem
wymaganym dla pojazdu sanitarnego typu A2 (transportowy)

Numer referencyjny: **NZ-26-2025-74-U-ZO-AC**

WYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego**, udostępnia poniżej treść zapytań do Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "IWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy nosze monoblokowe :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noszy monoblokowych Sanero o parametrach poniżej:

Charakterystyka

- System blokowania kół – koła skrętne lub zablokowane w pozycji do jazdy na wprost
- Ergonomiczna konstrukcja
- Regulacja wysokości na 7 poziomach
- Możliwość prowadzenia przez jedną osobę
- System załadowniczy z dwustopniowym mechanizmem zwalniającym
- Blokada kół przednich zabezpieczająca nieużywane nosze przed toczeniem
- Odblaskowe oznaczenia
- Duże koła ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach podłoża
- Dobra widoczność noszy zagwarantowana dzięki pomarańczowej ramie pokrytej farbą proszkową

- Lekka, aluminiowa konstrukcja
- Oparcia boczne składane jedną ręką
- Pneumatyczny, bezstopniowy system podnoszenia oparcia głowy, pleców, nóg i kolan uruchamiany jedną ręką
- Możliwość mycia ciśnieniowego
- Nosze zgodne z normą PN EN-1789

Dotyczy pozycji fotel kardiologiczny:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela kardiologicznego o parametrach poniżej:

Fotel kardiologiczny Clubman jest wykonany z aluminium.

Wyposażony w ergonomiczne mechanizmy kontrolne, obsługiwane jedną ręką – brak możliwości zranienia operatora.

Wyposażony w anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dla zwiększonego komfortu pacjenta.

- waga 16 kg
- średnica kół przednich 15 cm
- średnica kół tylnych 12,5 cm, koła obrotowe (360°), koła tylne wyposażone w hamulce
- dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- czteropunktowy pas zabezpieczający
- teleskopowe uchwyty przednie
- składane uchwyty tylne
- składane podłokietniki
- składane podparcie stóp
- możliwość mycia ciśnieniowego

Fotel kardiologiczny jest zgodny z normą PN EN 1789 – posiada dedykowane mocowanie podłogowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający