

**Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy implantów ortopedycznych ujętych w 2 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-76-D-P-E

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-privatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Dodatkowo wskazujemy, że wymóg załączania faktury do dostawy jest nieproporcjonalny z innymi warunkami umowy. Faktura może zostać wystawiona jedynie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o zużyciu konkretnego wyrobu, stąd wnosimy o wykreślenie zapisu § 6 ust. 1.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający usuwa z projektu umowy postanowienie paragrafu 6 ust 1 umowy.**

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę brzmienia § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez odstąpienie od wykazania zachowania prawidłowych warunków transportu za pomocą czujników? Zamiast tego czy Zamawiający dopuści wykazanie odpowiednich warunków przewozu zastrzeżonych przed producenta poprzez złożenie oświadczenia o ich spełnieniu ?

Należy pamiętać, że art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.) zobowiązuje Dystrybutora do zapewnienia, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta. Nie wskazuje natomiast formy potwierdzenia ich spełnienia. Również Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 lipca 2023 r. wskazuje „Obowiązek prowadzenia dokumentacji potwierdzającej dokonanie kontroli warunków transportu produktów przyjmowanych do apteki nie musi obejmować dokumentów wytworzonych albo pozyskanych z rejestratorów temperatury i wilgotności używanych podczas transportu”. Stąd wynika, że Dystrybutorzy nie są zobowiązani do posiadania rejestratorów temperatur a niniejszy wymóg jest wygórowany i powoduje nierówność wobec Wykonawców nieposiadających rejestratorów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 8 ust. 3 Umowy bądź jego modyfikację i wskazanie, że Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu różnicy cen – a nie uiszczenia dodatkowej kary umownej w związku z zakupem zastępczym. Wykonawca nadmienia, iż szkoda Zamawiającego wynikająca z wykonania zastępczego to de facto dodatkowy koszt, jaki Zamawiający musiałby ponieść w przypadku zakupu asortymentu od podmiotu trzeciego powyżej ceny zastrzeżonej w Umowie. Wykonawca standardowo naprawia przedmiotową szkodę poprzez zwrot różnicy w cenie zapłaconej podmiotowi trzeciemu a cenie zastrzeżonej w Umowie.

Tym samym zastrzeżenie dodatkowych kar umownych stanowi w ocenie Wykonawcy rozwiązanie nieproporcjonalne do wymiaru ewentualnej szkody występującej po stronie Zamawiającego, a co za tym idzie niezasadnie rozszerzające zakres odpowiedzialności Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zamawiający