

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup systemu ultrasonografii endoskopowej w ramach realizacji zadania „Rozwój świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego”.

Numer referencyjny: SZW/DZP/99/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) oraz Formularza asortymentowo – cenowego – OPZ (załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy):

Pytanie nr 1, Dotyczy § 7 ust. 9 załącznika nr 4 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin usunięcia wady Strony wynosił max. 5 [pięć] dni roboczych licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 12 [dwunastu] dni roboczych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ tj. Wzór umowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 2, Dotyczy § 7 ust. 17 załącznika nr 4 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zobowiązany był do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego Sprzętu, w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta Sprzętu lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 5 [pięciu] lat od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ tj. Wzór umowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 3, Dotyczy § 10 ust. 8 załącznika nr 4 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 20% ogólnej wartości umowy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ tj. Wzór umowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 4, Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyposażenia (np. uchwyt), który nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5, Dotyczy pkt. 4, 30 załącznika nr 2 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, którego rok produkcji jest nie starszy niż 2024 r.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6, Dotyczy pkt. 98 załącznika nr 2 do SWZ:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o usunięcie w całości zapisu :

"Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 8 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat."

Wykonawca nie prowadzi sprzedaży części zamiennych i serwisowych. Przeglądy aparatów oraz ich serwisowanie mogą być przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających wymagane certyfikaty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że możliwość zakupu przez Zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych jest powiązana z świadczeniem usługi serwisowej jej wymiany.

Pytanie nr 7, Dotyczy pkt. 112 załącznika nr 2 do SWZ:

Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, ponieważ termin ten nie odpowiada terminowi z rozdziału 6 SWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, doszło o omyłki pisarskiej. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **data zakończenia: 2025-11-15**. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy tj. Formularz asortymentowo – cenowy -OPZ, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 8, Dotyczy pkt. 19 załącznika nr 2 do SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że endoskop ma współpracować z myjnią ETD 4 posiadaną przez Zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie informacji o szafie EDC, z naszej wiedzy wynika, iż Zamawiający nie jest w posiadaniu szafy EDC.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla zapis o szafie EDC. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy tj. Formularz asortymentowo – cenowy -OPZ, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 9, Dotyczy pkt. 26 załącznika nr 2 do SWZ:

W odniesieniu do zapisu zawartego w pkt. 26 Załącznika nr 2 do SWZ / Załącznika nr 2 do umowy, dotyczącego objęcia gwarancją także uszkodzeń powstałych z winy użytkownika (m.in. w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz dekontaminacji sprzętu niezgodnego z instrukcją obsługi) dla endoskopu ultrasonograficznego o skanowaniu liniowym, uprzejmie prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu.

Rozszerzenie gwarancji na szkody wynikające z błędów użytkownika jest rozwiązaniem niestandardowym i wykraczającym poza typowe warunki gwarancyjne producentów sprzętu medycznego. Wprowadzenie takiego zapisu przenosi na Wykonawcę ryzyko, które trudno oszacować i które w praktyce musi zostać skalkulowane w cenie oferty. Może to skutkować istotnym wzrostem kosztów zakupu dla Zamawiającego oraz ograniczyć konkurencyjność postępowania. Zasadne wydaje się pozostawienie długości gwarancji w brzmieniu określonym w pkt 113, bez dodatkowego rozszerzenia

zakresu o uszkodzenia wynikające z winy użytkownika. Takie rozwiązanie zapewni utrzymanie cen na racjonalnym poziomie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla ten pkt z OPZ. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy tj. Formularz asortymentowo – cenowy -OPZ, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 10, Dotyczy pkt. 97 załącznika nr 2 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia medycznego, które będzie zintegrowane z aktualnie funkcjonującym w infrastrukturze Szpitala urządzeniem medycznym (współpracującym z wykorzystywanym przez Szpital systemem archiwizacji badań endoskopowych) i przez ten system będzie zintegrowane w standardzie HL7 ze szpitalnym systemem HIS oraz w standardzie DICOM ze szpitalnym systemem PACS ?

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu nr 97 na brzmiący:

"Integracja dostarczonego urządzenia medycznego z aktualnie funkcjonującym w infrastrukturze Szpitala urządzeniem medycznym (współpracującym z wykorzystywanym przez Szpital systemem archiwizacji badań endoskopowych). Dostarczone urządzenie medyczne, które będzie współpracowało z aktualnie wykorzystywanym przez Szpital systemem archiwizacji badań endoskopowych, musi być przez ten system zintegrowane w standardzie HL7 ze szpitalnym systemem HIS oraz w standardzie DICOM ze szpitalnym systemem PACS (węzeł DICOM, przekazywanie linków do badań do HIS) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, wdrożeniem i wszelkimi pracami związanymi z wykonaniem w/w integracji ponosi Wykonawcę."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy tj. Formularz asortymentowo – cenowy -OPZ, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 11, Dotyczy Aparat USG:

Czy Zamawiający wymaga głowicy convex o zakresie częstotliwości od 1 do 5 MHz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (1) nr 591850-2025 z dnia 10/09/2025

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą Formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 11.09.2025 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 11.09.2025 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

*Zamawiający
/-/ I Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*