

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanova

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy produktów do dezynfekcji, antyseptyki, wapna sodowanego, innych wyrobów medycznych ujętych w 11 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-90-D-P-E

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia Raportu skróconego z badań mikrobiologicznych w przypadku składania oferty do zadania nr 6 (żel do cewnikowania)

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Pytanie 2

Dotyczy zadania 6 – żel do cewnikowania

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania, posiadający 0,05g glukonianu chloroheksydyny w 100g żelu (zamiast 20g glukonianu chloroheksydyny w 100g żelu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający