

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przeglądy i naprawy aparatów RTG.

Numer referencyjny: SZW/DZP/123/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami dokonując **modyfikacji** SWZ w zakresie Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ):

Pytanie nr 1

Zad. 2 - Aparaty RTG Ziehm Imaging - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jaki sposób będzie rozliczana diagnostyka aparatu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rozliczy diagnostykę na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty cenowej, przedstawionej przez Wykonawcę, zawierającej ilość roboczogodzin potrzebnych do wykonania usługi oraz koszt dojazdu.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadań nr 2 i 3 - Czy w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług Zamawiający w Zadaniach nr 2 i 3 będzie wymagał od wykonawców:

- 1) dysponowania aktualną autoryzacją producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, lub
- 2) dysponowania aktualną autoryzacją innego producenta aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce obrazowej wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym

z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w zakresie dystrybucji, instalowania oraz serwisu aktywnych wyrobów medycznych do obrazowania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wymagać będzie od wykonawców uwzględnienia w cenie przeglądu kosztu części podlegających okresowej wymianie niezbędnych do wykonania przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ i wzorem umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy §3 ust. 1 pkt 9) załącznika nr 4 do SWZ

Prosimy Zamawiającego o uzasadnienie wprowadzonego zapisu oraz o doprecyzowanie kwestii zobowiązania postawionego wykonawcy a dotyczącego "wymiany urządzenia, którego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa (o min. tych samych parametrach technicznych jak urządzenie wymieniane)".

Na jakiej zasadzie odbywać się będzie powyższa wymiana i w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć koszt wymiany urządzenia z wykonawcą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla z umowy zapisy §3 ust. 1 pkt 8), 9) i 11). Zamawiający modyfikuje w tym zakresie odpowiednio załącznik nr 4 do SWZ, tj. Wzór umowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby personel oddelegowany do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producenta posiadał imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz klucz serwisowy wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub inny podmiot szkolący wskazany przez producenta aparatu.

Wyjaśniamy, iż posiadanie ww. certyfikatów gwarantuje należyte wykonanie usługi, co przekłada się na bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej zarówno dla pacjenta jak i personelu obsługującego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 7

Skoro Wykonawca oświadcza, że dysponuje legalnym i niezbędnym potencjałem technicznym oraz kadrowym niezbędnym do realizacji umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby osoby wykonujące czynności serwisowe posiadały kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórcę aparatów medycznych oraz imienne Certyfikaty od producenta sprzętu potwierdzające odbycie odpowiednich szkoleń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 10

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za usługę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 2

Proponujemy termin naprawy gwarancyjnej do 5 dni roboczych, bez wymiany części i 10 dni roboczych w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy, liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W OPZ Zamawiający określił czas naprawy, dotyczy awarii oraz naprawy gwarancyjnej: czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych, czas skutecznej naprawy wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych
Termin 5 dni roboczych dotyczy naprawy nie wymagającej importu części spoza Polski.
Zamawiający doprecyzowuje niniejszy zapis we wzorze umowy przenosząc go w pełni z OPZ do wzoru umowy w & 3 ust. 15.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej w przypadku jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego do wysokości 5% ogólnej wartości Umowy netto określonej w § 6 ust. 2 Umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 1) nr 2025/BZP 00465095 z dnia 2025-10-09.

Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 2025-10-09 poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

*Zamawiający
/-/ I Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*