

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,

ul. Piłsudskiego 61,

34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego (z przebiegiem technicznym) ambulansu o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-100-D-P-AC

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy ssaka

1. Dotyczy parametru:

„wbudowany manometr obrazujący aktualną siłę ssania , płynna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do -0,8 bar”

Pytamy Zamawiającego czy dopuści ssak wyposażony w płynną regulację siły ssania w zakresie 0,1 do 0,8 bar”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy parametru:

„czas pracy min. 45 minut”

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuści ssak o czasie pracy 40 minut?

3. Dotyczy parametru:

„1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu.”

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie Zamawiający ma na myśli uchwyt ścienny zgodny z normą PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia

do uchwytu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli uchwyt ścienny zgodny z normą PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu w ambulansie.

Dotyczy respiratora:

1. Dotyczy parametru:

„Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA 2 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści, wchodzący w skład zestawu przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA o długości 3 metry, przy zachowaniu pozostałych zapisów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności częściowo przeszklonej ścianki działowej oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z okienkiem stałym bez otworów, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.:

Zamawiający