

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup lampy szczelinowej i wyświetlacza optotypów w ramach realizacji zadania - cztery zdania: Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii, okulistyki i laryngologii dla Szpitala Wojewódzkiego oraz zakup i dostawa lampy szczelinowej do Poradni Okulistycznej.

Numer referencyjny: SZW/DZP/126/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o nieznacznie zmienionych parametrach w punktach jak poniżej:

- (8) Średnice otworów szczeliny: 14; 8; 3,5; , 0,2 mm
- (9) Filtry: pochłaniający ciepło, neutralnej gęstości, beczcerwienny, kobaltowy niebieski, wbudowany filtr żółty
- (12) Rotacja szczeliny od 0-180° regulowana w pionie i poziomie
- (15) Odległość od oka pacjenta/ powierzchni pryzmy: 81 mm
- (17) Oświetlenie Led

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 1 pozycji 23

Prosimy o dopuszczenie, w wymaganiach dodatkowych (lp.23), czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia do pojawienia się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze do 72 godzin.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr 2 pozycji 14

Prosimy o dopuszczenie, w wymaganiach dodatkowych (lp.14), czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia do pojawienia się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze do 72 godzin.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 1, 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 30.11.2025

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia termin realizacji dla obu zadań na dzień 1 grudnia 2025 roku. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy oraz załącznik nr 1 do SWZ

Dotyczy wzoru umowy i zadań nr 1 i 3:

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy na „do 7 grudnia 2025 r”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia termin realizacji dla obu zadań na dzień 1 grudnia 2025 roku. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy oraz załącznik nr 1 do SWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie usterki do 72h?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okres dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego do 8 lat od daty dostawy, zgodnie z okresem oferowanym przez producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Czy zważywszy na fakt, że nieodpłatnie i na koszt Wykonawcy dostarczenie Zamawiającemu na czas przedłużającej się naprawy urządzenia zastępczego o nie gorszej funkcjonalności i parametrach powoduje zapewnienie ciągłości pracy oraz zapobiega ewentualnym stratom, czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis, który mówi że kary umowne za przekroczenie terminu naprawy lub usunięcia usterek nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Czy w Zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści lampę szczelinową o poniższych parametrach:

Ogólne dane dotyczące projekcji szczelinowej	Lampa szczelinowa SL-110
Szerokość szczeliny (regulowana w sposób ciągły)	0-14 mm
Maksymalna szerokość szczeliny	14mm
Długość szczeliny (regulowana w sposób ciągły)	1.8-13mm
Skala projekcji szczelinowej	1.2x
Przesłony szczelinowe	0.2/ 5.5/ 9/ 13 mm
Filtry	Czysty, niebieski, żółty, dyfuzor, bezczerwony (zielony), czerwony
Rotacja szczeliny	0°-180°
Kąt projekcji szczeliny	90° - 0° - 90° ze skalą odniesienia
Odległość robocza	81mm
- oko pacjenta/ powierzchnia pryzmatu	
Lampa mocująca	Zielona lampka
Regulacja wysokości podpórki pod brodę	59mm
Ruch podstawowy	103mm x 100mm x 35mm
Źródło światła	LED 3500K
Mikroskop stereoskopowy:	
Typ mikroskopu	Mikroskop optyczny zbieżny binokularowy @ 8°
System wyboru mocy powiększenia	pięciopozycyjny obrotowy bęben
Binokular	12.5x
Powiększenia	6x/10x/16x/25x/40x
Pole widzenia [mm]	36/22/14/9/5.6
Odległość źrenic	48.5 – 80 mm
Odległość robocza obiektywu	111mm
Kąt zbieżności obiektywu	12°
Wyrównanie wady	-5D to +5D

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści lampę szczelinową jak w pytaniu nr 1 – z przystawką cyfrową o poniższych parametrach:

Ekran dotykowy AMOLED min. 5'

Czujnik obrazu CMOS

Pamięć - Wewnętrzny magazyn pamięci flash min. 128 GB

Technologia przetwarzania obrazu - HDR, Global Shutter Function

Rozdzielczość zdjęcia min. 2048 x 1536 pikseli

Pozostałe parametry: Transmisja strumieniowa wideo do wielu urządzeń

Przechwytywanie obrazu wideo i zdjęć Automatyczne wykrywanie oka L/P

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Czy w związku z faktem, że ustawa o wyrobach medycznych i rozporządzenie Rady Parlamentu UE 2017/745 (MDR) art. 10 - nie nakładają obowiązku zapewniania części zamiennych oraz zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2648/18 WYROK z dnia 14 stycznia 2019 r. - z którego wynika, iż Zamawiający może żądać zapewnienia części, ale

na okres nie dłuższy niż ogólna gwarancja – Zamawiający dopuści: „zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres max. 5 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

*Zamawiający
/-/ I Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*