

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup Zautomatyzowanego systemu dozowania formaliny dla próbek biologicznych/histopatologicznych, systemu retraktorów oraz kanałowego systemu monitorowania integralności nerwów w ramach realizacji zadania: Zakup sprzętu na potrzeby realizowanych zabiegów chirurgicznych oraz nowego Pododdziału Torakochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - trzy zadania:

1. Zakup: Zautomatyzowany system dozowania formaliny dla próbek biologicznych/histopatologicznych
2. Zakup: System retraktorów
3. Zakup: Kanałowy system monitorowania integralności nerwów.

Numer referencyjny: SZW/DZP/137/2025

**SPROTSTOWANIE WYJAŚNIENŃ TREŚCI SWZ W ZAKRESIE
PYTANIA NR 1, POZ. 5, PYTANIA NR 2, POZ. 5
I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), **ZAMIESZCZA SPROSTOWANIE W ZAKRESIE UDZIELONYCH W DNIU 03.11.2025 R. ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PYTANIA NR 1 POZ. 5 ORAZ PYTANIA NR 2 POZ. 5:**

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 do SWZ , Formularz asortymentowo - cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Zautomatyzowany system dozowania formaliny dla próbek biologicznych/histopatologicznych

Poz.5.

Prosimy o zmianę niniejszego warunku na wymaganie dostawy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro (IVD) używanego do badania próbek pobranych od człowieka, które spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).

Zamawiający wskazuje na Rozporządzenie (UE) 2017/745 (MDR), które dotyczy innej klasy urządzeń - wyrobów medycznych używanych u ludzi (MDR), a przedmiot zamówienia to urządzenie do analizy pobranych próbek od człowieka.

BYŁO (Z): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

JEST (NA): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje odpowiedź na to pytanie. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia do diagnostyki in vitro (IVD) używanego do badania próbek pobranych od człowieka, które spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).

Pytanie nr 2

Załącznik nr 2 do SWZ , Formularz asortymentowo - cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Zautomatyzowany system dozowania formaliny dla próbek biologicznych/histopatologicznych

Poz.5.

Prosimy o dopuszczenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro (IVD) używanego do badania próbek pobranych od człowieka, które spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR). System działa całkowicie bezpiecznie dla pracowników służby zdrowia, zgodnie z włoskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy (dekret ustawodawczy (IT) 81/08).

BYŁO (Z): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

JEST (NA): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje odpowiedź na to pytanie. Zamawiający dopuszcza.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia- 3 numer ogłoszenia: 2025/BZP 00513718, data ogłoszenia: 2025-11-04

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty nie uwzględniającej sprostowania odpowiedzi z dnia 04.11.2025 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

*Zamawiający
/-/ I Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*