

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup wózków do transportu endoskopów miękkich w ramach realizacji zadania: „Poprawa dostępności do badań endoskopowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”.

Numer referencyjny: SZW/DZP/135/2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami dokonując **modyfikacji** SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego/OPZ stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wózki, które posiadają dokumenty wymienione w SWZ, tj. deklaracje zgodności CE oraz dla producenta ISO 13485:2016, ale były wyrobami niemedyceznymi, objętymi VAT 23% ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 2**

Dot. projektu umowy par. 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary minimalnej do:

„W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy, jednak nie

mniej niż 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. W przypadku gdy umową objęte są pakiety, kare umowną nalicza się wg wartości odpowiedniej do danego pakietu objętego zwłoką.” ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze wzorem umowy.

### **Pytanie nr 3**

Dot. projektu umowy par. 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.”?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze wzorem umowy.

### **Pytanie nr 4**

Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania Zamawiającego (warunek) pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji ale wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r. ?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 5**

Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania dodatkowe pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wykreślenie „części zamiennych” (zostało to już ujęte w pkt. 11, a części zamienne są wymieniane przez serwis wraz z usługą ich wymiany) oraz na skrócenie terminu do:

„Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 8 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji.”?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia tego wymagania w OPZ.

Nowe brzmienie wymagania w OPZ: Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 8 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji.

#### **Pytanie nr 6**

Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania dodatkowe pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do:

„Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 72 godziny (...)”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 7**

Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania dodatkowe pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu naprawy w dniach roboczych (nie kalendarzowych):

„(...) Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni roboczych.

Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni roboczych.”?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 8**

Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania dodatkowe pkt. 7

Prosimy o dodanie zapisu „jeśli dotyczy” (nie każdy sprzęt wymaga wykonywania testów specjalistycznych):

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych – jeśli dotyczy. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty.”?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia wymagania w OPZ:

Nowe brzmienie tego wymagania w OPZ: W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych (jeśli dotyczy). Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty.

**Pytanie nr 9**

Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania dodatkowe pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu do:

„Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty zainstalowania” ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (1) - Numer publikacji ogłoszenia: 768134-2025, Data publikacji: 19/11/2025, Nr wydania: Dz.U. S: 223/2025

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty nie uwzględniającej modyfikacji z dnia 19.11.2025 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

*Zamawiający  
/-/ Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Krystyna Piątkowska*