

Poznań dnia: 2025-11-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup angiografu wraz z remontem i adaptacją pomieszczeń na rzecz Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej wraz z utworzeniem dod. sali zabiegowej do zabiegów elektrofizjologii i elektroterapii dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach realizacji projektu: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu..

Numer referencyjny: SZW/DZP/128/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - V

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 57 z dnia 14.11.2025r. (opublikowanymi w dniu 18.11.2025r.), prosimy Zamawiającego u udzielenie odpowiedzi na jedno poniższe pytanie:

Dot. § 14 ust. 9 wzoru umowy:

Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma uprawnień ani technicznych możliwości pozbawienia urządzenia medycznego "blokad i kodów serwisowych po upływie gwarancji", prosimy o wyrażenie zgody na przekazanie certyfikatów dostępu do rutynowych opcji serwisowych (kodów i kluczy serwisowych),

obejmujących standardowe procedury przeglądu i serwisu, dla personelu serwisowego Zamawiającego umożliwiających dokonywanie przeglądów technicznych i napraw urządzenia medycznego po upływie gwarancji, w następujący sposób:

Przekazanie certyfikatów dostępu nastąpi na podstawie Procedur Ochrony Własności Intelektualnej Wykonawcy, która wymaga zawarcia dodatkowej odpłatnej umowy licencyjnej zawartej z Zamawiającym oraz podpisania przez personel serwisowy Zamawiającego zobowiązania do zachowania poufności. Analogiczne rozwiązanie miałoby miejsce, w przypadku, gdyby serwis urządzenia wykonywał podmiot wybrany przez Zamawiającego.

Wykonawca nie ma innego sposobu przekazania certyfikatów dostępu do opcji serwisowych, dlatego też zgoda Zamawiającego na takie rozwiązanie stanowi warunek złożenia przez Wykonawcę oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z ust. 9 w par 14 i modyfikuje w tym zakresie umowę. Sposób serwisowania urządzenia, będącego przedmiotem postępowania, będzie przedmiotem odrębnej decyzji Zamawiającego. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SWZ, tj. Wzór umowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 2), Numer publikacji ogłoszenia: 761971-2025, Numer wydania Dz. U.S: 221/2025, Data publikacji: 17/11/2025

Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 24.11.2025 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

*Zamawiający
/-/ Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*