

Poznań dnia: 2025-11-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup diatermii chirurgicznej oraz kozetki elektrycznej w ramach realizacji zadania: Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Numer referencyjny: SZW/DZP/142/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 8
Czy zamawiający dopuści do przetargu kozetkę elektryczną renomowanego producenta o szerokości 700 mm, bez możliwości wyboru szerokości blatu, co nie wpływa na jakość użytkowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 9
Czy zamawiający dopuści kozetkę elektryczną renomowanego producenta z podgłówkiem o długości 300mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 10

Czy zamawiający dopuści kozetkę elektryczną renomowanego producenta z regulacją segmentu głowy w dużo wyższym zakresie tj. -40° and $+40^{\circ}$ co będzie bardziej komfortowe dla pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 12
Czy zamawiający dopuści kozetkę elektryczną renomowanego producenta z regulacją wysokości z zakresie ± 500 mm - ± 1050 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 13
Czy zamawiający uzna za równoważne dostarczenie stołu z 1 sterownikiem nożnym umożliwiającym sterowanie z dowolnej strony stołu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 14
Czy zamawiający dopuści do przetargu kozetkę elektryczną renomowanego Producenta z kołami o średnicy 50 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 15
Czy zamawiający dopuści do przetargu kozetkę elektryczną renomowanego producenta na 4 kołach z osłonami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym stabilizacja kozetki będzie się odbywała za pomocą blokady wszystkich kółek.

Pytanie nr 8 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 16
Czy zamawiający dopuści do przetargu kozetkę elektryczną renomowanego producenta bez osłony podstawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - dot. załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, I Kozetka elektryczna – 1szt, Punkt 18
Czy zamawiający dopuści do postępowania kozetkę elektryczną renomowanego Producenta o obciążeniu roboczym 200kg ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. zadanie nr 2 – Kozetka elektryczna

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 6 stół 2 segmentowy, który posiada leżysko nieruchome ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – dot. zadanie nr 2 – Kozetka elektryczna

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 7 stół o długości 1950 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. zadanie nr 2 – Kozetka elektryczna

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 12 stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 480 mm – 950 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. zadanie nr 2 – Kozetka elektryczna

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 14 stół z kołami o średnicy 50 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. zadanie nr 2 – Kozetka elektryczna

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 16 stół z tworzywową osłoną w dolnej części stołu na całej długości w kształcie łuku ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

*Zamawiający
/-/ Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*