

Poznań dnia: 2025-12-05

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
Juraszów 7/19  
60-479 Poznań

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup RTG - ramię C oraz przyłóżkowego aparatu RTG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.  
Numer referencyjny: SZW/DZP/163/2025

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do tabelki technicznej - Część 1 - RTG z ramieniem C

**Pytanie nr 1** - dotyczy pkt 63

Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z ramieniem C z ilością 350 000 obrazów w pamięci aparatu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 2** - dotyczy pkt 76,77,78,79

Prosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego monitor 32" medyczny UHD dwudzielny (obraz live + obraz referencyjny), o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, którego kontrast wynosi 1700:1 a luminacja 700cd/m<sup>2</sup>, jako równoważnego rozwiązania względem dwóch oddzielnych monitorów o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 × 1024.

Uzasadniamy, że monitor UHD o większej przekątnej zapewnia znacznie wyższą rozdzielczość, lepszą czytelność detali anatomicznych, możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu live i referencyjnego w podziale ekranu oraz poprawia ergonomię pracy zespołu medycznego. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w nowoczesnych systemach i w pełni spełnia wymagania funkcjonalne oraz kliniczne.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 3 - dotyczy pkt 107**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze do max 72 godzin.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

Pytania do wzoru umowy

**Pytanie nr 4 - dotyczy wzoru umowy § 5 pkt 1**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 23 grudnia 2025 roku.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 5 - dotyczy wzoru umowy § 7 pkt 2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie. Wyjaśniamy, że przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ, Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia zastępczego. Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

**Pytanie nr 6 - dotyczy wzoru umowy § 10 pkt 1**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy do wysokości 0,3% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 1 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

**Pytanie nr 7 - dotyczy wzoru umowy § 10 pkt 2**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary w przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego do wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ, Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia zastępczego. Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

## Pytania do Części 2 - RTG mobilne przyłóżkowe

**Pytanie nr 8** - dotyczy części nr 2, załącznika nr 2 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 166 - podłączenie do systemu archiwizacji

W pkt 166 OPZ (zał. nr 2 do SWZ) Zamawiający wymaga podłączenia przedmiotu zamówienia do posiadanego systemu archiwizacji. Prosimy o podanie nazwy posiadanego systemu oraz informację, czy Zamawiający posiada licencję oraz która ze stron – wykonawca czy Zamawiający – ma ponieść koszty wynikające z czynności podłączenia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający rezygnuje z tego wymogu. Zamawiający modyfikuje OPZ.

**Pytanie nr 9** - dotyczy części nr 2, załącznika nr 2 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 171

Zamawiający w punkcie 171 OPZ (załącznik nr 2 do SWZ) określa, że: „Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii, czyli pojawienie się pracownika w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych”.

Prosimy o zmianę czasu skutecznej naprawy określonego w dniach kalendarzowych na czas określony odpowiednio jako 7 i 14 dni roboczych liczonych od pon. do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ i zmodyfikowanym wzorem umowy.

**Pytanie nr 10** - dotyczy zał. nr. 4 do SWZ, „Wzór umowy” – par. 7 ust 2.: termin naprawy

W par. 7 ust 2 „Wzoru umowy” (zał. nr 4 do SWZ) Zamawiający określa: „W przypadku nie dokonania naprawy w okresie (zgodnie z informacją zawartą w OPZ) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wadliwego Asortymentu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach niż zaoferowany w ofercie, na czas naprawy”.

Prosimy o zmianę okresu naprawy liczonego w dniach kalendarzowych na okres naprawy liczony w dniach roboczych – od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmodyfikowaną treścią wzoru umowy.

**Pytanie nr 11** - dotyczy zał. nr. 4 do SWZ, „Wzór umowy” – par. 7 ust 3.

W par. 7 ust. 3 Wzoru umowy (zał. nr 4 do SWZ) Zamawiający określa: „Strony rozszerzają obowiązki gwarancyjne, poprzez obowiązek wykonywania w okresie gwarancji wszelkich przeglądów i serwisów gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, wymaganych przez producentów urządzeń wchodzących w skład Asortymentu w celu zachowania ich właściwości i prawidłowego działania.”

Prosimy o dopuszczenie wykluczenia obowiązku gwarancyjnej wymiany części eksploatacyjnych urządzenia w sytuacji, w której konieczność wymiany wynika z naturalnych procesów lub nieprawidłowej eksploatacji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmodyfikowaną treścią wzoru umowy.

**Pytanie nr 12** - dotyczy SWZ pkt. 6 - termin wykonania zamówienia, dla części nr 2 Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt.

Zamawiający określił termin realizacji wszystkich warunków umowy w zakresie części nr 2: Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt. na dzień 15 grudnia 2025 r., przy jednoczesnym wymaganiu, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyprodukowany w roku 2025, z wykluczeniem aparatów demo, rekondycjonowanych itp. Zakres realizacji obejmuje nie tylko dostawę urządzenia, ale również jego instalację, podłączenie do systemu archiwizacji posiadanego przez Zamawiającego, przeprowadzenie testów specjalistyczno-odbiorczych oraz przeszkolenie personelu z obsługi systemu.

Ze względu na złożony charakter projektu, konieczność zapewnienia pełnej zgodności z wymaganiami jakościowymi oraz fakt, że termin 15 grudnia jest niestandardowo krótki i nie uwzględnia realnych etapów procesu (produkcja, transport, instalacja, testy, szkolenie), wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do dnia 29 grudnia 2025 r. Zmiana ta pozwoli na zachowanie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami Zamawiającego, bez ryzyka pośpiechu, który mógłby wpłynąć na prawidłowe wykonanie wszystkich czynności odbiorowych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający zrezygnował z podłączenia do systemu archiwizacji oraz z przeprowadzenia testów specjalistycznych i odbiorczych. Zamawiający modyfikuje OPZ.

*Zamawiający  
/-/ Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Krystyna Piątkowska*