

Poznań dnia: 2025-12-08

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
Juraszów 7/19  
60-479 Poznań

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Kontenery sterylizacyjne: Pakiet I - Kontener zaworowy, Pakiet II - Kontener z filtrami.  
Numer referencyjny: SZW/DZP/141/2025

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaney dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1-** dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wannę kontenera o wymiarach 585x280x250 i odpowiadający kosz siatkowy? Różnica jest niewielka, dopuszczenie naszego rozwiązania pozwoli na uczynienie postępowania bardziej konkurencyjnym cenowo przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 2 -** dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wannę kontenera o wymiarach 585x280x185 i odpowiadający kosz siatkowy? Różnica jest niewielka, dopuszczenie naszego rozwiązania pozwoli na uczynienie postępowania bardziej konkurencyjnym cenowo przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 3 –** dot. pakietu nr 2 pkt 3

Czy zamawiający dopuści Kosz stalowy perforowany z uchwytyami, dno faliste niewymagające dodatkowych nóżek, ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi. Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, także

#### **Pytanie nr 4**

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10:

1. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto **niedostarczonej części przedmiotu** Umowy, jednak nie mniej niż **50,00** zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. W przypadku gdy umową objęte są pakiety, kare umowną nalicza się wg wartości odpowiedniej do danego pakietu objętego zwłoką.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** zgodnie ze wzorem umowy

#### **Pytanie nr 5**

W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **50,00** zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** zgodnie ze wzorem umowy

#### **Pytanie nr 6**

W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto **niezrealizowanej części** umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy/odstąpienia w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% kwoty brutto wartości tej **niezrealizowanej** części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział/od której odstąpił.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** zgodnie ze wzorem umowy

#### **Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wannę w rozmiarze 600x272x197 mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wannę wyposażoną w gniazda na tabliczki po jednej stronie kontenera, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pokrywę do kontenera wykonaną z aluminium typu Bio-Barrier, która eliminuje konieczność stosowania filtrów jednorazowych i pozwala na minimum 5000 cykli sterylizacji. Specjalne silikonowe uszczelki w mechanicznych systemach zaworów gwarantują, że zawory są w 100% zamknięte. Co więcej, mechaniczny system zaworów w tych pojemnikach sterylizacyjnych jest demontowalny przez użytkownika, co pozwala na jego

kontrolę w razie potrzeby. Modułowy mechanizm automatycznej blokady (termo-zamek) gwarantujący gwarancję sterylności oraz okienko wskaźnikowe zapewniające widoczność wyniku wskaźnika poprzez wizualną kontrolę bez otwierania pokrywy

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 10** - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kosz w rozmiarze 540 x 253 x 80 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 11** - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 520 x 230 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 12**

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Pakiet nr 2

1	Wanna kontenera wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w gniazda na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Gniazda wyposażone w tabliczkę identyfikacyjną ( kolor tabliczki i treść nadruku do wyboru na etapie realizacji). Rozmiar: <b>585x274x200mm</b>
3	Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami . Rozmiar <b>540x253x95mm</b>
4	Mata silikonowa. Rozmiar <b>500mm x 230mm</b>

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za

preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający zwraca uwagę, że art. 135 UPZP służy do zadawania pytań w celu rozwiania wątpliwości Wykonawcy co do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Natomiast Wykonawca w powyższej treści, pomimo charakteru pytania podejmuje próbę negocjowania zapisów zawartych w OPZ.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*Zamawiający  
/-/ Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Krystyna Piątkowska*