

**Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanova

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy materiałów medycznych ujęte w 13 zadaniach.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-117-D-P-E

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**ZESTAW NR 1**

**Pytanie 1**

Zadanie nr 2, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga asortymentu sterylnego? Tylko takie zapewniają brak ryzyka infekcji ze strony zanieczyszczeń mikrobiologicznych

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Zadanie nr 2, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga asortymentu bez szkodliwych ftalanów? Niektóre ftalany mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na astmę, co jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i kobiet w ciąży. Niektóre źródła podają także, że substancje te mogą wpływać na działanie niektórych hormonów i prowadzić do uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3**

Zadanie nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z FEP?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4**

Zadanie nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z PUR?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **ZESTAW NR 2**

Zadanie 13

### **Pytanie 1 Poz. 1**

Prosimy o odstąpienie od wymogu numeru LOT na każdym ostrzu, w przypadku gdy informacja ta znajduje się na etykiecie opakowania zbiorczego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745) ?

**Odpowiedź: Tak.**

### **Pytanie 2 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych, niż opisanych przez Zamawiającego pasujących do zaproponowanej poniżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, wysokość strzyżenia 0,3 mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 3 Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie: Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności IPX7).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach). Prosimy o dopuszczenie strzygarki ładowanej kontaktowo.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **ZESTAW 3**

### **Pytanie 1 Pakiet 4 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu 0,15 +/- 0,02 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2 Pakiet 13 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrza o wysokości cięcia 0.8 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 3 Pakiet 13 poz 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej, bezprzewodowej, z nieruchomą głowicą, wodoodpornej (klasa szczelności IPX7) z możliwością dezynfekcji za pomocą wilgotnej ściereczki zawierającej środek dezynfekcyjny, z możliwością przemycia strzygarki pod bieżącą wodą lub namoczenia w łaźni wodnej. Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych, wyposażona w indukcyjną ładowarkę. Strzygarka posiada akumulator NiMH.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający