



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

www.szpitallimanowa.pl

e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2026-01-27

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego procedura poniżej 170 000 zł ” **Dostawa wózków transportowych do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu – 4 sztuki – znak sprawy NZ-26-2026-04-D-ZO-A.**

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych, udostępni poniżej treść zapytań do Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”IWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1, dotyczy pkt 5 i 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej, jakości wózek, w którym miejsce na butlę znajduje się w podwoziu (zabudowana pokrywa z tworzywa), zamiast pionowego uchwytu na butlę z tlenem w narożnikach?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2, dotyczy pkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym, przestrzeń między kolumnami wynosi 1250 mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3, dotyczy pkt 9 i 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej, jakości wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości 84 cm (zarówno z podniesionymi, jak i opuszczonymi barierkami)?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4, dotyczy pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szerokość leża (przestrzeń dla pacjenta) wynosi 59,5 cm? Różni się tylko o 1,5 cm od parametru opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 5, dotyczy pkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka wyposażonego w ergonomiczne składane rączki zlokalizowane od strony głowy pacjenta (składane poniżej poziomu materaca) oraz demontowany metalowy pałąk od strony nóg pacjenta, służący do pchania wózka?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 6, dotyczy pkt 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego barierki boczne, po ich złożeniu wzdłuż ramy leża, wystają ponad poziom leża, ale są umiejscowione poniżej poziomu materaca, co zapewnia bezpieczny transfer pacjenta? Barierka z gładką wyprofilowaną szczytową powierzchnią łatwą w jej pochwyceniu w celu pchania/ciągnięcia wózka.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 7, dotyczy pkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej, jakości wózek do przewożenia chorych, którego regulacja kąta segmentu oparcia pleców (wspomaganej sprężyną gazową) jest w zakresie 0°–62°?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 8, dotyczy pkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej, jakości wózek do przewożenia chorych, w którym pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulowana jest hydraulicznie w zakresie 14°, przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 9, dotyczy pkt 26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej, jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w materac pianowy w pokrowcu typu skaj o grubości 10 cm, mocowany pasami?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 10, dotyczy pkt 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w materac, którego obszycie nie jest potwierdzone certyfikatem ognioodporności, ale oferowany wózek spełnia wymogi Urzędu rejestracji wyrobów medycznych.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 11, dotyczy pkt 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w wieszak kroplówki teleskopowy, metalowy, dwuczęściowy z regulacją wysokości, który można zamontować w razie potrzeby w każdym z narożników wózka (z możliwością przechowywania pod leżem)

Odpowiedź: Tak