



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2026-02-09

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy materiałów medycznych ujęte w 14 zadaniach.

Numer referencyjny: NZ-26-2026-06-D-P-LW

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Zestaw 1

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści stowany przez Zamawiającego zestaw marki Portex do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (oparty na użyciu wielorazowego narzędzia tj. peana) o składzie: skalpel, kaniula 14G z igłą 16G, strzykawki 5 i 10 ml, prowadnica Seldingera, krótkie rozszerzadło 14G, rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; 2 kaniule wewnętrzne do rurki, gaziki 10 szt, opaska do rurki, podkładka pod rurkę, szczoteczka, jałowy żel poślizgowy 5 g; rozmiary zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

1/10

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

## **Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści zestaw marki Portex z jednostopniowym rozszerzadłem, z kaniulą 14G i igłą 16G, w zestawie z gazikami 10 szt.; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 mógłby potwierdzić, czy wszystkie elementy zestawu wraz z rurką tracheostomijną mają być zapakowane sterylnie na tacy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Zestaw 2**

### **Pytanie 1**

Dotyczy Zadanie nr 14: Maski krtaniowa I-gel

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie maski krtaniowej innego producenta niż Intersurgical, spełniającej wymagania równoważności pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz klinicznym.

Proponowany wyrób:

- występuje w 8 rozmiarach (1, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6) umożliwiających stosowanie u pacjentów o wadze od 2 kg (rozmiar 1), do powyżej 100 kg (rozmiar 6),
- wykonany jest z wysokiej jakości materiałów medycznych (m.in. PVC, PC, silikon),
- posiada powietrzny mankiet uszczelniający (będący standardem w maskach krtaniowych), umożliwiający dopasowanie do anatomii pacjenta oraz kontrolę ciśnienia w mankiecie,
- posiada kanał gastryczny (w każdym rozmiarze) umożliwiający aktywną i bierną kontrolę zawartości żołądka, zmniejszający ryzyko aspiracji oraz inflacji żołądka,
- zapewnia wysokie ciśnienie uszczelnienia (do 40 cm H<sub>2</sub>O), co umożliwia skuteczną wentylację również w warunkach podwyższonego ciśnienia oddechowego,
- umożliwia intubację dotchawiczą przez maskę, co stanowi istotne zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, szczególnie w przypadku trudnych dróg oddechowych (maska może służyć jako kanał do wprowadzenia rurki dotchawiczej z użyciem giętkiego endoskopu),

Dopuszczenie powyższego wyrobu nie obniża wymaganych parametrów jakościowych ani bezpieczeństwa użytkowania, a jednocześnie pozostaje zgodne z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## **Zestaw 3**

### **Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści również Triosite prostopadłościan 5x5x20mm 2 szt. w 1 opakowaniu,

- syntetyczny, osteokondukcyjny,
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 μm
- wielkość mikroporów <10 μm

- porowatość 60-70% ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Zestaw 4**

##### **Pytanie 1**

##### **PAKIET 12 poz. 1 – OKULARKI DO FOTOTERAPII**

Czy Zamawiający dopuści Okularki do fototerapii noworodków w formie jednoczęściowego paska, który optymalnie można dopasować, łącząc go z tyłu główki pacjenta i dodatkowo regulując położenie okularków na twarzy pacjenta przy pomocy drugiego punktu mocowania na czole nad oczami. Obie zakładki do mocowania zarówno z tyłu główki jak i na czole pacjenta zespolone są z paskiem specjalną ultradźwiękową techniką, co sprawia że nie ma na pasku zgrubień i twardych elementów i tym samym zminimalizowane jest ryzyko pojawienia się odcisków na główce pacjenta. Podkładka chroniąca oczy jest tak zaprojektowana, aby uniknąć nacisku i zapewnić maksymalną ochronę dla oczu.

1 op. = 20 szt.; w trzech rozmiarach. Nie zawierającego lateksu i ftalanów.

W celu szybkiej i łatwej identyfikacji, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem:

Pediatryczne (large) - ob. głowy 32-38cm (+/- 2cm), **kolor czerwony**

dla wcześniaków (medium) 26-32 cm (+/- 2cm), **kolor zielony**

mikro (small) 20-26cm (+/- 2cm); **kolor niebieski**

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Zestaw 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści wysokiej jakości zestaw do przezskórnej tracheostomii firmy RUSCH metodą Ciaglii. Wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie jeden róg dla trzech rozmiarów 7.0; 8.0; 9.0 - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J - bezpieczny skalpel nr 11 - strzykawka 10ml - igła punkcyjna z założoną tępą i sztywną kaniulą - wstępne, wyprofilowane rozszerzadło - oddzielnie pakowane, sterylne. Oraz w zależności od wyboru Zamawiającego rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą prowadnik z otworem na prowadnicę Seldingera w rozmiarach 7,8,9 z obrotowym łącznikiem 15mm z szeroką, miękką opaską i kaniulą wewnętrzną lub rurkę tracheostomijną zbrojoną z regulowanym położeniem kołnierza, posiadającą prowadnik z otworem na prowadnicę Seldingera w rozmiarach 7,8,9 z szeroką, miękką opaską i kaniulą wewnętrzną. Rurki oddzielnie pakowane, sterylne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Zestaw 6**

##### **Zadanie nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie staplerów ze zszywkami o średnicy 0,6mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Zestaw 7**

### **Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ: Formularza asortymentowo-cenowego:**

#### **Pytanie 1**

##### **Zadanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości do uzupełniania ubytków kostnych o składzie 100%  $\beta$ - fosforan trójwapniowy, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość 80-90%, w rozmiarze: blok 15x15x20mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:**

#### **Pytanie 1**

§2 ust. 4 - Czy Zamawiający w celu realizacji podpisanej umowy dopuści kanał komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę, służącej w szczególności do: składania zamówień, przesyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych? Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z jej obsługi i zapewni wsparcie techniczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie tej formy komunikacji w zapisach umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 10, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż wraz z reklamacją będzie przesyłał towar, którego reklamacja dotyczy**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Par 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu, nie krótszego niż 3 dni. nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego lub nie dostarczy brakującego towaru w terminie 10 dni od daty uznania reklamacji ze skutkami określonymi w § 7 ust. 4.**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający zmieni podstawę kar umownych określonych w §7 ust. 1 i 2 z wartości netto zamówienia na wartość niedostarczonego w terminie towaru oraz z 1% wartości umowy na max. 5% wartości niedostarczonego towaru?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy w tym zakresie bez zmian**

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający w §7 ust. 3 dookreśli, iż Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kosztach pomiędzy ceną oferowaną, a ceną zamówienia zastępczego? Proponowane rozwiązanie 120% ceny może prowadzić do zarzutu bezpodstawnego wzbogacenia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy w tym zakresie bez zmian. Wykonawca zdaje się nie uwzględniać faktu, iż Zamawiający poniesie koszty związane z organizacją zamówienia zastępczego**

## **Zestaw 8**

### **Pytanie 1**

Zadanie nr 3 poz. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z rozszerzeniem 20(24)ml??

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 2**

Zadanie nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Zestaw 9**

Dotyczy: Zadanie 6, Wzór umowy.

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 9 miesiące od daty dostawy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Zestaw 10**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1 dopuści chirurgiczny stapler skórny, jednorazowego użytku, załadowany 35 sztukami zszywek o średnicy 0,57 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Zestaw 11**

### **Pytanie 1**

Zadanie 3, pozycja 1.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o skali nominalnej (nierozszerzonej) – 10ml. Pozostałe parametry zgodne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek trzyczęściowych z końcówką LL z tłokiem i cylindrem z polipropylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3**

Zadanie 3, pozycja 1.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o skali nominalnej (nierozszerzonej) – 20ml. Pozostałe parametry zgodne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek trzyczęściowych z końcówką LL z tłokiem i cylindrem z polipropylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 5**

Zadanie 3, poz.1.3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania aparatu do infuzji z komorą kroplową wolną od PCV.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 6**

Zadanie 10, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka o pojemności 2000ml. Pozostałe parametry zgodne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 7**

Zadanie 14, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samouszczelniającej się maski krtaniowej wykonanej z silikonu o następujących parametrach:

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. W mankiecie umieszczony port wyrównawczy umożliwiający napełnienie mankietu proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przepłucnego lub ciśnienia wentylacji. Maska posiada podwójny kanał gastryczny biegnący po dwóch stronach rurki maski ze wspólnym poszerzonym ujściem obu kanałów w dystalnym końcu mankietu maski. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa oznaczenia głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej oraz kompatybilności kanału gastrycznego z rozmiarem cewnika. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce i łączniku maski. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI (oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski). Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## **Zestaw 12**

### **Pytanie 1**

Pakiet nr 7 Pozycja 1.1

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 0?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 2**

Pakiet nr 7 Pozycja 1.1-1.8

Czy Zamawiający dopuści maski zawierające szkodliwe ftalany?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

### **Pytanie 3**

**Pakiet nr 10 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 3**

Pakiet nr 12 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednoczęściowe okulary do fototerapii dla jednego pacjenta, wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały), wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru, posiadające mocowanie główne z tyłu głowy + dodatkowe mocowanie stabilizujące z boku głowy (przechodzące przez czubek), bezlateksowe, dostępne w 3 rozmiarach: S – obwód głowy: 20-31cm; szerokość paska – 1,5cm; szerokość opaski na oczy – 2,7cm; M – obwód głowy: 25-35cm; szerokość paska – 2cm; szerokość opaski na oczy – 3,6cm; L – obwód głowy: 30-40cm; szerokość paska – 2,5cm; szerokość opaski na oczy – 4,5cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 4**

Pakiet nr 13 Pozycja 1,2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zawierających PCV, ale części nie mającej kontakt z lekiem? W części mającej bezpośredni kontakt z lekiem produkty są wolne od PCV, wykonane z materiału (poliuretan) równie odpornego na leki toksyczne jak tritan. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 5**

Pakiet nr 13 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr 15 um?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 6**

Pakiet nr 13 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr min. 15 um?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 7**

Pakiet nr 13 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr 20 um?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 8**

Pakiet nr 13 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 1,24 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 9**

Pakiet nr 13 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 1,24 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 10**

Pakiet nr 13 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści korpus wykonany z PP, tłok wykonany z PE?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 11**

Pakiet nr 13 Pozycja 8

Czy Zamawiający odstąpi od „pojemności nominalnej dodatkowo wyróżnionej graficznie”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 12**

Pakiet nr 13 Pozycja 8

Czy Zamawiający odstąpi od „kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki”; rozmiar opisany na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 13**

Pakiet nr 13 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'85, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 14**

Pakiet nr 13 Pozycja 8

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bez informacji o braku lateksu oraz numeru katalogowego występującej bezpośrednio na strzykawkę, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 15**

Pakiet nr 13 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści korpus wykonany z PP, tłok wykonany z PE?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 16**

Pakiet nr 13 Pozycja 9

Czy Zamawiający odstąpi od „pojemności nominalnej dodatkowo wyróżnionej graficznie”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 17**

Pakiet nr 13 Pozycja 9

Czy Zamawiający odstąpi od „kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki”; rozmiar opisana na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 18**

Pakiet nr 13 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’85, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 19**

Pakiet nr 13 Pozycja 9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bez informacji o braku lateksu oraz numery katalogowego występującej bezpośrednio na strzykawkce, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrzędu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 20**

Pakiet nr 13 Pozycja 9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową do leków światłoczułych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zestaw 13****Pytanie 1**

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 2**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek wyłącznie w rozmiarach 0-6?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3**

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści worek bez możliwości podwieszenia kranika spustowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4**

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 5**

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 6**

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 7**

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści worek przeznaczony do 14 dniowej zbiórki moczu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Zamawiający