

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup 10 szt. łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych z wysięgnikiem dla ORD.

Numer referencyjny: SZW/DZP/176/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości 223 cm (+/- 1 cm) tylko z możliwością przedłużenia o 30 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Prosimy (w pkt. 7) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów 275 kg, ponieważ jest to parametr lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość jednostopniowego przedłużenia leża o 30 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego centralny hamulec w formie dźwigni zlokalizowanych tylko przy kołach od strony nóg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja przedłużenia leża wykonana jest z profili stalowych podpierających materac wypełniający powstałą przestrzeń po przedłużeniu leża; przy krótkiej pozycji leża element przedłużenia wsunięty jest po leże? *Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak opisane przez Zamawiającego*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Prosimy (w pkt. 13) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego pojedyncze koła o średnicy 150 mm. *Oferowany parametr w żaden sposób nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno - użytkowe łóżka.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Prosimy (w pkt. 15) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka, w którym płyta segmentu oparcia pleców i podudzia posiada po bokach wyprofilowane / zakrzywione wspomagające prawidłowe utrzymanie materaca niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia. *Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża (bez pozycji ekstraniskiej) mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm w zakresie od 38,5 cm (+/- 1 cm) do 78,5 cm (+/- 1 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o szerokości 98 cm (+/- 1 cm)? *Nadmieniamy, że Zamawiającego nie przyjął żadnego zakresu tolerancji dla tego parametru*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Prosimy (w pkt. 19) o wyrażenie zgody na zaoferowanie panelu bez wskaźnika informującego o podłączeniu łóżka do sieci. *Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w przypadku niskiego naładowania akumulator poinformuje o konieczności podłączenia łóżka do sieci.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Prosimy (w pkt. 19) o wyrażenie zgody na zaoferowanie panelu, który posiada diodę LED sygnalizującą proces ładowania baterii. *Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Prosimy (w pkt. 20) o doprecyzowanie, czy łóżko ma być wyposażone w pilota dla pacjenta, czy ma posiadać tylko możliwość dokupienia w przyszłości takiego pilota?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Łóżko ma być wyposażone w pilota.

Pytanie nr 13

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez możliwości uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta równej 34 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej segmentu pleców $0^{\circ} - 65^{\circ}$ ($\pm 5^{\circ}$)? *Nadmieniamy, że Zamawiającego nie przyjął żadnego zakresu tolerancji dla tego parametru*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Czy (w pkt. 23 i 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację części nożnej tj. elektryczną regulację segmentu uda $0^{\circ} - 44^{\circ}$ ($\pm 2^{\circ}$) oraz regulację segmentu podudzia za pomocą sprężyny gazowej $-21^{\circ} / 5^{\circ}$ ($\pm 2^{\circ}$)? *Nadmieniamy, że Zamawiającego nie przyjął żadnego zakresu tolerancji dla tych parametrów.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza sposób regulacji, ale sterowanie ma być elektryczne

Pytanie nr 16

Czy (w pkt. 26 i 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznie regulowanej pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17° ($\pm 2^{\circ}$)? *Nadmieniamy, że Zamawiającego nie przyjął żadnego zakresu tolerancji dla tych parametrów*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone są przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji ratunkowych i pomocniczych np. funkcja krzesła, CPR)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18

Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym segment oparcia wyposażony jest w mechanizm (sprzęgło przy siłowniku elektrycznym), który po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół, tak by nie doszło do gwałtanego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19

Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez wskaźników kąta nachylenia segmentu oparcia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20

Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego dwa gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezglowia oraz dwa gniazda od strony nóg, co umożliwi zainstalowania różnych akcesoriów (np. rama ortopedyczna, wieszaki kroplówek, uchwyty pacjenta)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Czy (w pkt. 42) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240V, 50-60Hz? *Oferowany parametr w żaden sposób nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno - użytkowe łóżka.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

Czy (w pkt. 43) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym zasilanie nie jest wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania? W oferowanym łóżku na głównym panelu kontrolnym będzie znajdowała się dioda LED sygnalizująca proces ładowania akumulatora.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dźwiękowej lub wizualnej informacji o korzystaniu z zasilania akumulatorowego i niskim poziomie naładowania baterii

Pytanie nr 23

Prosimy (w pkt. 45) o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca o wysokości 14 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24

Prosimy (w pkt. 46) o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca o wymiarach 200 x 85 cm – dopasowanych do wymiarów leża oferowanego łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

Prosimy (w pkt. 47) o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca dostosowanego dla pacjentów o wadze do 190 kg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26

Czy (w pkt. 50) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca, w którym pokrowiec w widocznym miejscu posiada nadrukowane oznaczenia dot. właściwości użytkowych oraz znak CE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza sposób umieszczenia informacji. Zamawiający nie zmienia wymagań tego punktu dot. instrukcji obracania materaca i prania pokrowca.

Pytanie nr 27

Prosimy (w pkt. 51) o wyrażenie zgody na zaoferowanie pokrowca czterokierunkowo rozciągliwego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Dotyczy pkt. 3 Prosimy o potwierdzenie, że poprzez nieruchomy szczyt górny Zamawiający rozumie szczyt blokowany przed wypadnięciem, biorąc pod uwagę zapis w punkcie 18, tj. szczyty wyjmowane?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, szczyt górny blokowany przed wypadnięciem.

Pytanie nr 29

Dotyczy pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 214 cm z możliwością przedłużenia leża do 243 cm? Proponowane rozwiązanie posiada większy zakres regulacji długości niż wymagane przez Zamawiającego, różni się jedynie długością wyjściową łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Dotyczy pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 29 cm za pomocą 2 stopniowej regulacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Dotyczy pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża, z pozycją mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 36-80 cm? Proponowany zakres jest identyczny od wymaganego przez Zamawiającego, różni się jedynie wysokością wyjściową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32

Dotyczy pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości zewnętrznej 99,7 cm? Proponowane rozwiązanie ułatwia przejazd łóżek między pomieszczeniami oraz pozwala zniwelować miejsce w salach chorych, nie zmniejszając przy tym komfortu pacjenta

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33

Dotyczy pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością uzyskania minimalnej

wysokości krawędzi leża równą 36 cm? Proponowane rozwiązanie jest bardzo zbliżone do wymaganego, ponadto oferowana wysokość minimalna pozwala na osiągnięcie pozycji siedzącej pacjenta z podparciem nóg o podłoże.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Dotyczy pkt. 22 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną segmentu oparcia pleców lepszą od wymaganej, tj. 0-70°.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35

Dotyczy pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 0-32°, co nieznacznie odbiega od wymaganego zakresu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36

Dotyczy pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną segmentu uda w zakresie 0-32°, co nieznacznie odbiega od wymaganego zakresu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37

Dotyczy pkt. 25 i 28 Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 4 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy okolicach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji łamanych wysokich leża. Podnoszenie się segmentu uda spowoduje ucisk na część lędźwiową co doprowadzi do powstania odleżyn. Zapis wymagań Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia naukowego jak również przeczy zasadom fizyki – w związku z tym prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu. Pacjent z odleżynami powinien leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwym miejscu złamań leża.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38

Dotyczy pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści elektrycznie regulowaną pozycję Trendelburga 15,5°, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39

Dotyczy pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści elektrycznie regulowaną pozycję anty-Trendelburga 15,5°, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 40

Dotyczy pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne łóżko wyposażone w system automatycznego zatrzymania w pozycji poziomej – tzn. łóżko automatycznie zatrzymuje się przy osiągnięciu pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41

Dotyczy pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści segment oparcia pleców z mechanizmem innym niż sprężyna gazowa, który będzie stabilizował ruch oparcia w dół po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną, w celu zabezpieczenia pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42

Dotyczy pkt. 37 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie punktu 37 w związku z tym, iż identyczny zapis znajduje się w punkcie 36 pod funkcją autononktur. Funkcja biokontur jest wyłącznie nazwą marketingową konkretnego producenta i nie ma odpowiedniej definicji medycznej w kontekście łóżek szpitalnych i innego sprzętu medycznego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający usuwa 37 punkt OPZ, jednocześnie modyfikuje OPZ w tym zakresie.

Pytanie nr 43

Dot. pkt 3 – Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym szczyt górny jest ruchomy, tj. porusza się wraz z regulacją leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 44

Dot. pkt 4 – Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 218 cm z możliwością wydłużenia do 233 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45

Dot. pkt 10 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednostopniową regulacją długości leża. Możliwość przedłużenia o 15 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 46

Dot. pkt 11 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralnym hamulcem w formie dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy dwóch kołach od strony nóg po obu stronach łóżka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 47

Dot. pkt 15 – Czy Zamawiający dopuści leże wyposażone w min. 6 uchwytów wspomagających prawidłowe utrzymanie materaca i niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia zamiast zakrzywionych płyt tworzywowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, jeżeli nie zmniejszy komfortu pacjenta przy siadaniu.

Pytanie nr 48

Dot. pkt 16 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokością leża w zakresie 37-73,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 49

Dot. pkt 17 – Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną łóżka 99,5 cm? Szerokość gwarantuje, że łóżko przejedzie przez otwory drzwiowe poniżej 100 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 50

Dot. pkt 21 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta równą 37 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51

Dot. pkt 22 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną segmentu pleców 0-70°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52

Dot. pkt 23 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną części nożnej 0-35°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 53

Dot. pkt 24 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną segmentu uda 0-35°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54

Dot. pkt 26 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznie regulowaną pozycją

Trendelenburga 15°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 55

Dot. pkt 27 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznie regulowaną pozycją anti-

Trendelenburga 15°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 56

Dot. pkt 33 – Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system kontroli wizualnej kąta nachylenia? Brak chwilowego zatrzymania leża. Zatrzymanie segmentu oparcia pleców w wybranym kącie poprzez zwolnienie przycisku do regulacji kąta oparcia pleców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 57

Dot. pkt 37 – Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w funkcję autokontur polegającą na skoordynowanym, anatomicznym unoszeniu segmentu pleców i ud, ograniczającym zsuwanie się pacjenta oraz siły tarcia, jako spełniające jednocześnie wymaganie funkcji biokontur?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zrezygnował z wymagań pkt. 37

Pytanie nr 58

Dot. pkt 41 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema gniazdami na akcesoria, po jednym w każdym narożniku łóżka od strony wezgłowia i od strony nóg pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 59

Dot. pkt 43- Czy Zamawiający dopuści łóżko z informacją o korzystaniu z akumulatorowego zasilania w postaci sygnalizacji diody LED na centralnym panelu sterowania? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 60

Dot. pkt 45 – Czy Zamawiający dopuści materac piankowy, przewencyjny, przeciwoleżynowy redukujący ucisk, zgodny z normą PN-EN 1021-1 (test tłącego papierosa) i PN-EN 1021-2 (test płomienia zapałki), o grubości 14 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 61

Dot. pkt 46 – Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200x85 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wymiarów materaca dopasowanych do wymiarów leża.

Pytanie nr 62

Dot. pkt 48 – Czy w odniesieniu do wymogu, aby pianka zastosowana w materacu była wykonana z materiałów antyalergicznymi i nietoksycznymi, za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez piankę certyfikatu OEKO-TEX® STANDARD 100? Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 potwierdza, że wyrób został przebadany pod kątem obecności substancji szkodliwych i toksycznych, w tym m.in. formaldehydu, pestycydów, metali ciężkich, barwników alergizujących oraz innych związków mogących negatywnie wpływać na zdrowie użytkownika. Badania te uwzględniają bezpośredni i długotrwały kontakt produktu ze skórą, co w przypadku materacy ma kluczowe znaczenie. W praktyce rynkowej certyfikat OEKO-TEX® jest powszechnie uznawany za potwierdzenie, że materiały są bezpieczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza materace posiadające przewidziane prawem certyfikaty, dopuszczające do stosowania w szpitalach.

Pytanie nr 63

Dot. pkt 50 – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca z etykietą wszytą w pokrowiec informującą o praniu, brak instrukcji dotyczącej obracania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza sposób umieszczenia informacji. Zamawiający nie zmienia wymagań tego punktu dot. instrukcji obracania materaca i prania pokrowca.

Pytanie nr 64

Dot. pkt 53 – Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zszywanymi, zamek otwierany na 2 boki materaca z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65

Dot. pkt 56 – Czy Zamawiający dopuści materac jednostronny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

*Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa*