



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2026-02-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulacyjnego ujęte w 2 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2026-12-D-P-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika oznaczania D-Dimerów z czunością powyżej 90% o liniowości minimum 4000 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych: Dotyczy materiałów zużywalnych i akcesoriów: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te odczynniki które zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne i które muszą podlegać Ustawie z dnia 07.04.2022. o wyrobach medycznych ze względu na swoją klasyfikację posiadały dopuszczenie do obrotu/ deklaracje zgodności/ ?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania deklaracji zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 1 parametry analizatora pkt. 21 i załącznika nr 2 pkt. 5 (parametry odczynnikowe, kontroli, kalibratorów) - zał. nr 2 (zad. 2): Czy Zamawiający dopuści zamiast dostarczania z umową papierowych wersji kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz IFU dla oferowanych odczynników, przekazanie Zamawiającemu dostępu on-line do aktualnej biblioteki tych dokumentów dostępnej 24 godziny na dobę, 365 dni w roku na dedykowanej dla użytkowników stronie internetowej?

Zamawiający po wpisaniu w przeglądarkę internetową na dedykowanej stronie internetowej numeru katalogowego lub nazwy produktu znajdującej się na opakowaniu produktu otrzyma za każdym razem dostęp do aktualnej wersji w/w dokumentu wraz z możliwością ich pobrania (pdf.) i dostępem offline. Taka forma przekazania materiałów informacyjnych dla produktów ogranicza koszty oraz negatywny wpływ na środowisko poprzez ciągłe ich drukowanie / aktualizowanie. Opcjonalnie Wykonawca może dostarczyć jednorazowo z umową komplet kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla oferowanych produktów zapisanych na nośniku USB pendrive wraz z informacją o dostępie do biblioteki on-line dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na jednorazowe dostarczenie kart charakterystyki na nośniku USB

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy dostawy: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy odczynników „na cito” do 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia.

Jednocześnie biorąc wymagania organizacyjne prosimy o wykreślenie wymogu podania numeru telefonu całodobowego do odbioru zamówień „cito” i dopuszczenie możliwości złożenia zamówienia na adres e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy dostawy: par. 5 ust. 9 Uwzględniając wejście nowych przepisów w zakresie przekazywania faktur (KSeF) zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 r. poz. 1203) wnioskujemy o wykreślenie z zapisów umowy wymogu dostarczania papierowych faktur z dostawą i dopuszczenie dostarczania jej zgodnie z w/w przepisami? Natomiast Wykonawca może załączać do dostawy każdorazowo wykaz zamówionych towarów (WZ) zawierający nazwę i numer katalogowy zamawianej pozycji, ilość opakowań oraz numer serii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy dostawy- par. 7 kary umowne:

czy zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na zastąpieniu progu 1% wartością 0,1% w par 7 ust 1 oraz ust 2?

Czy zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na zastąpieniu progu 120% wartością 20% w par 7 ust 3? Propozycje zmian podyktowane są koniecznością dostosowania wysokości opłat i kar do warunków powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym w analogicznych okolicznościach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7

Dotyczy projektu umowy dostawy- Dotyczy par. 7 – prosimy o dodanie, celem doprecyzowania:

Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom

Uzasadnienie

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8

Dotyczy projektu umowy dzierżawy: Wnioskujemy o zmianę zapisu § 3 ust. 5 wg propozycji: W wypadku, gdy przewidywany termin naprawy aparatu przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy lub pokryć koszty wykonania planowanych badań objętych zamówieniem w laboratorium zewnętrznym do czasu usunięcia awarii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9

Dotyczy projektu umowy dzierżawy:

Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw 2

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1 Parametry techniczno - użytkowe analizatora koagulologicznego pkt. 1 i pkt. 15 (zad. 2): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dotychczas używanego analizator, rok produkcji 2017, z aktualnym przeglądem i wymaganym wyposażeniem?

Jednocześnie wnosimy o dopuszczenie zaoferowania aktualnie posiadanego zestawu komputerowe wymaganego do obsługi w pkt. 15 parametrów wymaganych - typu Espresso P2560 i monitor Samsung 19”, w którym wykonawca dokona aktualizacji oprogramowania do Windows 11 Professional ? Wykonawca zapewni serwis urządzenia stanowiącego przedmiot dzierżawy zgodnie z warunkami swz na cały okres trwania umowy.

Jednocześnie w celu przygotowania optymalnej oferty przez uczestników postępowania, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do 02.03.2026r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający