

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sprzęt jednorazowy dla Bloku Operacyjnego Okulistyka.

Numer referencyjny: SZW/DZP/16/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

(pakiet 5) Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu o pH: 6,5-7,2 oraz osmolarności 270-400 Osm/kg, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - dot. Zadania 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści końcówki do witrektomii przedniej w opakowaniach zawierających 6 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - dot. Zadania 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o angulacji 5 stopni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 - dot. Zadania 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 dwie równoważne wersje soczewki: z filtrem światła niebieskiego i bez filtra światła niebieskiego w tej samej cenie? Obydwie wersje soczewki spełniają wymagane przez Zamawiającego parametry.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 - dot. zapisów SWZ i Formularza Ofertowego

Czy Zamawiający dopuści angielską wersję językową opisu wyrobu medycznego na opakowaniu w oparciu o zapisy ustawy wyrobach medycznych w brzmieniu:

„Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane **profesjonalnym użytkownikom** miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim(...)?

Oferowane wyroby posiadają również symbole międzynarodowe na opakowaniu, przez co opakowanie - mimo innego języka- powinno być łatwo rozumiane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na **określenie wszystkich terminów w umowie jednostkach (dniach/godzinach) roboczych?**

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego tylko w dni robocze może realnie wykonywać obowiązki wynikające z umowy, termin na realizację powinien zaś być tożsamy niezależnie od tego, kiedy rozpoczyna bieg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 7 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zastrzeżenie w treści projektu umowy, że Zamawiający gwarantuje realizację umowy **na poziomie minimum 80% wartości maksymalnej umowy i w tym zakresie Wykonawcy służy roszczenie o realizację umowy?**

Uzasadnienie:

Współpraca stron ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i musi zapewniać rentowność. Zagwarantowanie realizacji umowy na poziomie 80% pozwoli na rzetelne skalkulowanie oferty, co będzie korzystne dla każdej ze stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 8 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §5 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji i instrukcji niezbędnych do prawidłowego używania instrumentarium, a także, na żądanie Zamawiającego, do przeprowadzenia **jednorazowego kursu bezpłatnych kursów** techniki operacyjnej przy wykorzystaniu oferowanych wyrobów medycznych dla personelu Zamawiającego, **w ramach wynagrodzenia za realizację Umowy**. Kursy będą organizowane na terenie siedziby Zamawiającego, w uzgodnionych przez Strony terminach.” ?*

Uzasadnienie:

Umowa musi jednoznacznie precyzować zakres świadczenia po każdej ze stron, wobec czego należy jednoznacznie określić ilość kursów, których oczekuje Zamawiający w ramach ceny za dostawy towaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 9 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć w §6 projektu umowy, że przedłużenie okresu obowiązywania umowy **będzie następowało w drodze aneksu do umowy**, zamiast jednostronnego oświadczenia Zamawiającego?

Uzasadnienie:

Okres obowiązywania umowy jest jednym z jej najważniejszych postanowień, które istotnie wpływa na zobowiązania stron i gotowość do świadczenia, wobec czego decyzja w tym przedmiocie powinna stanowić wspólne ustalenia stron, nie zaś jednostronną czynność Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 10 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §7 ust. 2 i ust. 5 projektu umowy w ten sposób, że **rozliczenie będzie obejmowało wszystkie towary po ich dostarczeniu do Zamawiającego** – niezależnie od czasu ich zużycia?

Uzasadnienie:

Umowa obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego określonych w jej treści towarów. Spełnienie ww. świadczenia winno skutkować rozliczeniem – tj. rozliczenie winno następować po zrealizowaniu dostawy, niezależnie od faktu i czasu wykorzystania przez Zamawiającego nabytego towaru. Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji faktu wykorzystania wyrobów w drodze wykonywania procedur medycznych, ponadto Zamawiający nabywa towary wedle własnego uznania i własnych potrzeb, wobec czego powinien rozliczać zakupy na bieżąco.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 11 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §8 projektu umowy, że **termin na rozpatrzenie reklamacji jakościowej rozpoczyna bieg od chwili dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru**?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może rozpatrzyć reklamacji dotyczącej jakości bez naocznego zbadania kwestionowanego towaru, wobec czego termin na jej rozpatrzenie powinien rozpoczynać bieg dopiero z chwilą jego dostarczenia Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 12 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 2 pkt 4 projektu umowy w ten sposób, że:

- 1) **poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający do waloryzacji wyniesie 4%;**
- 2) **zmiana możliwa będzie tylko na plus – tj. wyłącznie przez podwyższenie wartości wynagrodzenia;**

Uzasadnienie:

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy powinna być dopuszczalna już w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów powyżej 4%, ponieważ nawet taki poziom wzrostu istotnie wpływa na opłacalność realizacji zamówienia i może mieć znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy. Aktualne warunki waloryzacji nie zapewniają Wykonawcy opłacalności współpracy, tym samym nie realizując celu przepisów stanowiących o wymogu wprowadzenia do umowy ww. klauzul. Ponadto, zmiana powinna następować tylko na plus – tj. jako podwyżka wynagrodzenia Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 13 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §17 ust. 1-3 i 5 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **netto niedostarczonego w terminie** towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową – **jednak nie więcej niż 10% tej wartości.**

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **1%** wartości **netto zareklamowanego i niedostarczonego w terminie** towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), za każdy dzień **zwłoki** na wymianę, ponad termin określony umową – **jednak nie więcej niż 10% tej wartości.**

3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości **10% niezrealizowanej części** kwoty **netto** określonej w §7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości **10%** kwoty **netto** wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział.

(...).

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie może przekraczać **20%** kwoty **netto** określonej w §7 ust. 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o:

- 1) naliczanie kar od wartości netto a nie brutto – gdyż to wartość netto wyznacza wartość zamówienia; ponadto podatek VAT jest daniną publiczną, która jest stanowi przysporzenia w majątku Wykonawcy;
- 2) wprowadzenie limitów naliczania kar dla poszczególnych ich rodzajów – w celu uniknięcia wygórowania kary;
- 3) obniżenie stawek kar umownych – w celu uniknięcia ich wygórowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 14 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §23 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„~~Odpowiedzialność Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do rzeczywiście poniesionej szkody. Wylęcza się odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wyrządzone nieumyślnie.~~ Wykonawca zrzeka się roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać, jeśli Zamawiający nie wykorzysta w pełni maksymalnej ilości lub wartości towaru – **z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się zrealizować Umowę na poziomie wynoszącym min. 80% wartości Umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy i w tym zakresie Wykonawcy służy roszczenie o realizację Umowy.**” ?

Uzasadnienie:

Współpraca stron ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i musi zapewniać rentowność. Zagwarantowanie realizacji umowy na poziomie 80% pozwoli na rzetelne skalkulowanie oferty, co będzie korzystne dla każdej ze stron. Ponadto, wskazać należy, że w świetle art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest wprowadzenie do projektu umowy możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron – wobec czego Wykonawca prosi o korektę także w celu zapewnienia zgodności z ww. ustawą. W odniesieniu zaś do zamiaru wykluczenia odpowiedzialności za winę nieumyślną wskazać

należy, że każda ze stron odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, także w zakresie w jakim nastąpiło to z winy nieumyślnej. Umowa musi zabezpieczać każdą ze stron – ograniczenie odpowiedzialności Zamawiającego w ww. sposób nie znajduje uzasadnienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 18 -dotyczy § 17 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 19 - dotyczy § 17 ust. 3 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 5% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w zadaniu 2 punkt 1 dopuści soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa zoptymalizowana do widzenia pośredniego z tylną powierzchnią asferyczną wyższego rzędu / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantują brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 4% / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.53 / Temperatura zeszklenia: 15°C / Liczba Abbego: 42 / Filtr UV (długość fali odcięcia: 10% przepuszczalności przy 389 nm) / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwuwypukła, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop, otwór fenestracyjny w każdym z haptenów, kwadratowa tylna krawędź 360° (poniżej 10 μ m) i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów (typu step vaulted) gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO / Konstrukcja optyczna: zoptymalizowana dla widzenia pośredniego soczewka wewnątrzgałkowa z tylną powierzchnią asferyczną wyższego rzędu / Średnica całkowita: 12.5 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 6.00D do +34.0D co 0,5D / Stała SRK/T A: 119.1

Do soczewki dołączony osobno injector lub od Q2 w wersji preloaded?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w zadaniu 2 punkt 2 dopuści soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantują brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 4% / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.53 / Temperatura zeszklenia: 15°C / Liczba Abbego: 42 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop i Step Vaulted (zwiększona powierzchnia styku haptenów z torbą i otwory fenestracyjne na części haptycznej poprawiają stabilność soczewki), ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10 μ m i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna / Średnica całkowita: 12.5 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.0D co 1D, od +10.0D do +30.0D co 0.5D, od 30.0D do +34.0D co 1.0D / Stała A-Constant: 119.1, plus osobno pakowany injector?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w zadaniu 3 punkt 1 dopuści soczewkę PMMA o poniższych parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Możliwość wszczepienia do komory przedniej oka / Materiał: PMMA / Filtr UV / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.49 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa hapteny o angulacji 10° / Konstrukcja optyczna: sferyczna / Średnica całkowita: 13.0 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od +6.0D do +30.0D co 0.5D / Stała A-Constant: 114.3?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 23

Czy zamawiający w zadaniu 5 punkt 1 dopuści błękit trypanu o poniższych parametrach? sterylny roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego w celu barwienia przedniej torebki soczewki w czasie zabiegów okulistycznych / Skład: 0,06% błękitu trypanu, bez dodatku środków konserwujących / Osmolarność: 250 - 270 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.5 / Opakowanie: 25 sztuk szklanych fiolek o pojemności 1 ml / Warunki przechowywania: temperatura pomiędzy 2°C i 30°C?

Jeśli tak, jaką wówczas ilość opakowań należy zaoferować? (Przy zapotrzebowaniu Zamawiającego wynoszącym 370 sztuk, odpowiada to 14,8 opakowania. Oferowany produkt jest pakowany po 25 sztuk w jednym opakowaniu, co daje łącznie 375 sztuk, tj. 15 opakowań zbiorczych).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24 - dotyczy pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści również błękit o poniższych parametrach:

Roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwienia przedniej torebki soczewki podczas operacji zaćmy, o stężeniu 0,06%, osmolarność

270-400 mOsm/kg, pH: 6,0-7,8. Opakowanie zawiera 10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu oraz etykiety umożliwiające znakowanie karty pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza

Zamawiający