



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2026-03-16

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów medycznych ujęte w 5 zadaniach.

Numer referencyjny: NZ-26-2026-17-D-P-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 w poz.1- 3 siatki chirurgiczne, przepuklinowe, niewchłaniające, bezbarwne :

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

1/2

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Zestaw 2

Pytanie 1

Jesteśmy producentem lateksowych odczynników diagnostycznych, które dostarczamy do klientów firmą kurierską w kontrolowanej temperaturze (2-8 stopni Celsjusza). Na życzenie możemy przesłać po realizacji dostawy raport z przebiegu transportu z wyszczególnieniem temperatur w jakiej on przebiegał. Czy zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 3

Pytanie 1

Dotyczy: załącznika „Projekt umowy” §3 pkt. 3 (dla pakietu nr 4)

Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający