

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sprzęt jednorazowy dla wszystkich jednostek Szpitala.

Numer referencyjny: SZW/DZP/10/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. zad 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15 cm, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwości umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, silikonowa zatyczka portu do bronchoskopii oraz portu do odsysania, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22 M/15F od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 60 mm x150 mm, o przestrzeni martwej 25 ml przed rozciągnięciem i 40 ml po rozciągnięciu jednorazowego użytku, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia – papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylne lub biologicznie zyste ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dot. zad 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny - obwód oddechowy jednorurowy, koaksjalny o średnicy 22m. Długość rury 1,8, kolanko z portem kapno, złącza z EVA, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągalna do 50cm. Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 1,8m z 2l workiem bezlateksowym. Korzystniejsze, niższe opory wdechowe i wydechowe - max 0,09cm H₂O przy przepływie 10l/min. Wydajność ogrzewania 6,2stopnia C przy 4l/min. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że wymaga układu oddechowego z pionową membraną.

Pytanie nr 3

Dot. zad 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny - obwód oddechowy jednorurowy, koaksjalny o średnicy 22m. Długość rury 1,8, kolanko z portem kapno, złącza z EVA, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągalna do 50cm. Korzystniejsze, niższe opory wdechowe i wydechowe -max 0,09cm H₂O przy przepływie 10l/min. Wydajność ogrzewania 6,2 stopnia C przy 4l/min. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że wymaga układu oddechowego z pionową membraną.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aeroterapii zawierający: maskę aerozolową dla dzieci i dorosłych (rozmiary S, M, L, XL), nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 um przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,0 m ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadania 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach: 1/70 mm, 2/80 mm, 3/90 mm, 4/100 mm, 5/110 mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadania 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach: 0/60 mm, 1/70 mm, 2/80 mm, 3/90 mm, 4/100 mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Do umowy - Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga masek sterylnych.

Pytanie nr 10

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski z poduszką powietrzną nadmuchiwaną dla wszystkich rozmiarów ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem i drenem zakończonym uniwersalnym, stożkowym łącznikiem ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o wyłącznie następujących parametrach:

- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 l/min - 3,23 μm
- Jednorazowy
- Podstawa płaska umożliwiająca postawienie na stole

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurki pakowane a50 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pakiet 7, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek o wymaganych długościach lecz oznaczonych jako inny rozmiar:

0	60 mm
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurki wyłącznie o rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
---------	---------

1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm
5	110 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki foley dostępne wyłącznie w rozmiarach CH12, CH14, CH16, CH18, CH20

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga również rozmiaru Ch 10.

Pytanie nr 17

Pakiet 9 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'200 ze stosownym przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Pakiet 9 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z balonem 5-10 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Pakiet 9 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z rozdzielalnym trokarem ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet 9 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z najwyższej jakości poliuretanu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet 9 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z długością katetera 45 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 22

Pakiet 9 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw o wyłącznie następujących parametrach:

Zestaw do wykonywania przetoki nadłonowej na drodze punkcji:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu medycznego
- Cewnik przezroczysty z linią kontrastującą w RTG
- Wyposażony w miękki, symetryczny, jednolicie wypełniany balon o pojemności 5-10 cc/ml
- Gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika
- Dostępny w dwóch rozmiarach: CH 12 oraz CH14
- Dostępny także w wersji „pig-tail”
- W zestawie również: rozdzielalny trokar, znacznik głębokości, zacisk n cewnik, zatyczka cewnika
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Podwójnie pakowany: wewnątrz folia, zewnątrz papier/folia



Długość 42 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet 9 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii o wyłącznie następujących parametrach:

Poliuretanowy, radiocieniujący kateter zakończony jest końcówką pigtail z otworami wewnątrz pętli.

W części proksymalnej posiada zacisk blokujący przepływ. Końcówka dystalna kateteru jest atraumatyczna.

Elementy zestawu:

o kateter pigtail z zaciskiem;

o igła rozrywalna;

o skalpel;

o strzykawka;

o kołnierz mocujący;

o opaska zaciskowa.



Rozmiar katetera 12F, długość 45 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet 10 poz. 9-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy do hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego Sengstakena - Blakemore'a -wykonanej z biokompatybilnego i transparentnego silikonu,

czteroświatłowej - umożliwiającej odsysanie i usuwanie treści żołądka, jak również krwotoku z górnego odcinka przełyku. Elastyczna, posiadająca prowadnicę ułatwiającą założenie sondy, balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym, balon żołądkowy, znaczniki głębokości w odległości 25cm od początku balonu przełykowego, atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka, zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru, żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżniane kolorami, linię kontrastującą w RTG na całej długości sondy. Wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną - stosowana do doraźnego hamowania krwawienia z żyłaków przełyku. Długość całkowita 850mm, sterylna, pakowana w opakowanie typu papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko. Rozmiary: 16F do 20F , balon przełykowy dł.140mm, balon żołądkowy dł.60mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet 10 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą zestawu 240 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość 50 cm dla rozmiaru 12 CH ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści długość 600 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 11 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a100 ze stosownym przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Pakiet 11 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze aktywowane przyciśnięciem obudowy do miejsca wkłucia ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 11 poz. 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia przed ponownym użyciem ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 14 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kaniula dotętnniczą o wyłącznie następujących parametrach, bez oświadczenia producenta odnośnie czasu stosowania:

- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR) posiadający 2 paski kontrastujące w RTG
- Zawór odcinający „on/off” w kolorze czerwonym umożliwia zamknięcie lub otwarcie światła kaniuli
- Specjalnie zaprojektowany przesuwany zawór odcinający, minimalizuje utratę krwi i zapobiega wypływowi wstecznemu, zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny
- Skrzydełka w kształcie „motyla” ułatwiają bezpieczne mocowanie przy pomocy opatrunku
- Skrzydełka dodatkowo wyposażone w 3 oczka umożliwiające opcjonalne przysycie do skóry
- Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu tętniczym pacjenta
- Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi i ryzykiem infekcji
- Koreczek Luer-Lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu
- Kaniula bezpieczna wyposażona w pasywne zabezpieczenie, które automatycznie osłania ostrze mandrynu, minimalizując ryzyko zaktucia oraz zranienie igłą
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Indywidualnie pakowana: blister papier/ folia

ROZMIAR	PRZEPŁYW	OPAKOWANIE HANDLOWE
20G x 1 3/4 " 1,1 x 45 mm	49 ml/min	25 sztuk

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 14 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igły polerowane mechanicznie ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 14 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igły polerowane wyłącznie cienkościenne ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 14 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igły:

Dla "21G 5/8" 0,8 x 16mm, cienkościenna" igłę o rozmiarze 21G 5/8" 0,8 x 25mm

Dla "27G 1/2" 0,4 x13mm regularna ściana ostrza" igłę o rozmiarze 27G 1/2" 0,4 x12mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dla "21G 5/8" 0,8 x 16mm, cienkościenna"- Zamawiający nie dopuszcza. Igła w rozmiarze 0,8x25mm jest już wyszczególniona.

Dla "27G 1/2" 0,4 x13mm regularna ściana ostrza" – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Pakiet 14 poz.4

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne o wyłącznie następujących parametrach:

- osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji
- osłonka zintegrowana z igłą
- ostrze igły ścięte trójpłaszczyznowo
- nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego
- igła pozostaje zamknięta bezpiecznie wewnątrz aktywowanej osłony
- połączenie zarówno ze strzykawkami luer jak i luer-lock
- ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady
- opakowanie typu blister-pack
- opakowanie podstawowe – 50 szt.
- nietoksyczna, niepirogenna
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- okres ważności 5 lat

Dostępne w rozmiarach:

ROZMIAR	G
0,3 mm x 13 mm	30
0,45 mm x 12 mm	26
0,5 mm x 25 mm	25
0,5 mm x 40 mm	25
0,6 mm x 25 mm	23
0,8 mm x 40 mm	21
0,9 mm x 40 mm	20
1,2 mm x 40 mm	18

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga konkretnego asortymentu o opisanych parametrach i określonych rozmiarach.

Pytanie nr 36

Pakiet 14 poz.4

Czy Zamawiający dla rozmiaru "Rozmiar: 21G 1 1/2" 0.8 x 38mm" dopuści igłę o rozmiarze 0,8 x 40 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Pakiet 14 poz.6

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a100 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Pakiet 14 poz.6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet 14 poz.7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 14 poz.7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a100 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Pakiet 14 poz.7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odnośnie martwej przestrzeni ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet 14 poz.7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym pierścieniem zabezpieczającym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet 14 poz.8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym pierścieniem zabezpieczającym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 14 poz.10

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a50 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Pakiet 14 poz.10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym pierścieniem zabezpieczającym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga podwójnego pierścienia, celem zabezpieczenia przed wypadnięciem tłoka z korpusu strzykawki , rozszczelnieniem i wydostaniem się leku na zewnątrz, w tym leków cytostatycznych.

Pytanie nr 46

Pakiet 14 poz.11

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a50 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Pakiet 14 poz.11

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a120 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Pakiet 14 poz.11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym pierścieniem zabezpieczającym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga podwójnego pierścienia, celem zabezpieczenia przed wypadnięciem tłoka z korpusu strzykawki , rozszczelnieniem i wydostaniem się leku na zewnątrz, w tym leków cytostatycznych.

Pytanie nr 49

Pakiet 14 poz.11

Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 0,5 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50

Pakiet 14 poz.11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w wyłącznie w opakowaniu blister-pack ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych zbiorczo.

Pytanie nr 51

Pakiet 14 poz.12

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą o długości 38mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52

Pakiet 14 poz.12

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą o długości 34mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53

Pakiet 14 poz.13

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą o długości 34mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Pakiet 15 poz.2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

Pakiet 15 poz.4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą 0,45x13mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56

Zadanie nr 11 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie motylka w rozmiarach 0,5 x 20 mm 25G, 0,6 x 20 mm 23 G, 0,7 X 20 mm 22 G, 0,8 x 20 mm 21 G

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych warunków.

Pytanie nr 57

Zadanie nr 11 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie lacetów/nakłuwaczy w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Zadanie nr 11 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie nakłuwaczy w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

Zadanie nr 13 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ostrza bez graweru nazwy producenta na ostrzu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga , celem dobrej identyfikacji produktu, w razie niepożądanych zdarzeń.

Pytanie nr 60

Zadanie nr 13 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ostrza z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61

Część nr 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z bardziej dokładną podziałką elementarną 0,01 ml, pozostałe zapisy zgodnie z swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Część nr 15 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z bardziej dokładną podziałką elementarną 0,01 ml, pozostałe zapisy zgodnie z swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Zadanie nr 15 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie strzykawek Enfit poj. 60 ml w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 113398-2026, Data publikacji: 17/02/2026, Numer wydania: Dz. U. S: 33/2026

*Zamawiający
/-/ Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
Aneta Jałowiecka*