

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sprzęt jednorazowy dla wszystkich jednostek Szpitala.

Numer referencyjny: SZW/DZP/10/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami dokonując **modyfikacji SWZ** w zakresie Formularza asortymentowo - cenowego (załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy) – zadanie 14:

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego w pakiecie nr 14 poz. 3 o dopuszczenie igły w rozmiarze:

23G 0,6 x 40 mm - zamiast wyspecyfikowanej 23G 0,6 x 30 mm

30G 0,3 x 19 mm - zamiast wyspecyfikowanej 30G 0,4 x 19 mm ?

Pozostałe zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pakiecie nr 14 poz. 4 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje igły bezpiecznej w rozmiarze:

21G 1 1" 0,8 x o długości 40mm (zamiast 38mm)

18G 1 1" 1,2 x o długości 40mm (zamiast 38mm) ?

Pozostałe zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje i oczekuje Igieł bezpiecznych 0,8 x 40 mm i 1,2 x 40 mm. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie odpowiednio załącznik nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 14 oczekuje asortymentu pochodzącego od jednego producenta w celu zapewnienia jednolitej jakości, spójnych standardów wytwarzania oraz pełnej kompatybilności systemowej oferowanych wyrobów ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby igły jednorazowego użytku oraz strzykawki objęte niniejszym zadaniem pochodziły od jednego Producenta , w celu zapewnienia pełnej kompatybilności wyrobów medycznych. Produkty jednego Producenta stanowią spójny system, co gwarantuje prawidłowe i szczelne połączenia między elementami oraz jednolitą jakość wszystkich wyrobów. Wymóg ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ograniczenie ryzyka nieprawidłowego działania, wynikającego z łączenia wyrobów różnych producentów. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie odpowiednio załącznik nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy § 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.

Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 2 pkt. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację zapisów umowy w zakresie dostarczenia dokumentów dopuszczających asortyment do stosowania w jednostkach służby zdrowia, na dopuszczenie

oświadczenia wykonawcy o ich posiadaniu i zobowiązaniu do ich dostarczenia na wezwanie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy:

”W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 7 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie rozmiary posiadały możliwość nadmuchiwania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 7 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wysoko elastyczną, wiązaną gumkę mocującą ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 7 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'100 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 7 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren zakończony łącznikiem uniwersalnym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 7 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1ml (numerycznie co 2ml) ze średnicą nebulizowanych cząstek 2.0-2,2 um ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 7 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wysoko elastyczną, wiązaną gumkę mocującą, powyżej małżowin usznych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 7 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurki przezroczyste ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 7 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurki pakowane a'30 szt. ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 7 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rozmiary i długości przedstawione poniżej:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
1	70
2	80
3	90

4	100
5	110

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 8 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania ?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 8 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania ?




Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 8 Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zestaw o specjalnej konstrukcji eliminującej ryzyko rozłączenia i nieszczelności w obwodzie, wyposażony w trójnik Y z portami oraz kolanko z portem wykonane z przezroczystego tworzywa umożliwiające łatwą obserwację przepływu powietrza, ze wszystkimi połączeniami zgodnymi z wymogami ISO, o długości 183 cm z dodatkową gałęzią 120 cm oraz bezlateksowym workiem dla dorosłych o pojemności 2 l ?




Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 8 Pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw o specjalnej konstrukcji eliminującej ryzyko rozłączenia i nieszczelności w obwodzie, wyposażony w trójnik Y z portami oraz kolanko z portem wykonane z przezroczystego tworzywa umożliwiające łatwą obserwację przepływu powietrza, ze wszystkimi połączeniami zgodnymi z wymogami ISO, o długości 183 cm z dodatkową gałęzią 40 cm oraz bezlateksowym workiem dla dorosłych o pojemności 2 l ?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 10 Pozycja 20

Czy zamawiający dopuści dwudrożną pokrywę ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 10 Pozycja 20

Czy zamawiający dopuści długość zestawu ok. 200 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 10 Pozycja 20

Czy zamawiający dopuści złącze stożkowe ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 10 Pozycja 20

Czy zamawiający dopuści zawierający śladowe ilości ftalanów ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 11 Pozycja 1

Czy zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
CH 8	50
CH 10	50
CH 12	50
CH 14	50
CH 16	50
CH 18	50
CH 20	50
CH 22	60

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 11 Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści długość cewnika 600 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga krótszego cewnika do odsysania z dróg oddechowych noworodka.

Pytanie nr 26

Pakiet 8, poz. 1 Pytanie do SWZ / OPZ

Zwracamy się z wnioskiem o **wyłączenie lub wykreślenie pozycji nr 1 z pakietu 8** dotyczącej produktu:

"Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną lub tracheotomijną (...) z możliwością stosowania przez 7 dni (...) z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta."

Po przeprowadzeniu analizy rynku stwierdzamy, że tak szczegółowo opisany zestaw cech technicznych **wskazuje na jeden konkretny produkt jednego producenta**, co w praktyce **uniemożliwia złożenie ofert przez innych wykonawców**.

Opis zawiera jednocześnie szereg bardzo specyficznych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak m.in.:

- adapter z portem dostępu w osi adaptera i rurki umożliwiający wykonywanie wielu procedur bez rozłączania układu,
- możliwość użytkowania przez 7 dni potwierdzona w instrukcji użycia,
- rozgałęzienie pod kątem 45°,
- **jednokierunkowy port Luer do przepłukiwania cewnika**, umożliwiający również podanie leków,
- **silikonowa, samouszczelniająca się dwudzielna zastawka** oddzielająca komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Tak skonstruowany opis powoduje, że **produkt odpowiadający wszystkim wskazanym parametrom oferowany jest wyłącznie przez jednego producenta**, co prowadzi do **istotnego ograniczenia konkurencji w postępowaniu**.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia powinien być przygotowany w sposób zapewniający **zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców**.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

- wykreślenie pozycji nr 1 z pakietu,

gdyż brak jest równoważnych rozwiązań dostępnych na rynku.

W obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia wskazuje na **konkretne rozwiązanie jednego producenta**, co w praktyce uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert przez innych wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 8, poz. 2 - **Czy Zamawiający dopuści** - Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i **długości 1,8 lub 2,0 m**, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą **rurą 1,8 lub 2,0** ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 poz. 3 dopuści zaoferowanie strzykawek w opakowaniach a' 30 sztuk ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 poz. 1 i 2 dopuści zaoferowanie strzykawek ze skalą 0,01 ml, tłok zakończony płasko ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga wydłużonej końcówki, gwarantującej podanie pełnej dawki leku (brak przestrzeni martwej).

Pytanie nr 30

Pakiet 7, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski nadmuchiwanej również w rozmiarze 2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Pakiet 7, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z paskiem mocującym niewtopionym, z możliwością regulacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 7, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 um potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 - 0,35 ml/min. W zestawie z nebulizatorem: dren 210 cm, maska dla dorosłych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 7, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oczekiwanych rurek kodowanych w następujący sposób:

0 = 60mm

1 = 70mm

2 = 80mm

3 = 90mm

4 = 100mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 9, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zatyczki dostarczanej osobno.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet 9, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 18Ch-24Ch.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Pakiet 9, Poz 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego Foley CH 18-24, wykonanego z lateksu silikonowanego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Pakiet 9, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 12Ch-26Ch.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Pakiet 9, Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 6Ch-18Ch, o powierzchni niezmrożonej, gładkiej z przezroczystego, elastycznego materiału.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet 9, Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 8Ch-20Ch.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 9, Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości 30 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 9, Poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły/trokara, który może być w razie potrzeby rozrywalny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet 6

Działając jako potencjalny wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie przepisów ustawy PZP, zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 6 poprzez usunięcie następującego wymogu:

„Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że jest gotowy do przeprowadzenia szkolenia/demonstracji oferowanych wyrobów po złożeniu oferty, lecz przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z instrukcją obsługi wstrzykiwacza demonstracja musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą ważny, imienny certyfikat z odbycia szkolenia u producenta wstrzykiwacza – kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty.”

W naszej ocenie powyższy zapis narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców określone w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także przepisy dotyczące sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Wymóg posiadania imiennego certyfikatu wydanego przez producenta wstrzykiwacza uzależnia możliwość złożenia ważnej oferty od podmiotu trzeciego – producenta urządzenia – który nie jest stroną postępowania i nie ma obowiązku udostępniania szkoleń wszystkim podmiotom działającym na rynku. Może to w praktyce prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji oraz uprzywilejowania podmiotów posiadających autoryzację producenta.

Dodatkowo wymaganie załączenia kopii takiego certyfikatu już na etapie składania ofert jest środkiem nieproporcjonalnym do celu postępowania, zwłaszcza że przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne, a nie usługa szkoleniowa dotycząca urządzenia.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wymogu posiadania imiennego certyfikatu producenta wstrzykiwacza oraz rezygnację z obowiązku załączania kopii takiego certyfikatu do oferty.

Ewentualnie wnosimy o zastąpienie powyższego zapisu wymogiem złożenia oświadczenia o możliwości przeprowadzenia demonstracji oferowanych wyrobów przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi oferowanych produktów.

Proponowana zmiana pozwoli na zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności przy jednoczesnym zapewnieniu Zamawiającemu możliwości weryfikacji funkcjonalności oferowanych wyrobów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymóg przeprowadzenia demonstracji i szkolenia wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wyrobów medycznych współpracujących z urządzeniem diagnostycznym będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma prawo określić wymagania techniczne oraz warunki użytkowania przedmiotu zamówienia, a zgodnie z art. 105 i 106 PZP może żądać przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wymóg przeprowadzenia demonstracji przez osobę posiadającą certyfikat producenta urządzenia wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania sprzętu medycznego i dotyczy wyłącznie kwalifikacji osoby wykonującej czynności przy urządzeniu.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. w wyrokach KIO 1096/19, KIO 1865/20 oraz KIO 2647/21, w których wskazano, że Zamawiający ma prawo weryfikować oferowane rozwiązania poprzez demonstrację lub prezentację funkcjonalną, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia.

ZAŁĄCZONY FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY w zakresie zadania nr 14 (załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy) STANOWI Z DNIEM 17.03.2026 R. NOWY – OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego w zakresie zadania nr 14 sprzed modyfikacji z dnia 17.03.2026 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 113398-2026, Data publikacji: 17/02/2026, Numer wydania: Dz. U. S: 33/2026

*Zamawiający
-/ Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
Aneta Jałowiecka*