

Poznań dnia: 2026-03-20

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup elektrycznych łóżek dla pacjentów oraz łóżek szpitalnych elektrycznych dla pacjentów intensywnego nadzoru kardiologicznego, w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Numer referencyjny: SZW/DZP/13/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy części 2, pkt. 61 Czy Zamawiający dopuści blokadę kół indywidualną ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy części 2, pkt. 17/18/42 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez dodatkowego sterownika nożnego do sterowania wysokości leża i pozycji egzaminacyjnej i tym samym zrezygnuje z zapisu w pkt. 18 i 42 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści. Funkcjonalności opisane w tych punktach muszą być dostępne w formie elektronicznej z panelu sterowania. Dodatkowo funkcja CPR musi być dostępna mechanicznie.

Pytanie nr 3

Dotyczy części 2, pkt. 29 Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30°i dopuści łóżko z elektrycznym sterowaniem oparciem pleców z możliwością zatrzymania wezłowania w każdej pozycji ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje i dopuszcza łóżko z opisaną funkcjonalnością.

Pytanie nr 4

Dotyczy SWZ - Prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli przez "Certyfikat CE" certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną? Zgodnie z klasą oferowanego wyrobu taki certyfikat nie jest wymagany i w związku z tym dany wyrób go nie posiada. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy w tym przypadku zapis dotyczący "Certyfikatu CE" należy rozumieć jako "Certyfikat CE - jeśli dotyczy".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

*Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa*