

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRAC
MODERNIZACYJNYCH POMIESZCZEŃ 7. PIĘTRA POMIĘDZY
OSIAMI 1 I 10 W BUDYNKU C WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM
SPECJALISTYCZNEGO, REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
PN.: "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM ODDZIALE
DERMATOLOGII W FILII NR 1 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W POZNANIU".

Numer referencyjny: SZW/DZP/29/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

pyt. do SWZ- certyfikaty

W nawiązaniu do zapisów pkt 10.1 SWZ, zgodnie z którym Zamawiający wymaga załączenia do oferty wszystkich wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) certyfikatów i atestów dla oferowanych materiałów i systemów, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego wymogu poprzez wskazanie zamkniętej listy kluczowych materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane na etapie składania ofert.

Uzasadnienie: Wymóg przedstawienia kompletnej dokumentacji atestacyjnej dla każdego, nawet drobnego elementu składowego zamówienia (np. materiałów instalacyjnych, chemii budowlanej, drobnych elementów wykończeniowych) na etapie ofertowania, jest niezwykle utrudniony i wykracza poza standardy rynkowe. Na tym etapie wykonawcy często operują na założeniach systemowych, a konkretne partie materiałów oraz ich szczegółowe certyfikaty są precyzowane i przedstawiane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego już po podpisaniu umowy, w ramach procedury zatwierdzania kart materiałowych.

Złożenie kilkudziesięciu (lub więcej) dokumentów technicznych wraz z ofertą znacząco zwiększa ryzyko błędów formalnych, które nie mają wpływu na jakość przyszłych robót, a mogą skutkować odrzuceniem ofert. W związku z powyższym, czy Zamawiający:

1. Ograniczy listę wymaganych dokumentów do kluczowych systemów (np. centrala klimatyzacyjna, wykładowiny medyczne, systemy suchej zabudowy)?
2. Ewentualnie – czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia o spełnieniu parametrów technicznych na etapie oferty, z obowiązkiem dostarczenia pełnej dokumentacji atestacyjnej do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia o spełnieniu parametrów technicznych na etapie oferty, z obowiązkiem dostarczenia pełnej dokumentacji atestacyjnej do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wbudowaniem materiałów.

Pytanie nr 2

pyt. do SWZ- Wymagane doświadczenie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego wymaganego doświadczenia, tj.:

„co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy, modernizacji lub remontu pomieszczeń w zakładach administracyjnych wykonujących zadania publiczne lub podmiotach wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, o całkowitej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto”.

Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii obiektu budowlanego (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją), dla którego wymagane są referencje, w szczególności czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku poprzez realizację w obiektach należących do różnych kategorii (np. budynki użyteczności publicznej, obiekty służby zdrowia) oraz jakie konkretne kategorie uznaje za spełniające przedmiotowy warunek.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Obiekty służby zdrowia.

Pytanie nr 3

pyt. do SWZ- kryterium oceny ofert- gwarancja na klimatyzacje

W związku z przyjętym kryterium oceny ofert dotyczącym wydłużenia okresu gwarancji na dostarczone urządzenia klimatyzacyjne do 85 miesięcy, zwracamy się z wnioskiem o jego zmianę lub doprecyzowanie.

Wskazujemy, że wymaganie lub punktowanie gwarancji na poziomie 85 miesięcy jest w praktyce niemożliwe do spełnienia w oparciu o standardowe warunki rynkowe, ponieważ żaden z producentów urządzeń klimatyzacyjnych dostępnych na rynku nie oferuje gwarancji fabrycznej w takim wymiarze. Maksymalne okresy gwarancyjne producentów wynoszą co do zasady do 84 miesięcy i są dodatkowo obwarowane szczególnymi warunkami (np. obowiązkowe płatne przeglądy serwisowe).

W związku z powyższym prosimy o:

1. potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji przez Wykonawcę (wykraczającej poza gwarancję producenta),
2. jednoznaczne określenie zasad i zakresu takiej gwarancji,
3. rozważenie zmiany kryterium na poziom odpowiadający realiom rynkowym (np. 84 miesiące) w celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz porównywalności ofert.

Obecne brzmienie kryterium może prowadzić do ograniczenia konkurencji oraz składania ofert nieporównywalnych lub obarczonych istotnym ryzykiem po stronie Wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza udzielenia gwarancji przez Wykonawcę, wykraczającej poza gwarancje producenta, tak aby koszty serwisu nie wykraczały poza ceny rynkowe.

Pytanie nr 4

pyt. do PFU - rzut istniejących pomieszczeń

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie projektu pomieszczeń w stanie istniejącym, najlepiej w formacie edytowalnym (DWG).

Z uwagi na brak przedmiarów robót w dokumentacji postępowania, powyższe materiały są niezbędne do prawidłowego określenia zakresu prac, w szczególności ilości ścian przewidzianych do rozbiórki lub przesunięcia, a tym samym do rzetelnego przygotowania oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją stanu istniejącego w formacie DWG, a jedynie w PDF, którą udostępni. Obszar, który objęty jest przedmiotem zamówienia jest określony osiami 1- 10.

Pytanie nr 5

pyt. do PFU- sufity modułowe

W nawiązaniu do zapisów PFU dotyczących wykonania sufitów podwieszanych w technologii suchej zabudowy (ruszt stalowy + płyty GK gr. 12 mm) w pomieszczeniach takich jak m.in. pokoje chorych, gabinety lekarskie, pomieszczenia socjalne oraz zabiegowe, zwracamy uwagę na potencjalną niezgodność z obowiązującymi wymaganiami.

Na podstawie doświadczeń z poprzedniego postępowania oraz wizji lokalnej wskazujemy, iż wysokość przedmiotowych pomieszczeń nie przekracza 3,0 m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dla pomieszczeń służby zdrowia, minimalna wysokość tych pomieszczeń powinna wynosić 3,0 m.

Wykonanie sufitów podwieszanych w wskazanej technologii spowoduje dodatkowe obniżenie wysokości pomieszczeń, co może skutkować niespełnieniem wymagań formalnych (w tym odbiorów przez właściwe organy, np. Sanepid).

W związku z powyższym wnosimy o weryfikację zasadności wykonania sufitów podwieszanych w ww. pomieszczeniach oraz dopuszczenie rozwiązania alternatywnego polegającego na przygotowaniu istniejących sufitów poprzez ich wyrównanie, wyszpachlowane oraz malowanie farbą w kolorze białym.

Powyższe ma istotny wpływ na możliwość prawidłowej realizacji zadania oraz spełnienie wymagań formalno-prawnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający konsultował swoje stanowisko z uprawnionym projektantem i podtrzymuje swoje oczekiwania w tym zakresie zwarte w PFU.

Pytanie nr 6

Pyt. do PFU- wykładziny

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązania zamiennego w zakresie wykończenia ścian.

Proponujemy zamianę wykładzin ściennych drewnopodobnych (stosowanych na ścianach za łózkami chorych na pełną wysokość) oraz arkuszy zabezpieczających na korytarzach komunikacji ogólnej z materiałów winylowych typu Arfen na wykładzinę PCV typu Tarkett Aquarelle lub równoważną o nie gorszych parametrach użytkowych i higienicznych.

Proponowana zmiana pozwoli na:

- ujednoczenie technologii wykonania okładzin ściennych,
- realizację prac przez jednego wykonawcę, co ograniczy ryzyko kolizji wykonawczych,
- zapewnienie jednoznacznej odpowiedzialności gwarancyjnej oraz uniknięcie potencjalnych sporów w zakresie usterek i ich usuwania.

Jednocześnie deklarujemy, iż proponowane rozwiązanie spełniać będzie wymagania w zakresie trwałości, higieny oraz odporności na użytkowanie w obiektach służby zdrowia.

Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia powyższego rozwiązania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonawca ma możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Pytanie nr 7

niejednoznaczne zapisy w PFU i SWZ

W związku z niejednoznacznymi zapisami PFU oraz SWZ zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zasad organizacji i udostępnienia placu budowy.

Czy Zamawiający przewiduje, że Wykonawca realizujący przedmiotowy zakres robót będzie miał udostępniony plac budowy wyłącznie dla swojego zakresu prac, tj. bez równoległej obecności innych wykonawców branżowych (np. robót elektrycznych, sanitarnych) ?

W naszej ocenie takie rozwiązanie pozwoli na:

1. uniknięcie kolizji międzybranżowych,
2. zapewnienie płynności realizacji robót,
3. ograniczenie ryzyka opóźnień wynikających z przestojów spowodowanych pracami innych wykonawców.

Prosimy o jednoznaczne określenie przyjętego modelu organizacji robót, w tym ewentualnej koordynacji międzybranżowej po stronie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonawca przedstawi harmonogram prac który umożliwi jak najmniej kolizyjny proces budowlany, jednak to Wykonawca będzie odpowiedzialny za skoordynowanie prac bezpośrednio na budowie. Zamawiający będzie pośrednikiem pomiędzy Wykonawcą, a innymi podwykonawcami Zamawiającego, w zakresie uzgodnień na etapie planowania.

Pytanie nr 8

Pyt. do PFU- organizacja prac

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z windy budowlanej oraz zsypu na gruz na potrzeby realizacji robót objętych zamówieniem ?

Prosimy o jednoznaczne określenie:

- dostępności windy i zasad jej użytkowania,
- dopuszczenia oraz warunków korzystania ze zsypu na gruz,
- ewentualnych ograniczeń lub harmonogramu korzystania z ww. rozwiązań.

Doprecyzowanie powyższego ma istotne znaczenie dla prawidłowej organizacji prac oraz kalkulacji oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zsyp na gruz nie jest do zainstalowania. Zakres użycia windy sprowadza się do chwilowego jej wyłączenia w wyjątkowych przypadkach, w celu przewozu materiałów lub usunięcia gruzu. Należy jednak przewidzieć ręczny transport.

Pytanie nr 9

Teletechnika (Okablowanie strukturalne, LAN, Wi-Fi)

Pytanie 1: Czy wykonanie instalacji teletechnicznych (okablowanie strukturalne LAN/Wi-Fi) zawierało się w zakresie "prac modernizacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych", które Zamawiający zlecił wcześniej innemu wykonawcy? Jeśli nie, to czy zaprojektowanie i wykonanie tej instalacji leży po stronie obecnego Wykonawcy ?

Pytanie 2: W przypadku, gdy instalacja teletechniczna jest w zakresie obecnego postępowania, jakie są wytyczne Zamawiającego co do ilości i rodzaju punktów logicznych (np. gniazd RJ45) w pokojach chorych, pokoju lekarskim, czy punkcie pielęgniarskim ?

Pytanie 3: PFU wspomina o konieczności przeprowadzenia prób końcowych instalacji teletechnicznych. Kto jest odpowiedzialny za dostarczenie protokołów z tych prób – wykonawca robót elektrycznych/teletechnicznych z poprzedniego etapu , czy Wykonawca wyłoniony w obecnym postępowaniu w ramach koordynacji całości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres zadań opisany w punktach 1. 2. i 3., nie jest objęty niniejszym przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 10

Systemy informacji o pacjencie (System przyzywowy / SOS)

Pytanie 1: Projektowany oddział składa się m.in. z pokoi chorych, sanitariatów oraz pokoju nadzoru. Kto jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu przyzywowego (przywoławczego) dla pacjentów ? Czy okablowanie i montaż urządzeń końcowych (lampki nad drzwiami, manipulatory przy łózkach, pociągacze w WC) ujęto we wcześniej zleconych robotach elektrycznych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejszy zakres nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie 2: Jeśli system przyzywowy jest w zakresie obecnego Wykonawcy, to z jakim nadrzędnym systemem funkcjonującym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu musi być on kompatybilny ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejszy zakres nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie nr 11

Kontrola dostępu (KD) i domofony

Pytanie 1: PFU opisuje wymogi dla stolarki drzwiowej (np. drzwi Porta CPL, drzwi i ścianki aluminiowe ppoż. EI60, bezklasowe). Czy którekolwiek z tych przejść (np. drzwi wejściowe na oddział, gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarstwa) mają zostać wyposażone w elementy Systemu Kontroli Dostępu (czytniki kart, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktrony) ?

Pytanie 2: Jeśli wymagana jest Kontrola Dostępu, czy dostosowanie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych pod przepusty kablowe i elektrozaczepy leży po stronie Wykonawcy stolarki ? Z jakiego systemu KD obecnie korzysta Szpital ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejszy zakres nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie nr 12

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP / SAP)

Pytanie 1: PFU wymaga demontażu istniejących sufitów podwieszanych i wykonania nowych (modułowych oraz monolitycznych z płyt G-K). Taka zmiana kubatury i układu pomieszczeń wymaga demontażu oraz relokacji istniejących czujek pożarowych. Czy projekt i fizyczna przebudowa systemu SSP (w tym montaż i programowanie nowych czujek) leży po stronie obecnego Wykonawcy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejszy zakres nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie 2: Czy wytyczne ppoż. wymagają montażu w przestrzeni międzystropowej (nad nowymi sufitami G-K) dodatkowych czujek pożarowych? Jeśli tak, kto jest odpowiedzialny za ich wpięcie do szpitalnej centrali pożarowej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejszy zakres nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie nr 13

Kolizje z innymi branżami i robotami już wykonanymi (Styk branż)

W jaki sposób Zamawiający zdefiniował granice odpowiedzialności gwarancyjnej? Jak obecny Wykonawca ma przejąć odpowiedzialność za estetykę ścian i posadzek, pod którymi znajdują się ulegające zakryciu instalacje wykonane i odebrane uprzednio przez inny podmiot ? Co w przypadku ewentualnych wycieków z instalacji wod-kan lub awarii instalacji gazów medycznych zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę, które zniszczą nowo położone okładziny lub sufity Wykonawcy obecnego ?

Po odbiorze instalacji i próbach szczelności odpowiedzialność przechodzi na podmiot który wykonywał zakres prac zakrywających instalacje, chyba że usterka będzie ewidentnie wskazywać na inny podmiot

PFU narzuca konieczność obudowy jednostek klimatyzacji przy użyciu suchej zabudowy. Co w sytuacji, gdy trasy wcześniej poprowadzonych i odebranych już instalacji elektrycznych lub gazów medycznych znajdą się w bezpośredniej kolizji przestrzennej z gabarytami nowo projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych, których dokładny dobór będzie znany dopiero na etapie projektu wykonawczego ? Kto poniesie koszty ewentualnej relokacji cudzych instalacji ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przewidział obowiązkową wizję lokalną, w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W zakresie instalacji nadsufitowych wszystkie niezbędne dane są dziś dostępne – żadne przestrzenie ponad sufitem podwieszonym nie są dziś zakryte. W ofercie należy przewidzieć wszystkie koszty, o których pisze oferent.

Pytanie nr 14

Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat doboru urządzeń klimatyzacji wewnętrznej.

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania jednostek kasetonowych o wysokości większej niż 22cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ze względu na ograniczenia w obniżeniu sufitu Zamawiający nie zgadza się na zastosowanie jednostek wyższych niż 22 cm

2. Czy instalacja skroplin pochodzących od jednostek klimatyzacji może zostać podłączona do kanalizacji w pomieszczeniach sanitariatów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

3. Po czyjej stronie będzie podłączenie zasilania jednostek klimatyzacji. Czy elektrycy będą się tym zajmować.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Podłączenie zasilania leży w zakresie prac elektrycznych, jednak podłączenie sterowania po stronie Wykonawcy.

4. Czy stolarka aluminiowa na korytarzu ma zachować podobny układ jak podziału szkła i otworów drzwiowych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

5. Czy Wykonawca musi usunąć stare przewody C.O znajdujące się w posadkach zgodnie z zapisem o usunięciu starych nie działających instalacji ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje usunięcia wszystkich nie działających instalacji.

Pytanie nr 15

1. Jakie będzie docelowe przeznaczenie modernizowanego piętra ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przedstawił zakres funkcjonalny pomieszczeń.

2. Proszę o wskazanie z jakiego materiału oraz w jakiej technologii wykonany jest strop/ dach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W trakcie obowiązkowej wizji lokalnej Oferenci mogli zapoznać się technologią strop/dach - udostępniony był fragment odkrytego sufitu.

3. Proszę o wskazanie na czym mają zostać posadowione centrale wentylacyjne na dachu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Procedura „zaprojektuj – wybuduj” zakłada, że po stronie wykonawcy leży dobranie właściwego posadowienia dla urządzeń, które zamierza umieścić na dachu, w oparciu o ich szczegółowe parametry.

4. Branża elektryczna jest poza zakresem zadania. Proszę podać zakres robót elektrycznych wykonanych oraz tych do wykonania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejszy zakres nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem

5. Czy zakresie branży elektrycznej, który jest poza zakresem opracowania przewiduje zasilanie do urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Podłączenie zasilania leży w zakresie prac elektrycznych, jednak podłączenie sterowania po stronie Wykonawcy.

6. Czy branża elektryczna, który jest poza zakresem opracowania obejmują system ppoż.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

7. Kto podczas realizacji zadania ponosi odpowiedzialność za koordynację branż wyjętych z zadania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

8. Czy instalacja wentylacji mechanicznej jest w zakresie zadania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Instalacja mechaniczna nie podlega niniejszemu zamówieniu.

Czy przewidziane w koncepcji centrale wentylacyjne, które są w zakresie Wykonawcy mają być w wykonaniu higienicznym czy standardowym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Instalacja mechaniczna nie podlega niniejszemu zamówieniu

10. Czy przewidziane grzejniki mają być w wykonaniu higienicznym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiając potwierdza.

Pytanie nr 16

1. Proszę o podanie wysokości sufitów oraz wskazanie pomieszczeń, w których sufit podlega demontażu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia jest formuła „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że w zakresie niezbędnej, minimalnej wysokości pomieszczeń, projektant wykonawcy ma zaprojektować pomieszczenia zgodne z obowiązującymi przepisami. Do demontażu są wszystkie sufity w ciągach komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie stare sufity mają konstrukcję drewnianą.

2. Proszę o uzupełnienie rysunku stanu obecnego oraz wskazanie miejsc przeznaczonych do wyburzeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający udostępnia rysunek stanu obecnego.

3. Proszę o wskazanie czym zabudowany jest punkt pielęgniarstwa pom. 7.12 wychodzący na korytarz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W tej samej technologii co pozostałe pomieszczenia.

4. Jakie będzie docelowe przeznaczenie modernizowanego piętra ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przedstawił zakres funkcjonalny pomieszczeń.

5. Proszę o wskazanie z jakiego materiału oraz w jakiej technologii wykonany jest strop/ dach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Zamawiający zorganizował obowiązkową wizję lokalną, podczas której umożliwił dostęp do każdego elementu, który dotyczy przedmiotu zamówienia. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, dach wykonany jest w technologii płyt żelbetowych. W trakcie trwania procesu projektowania, należy też dokonać niezbędnych odkrywek.

6. Proszę o wskazanie na czym mają zostać posadowione centrale wentylacyjne na dachu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Procedura „zaprojektuj – wybuduj” zakłada, że po stronie wykonawcy leży dobranie właściwego posadowienia dla urządzeń, które zamierza umieścić na dachu, w oparciu o ich szczegółowe parametry.

7. Branża elektryczna jest poza zakresem zadania. Proszę podać zakres robót elektrycznych wykonanych oraz tych do wykonania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy.

8. Czy zakresie branży elektrycznej, który jest poza zakresem opracowania przewiduje zasilanie do urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedz na to pytanie została już udzielona.

9. Czy branża elektryczna, który jest poza zakresem opracowania obejmują system ppoż.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

10. Kto podczas realizacji zadania ponosi odpowiedzialność za koordynację branż wyjętych z zadania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedz na to pytanie została już udzielona.

11. Czy instalacja wentylacji mechanicznej jest w zakresie zadania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Instalacja mechaniczna nie podlega niniejszemu zamówieniu.

12. Czy przewidziane w koncepcji centrale wentylacyjne, które są w zakresie Wykonawcy mają być w wykonaniu higienicznym czy standardowym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Instalacja mechaniczna nie podlega niniejszemu zamówieniu.

13. Czy przewidziane grzejniki mają być w wykonaniu higienicznym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (1) nr 2026-4-07 z dnia 2026-04-07.

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty nie uwzględniającej odpowiedzi Zamawiającego wraz z załączonym do udzielonych odpowiedzi rzutem 7 piętra (pdf) poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

*Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa*