



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2026-04-20

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów medycznych, odczynników laboratoryjnych ujęte w 5 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2026-24-D-P-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opisane elektrody neutralne w opakowaniu po 100 szt.?

Odpowiedź: Tak, należy odpowiednio przeliczyć ilości

Pytanie 2

poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk 4 mm o dł. 4,5m?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

poz. 11

1/5

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk 5 mm o dł. 4,5m?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk męski USA 8 mm o dł. 4,5m?

Odpowiedź: Tak

Zestaw 2

Pytanie 1

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nóż prosty standard płaski dł. części pracującej min. 25 mm w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę półpętłę, przedłużoną, prostą, długość 133mm, trzonek \varnothing 4mm, wymiar pętli 20mm x 15mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji zamiast żagielka roz. 15x25 mm, dł. 115 mm?

Odpowiedź: Tak

Zestaw 3

Pytanie 1

Dotyczy zadania 3, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego 80 różnokolorowych sterylnych fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw 4

Pytanie 1

Zadanie nr 5 – Akcesoria do elektrochirurgii

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, powierzchnia aktywna 110 cm², wymiary 176 x 122 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, pokryte hydrożelem, z systemem eliminującym zjawisko koncentracji prądu wysokiej częstotliwości w jednym punkcie elektrody, nie zawierające lateksu, opakowanie 50 szt.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt do elektrod 4 mm, szeroki, 2 przyciski, wtyk 3-bolcowy, z kablem o długości minimum 4m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 200 cykli sterylizacyjnych w temp. od 134 stopni C?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Punkt 4.2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lancet prosty o długości części pracującej 120mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4

Punkt 4.3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania półpętłę średnica 15mm, o długości roboczej 120 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę laparoskopową hak szeroki, dł. 360mm, średnica 5mm, końcówka pracująca 3 x 6,5mm, z ceramiczną izolacją końcówki, wielorazowa do sterylizacji?

Odpowiedź: Nie

Zestaw 5**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 3 zamiast „Zestaw do przechowywania, kolekcjonowania i odzyskiwania szczepów w laboratorium zawierający 64 różnokolorowych sterylnych fiolek zawierających 25 koralików o mikroporowatej strukturze, do których przylegają drobnoustroje oraz hipertoniczny roztwór gwarantujący długoterminową przeżywalność mikroorganizmów również tych o wysokich wymaganiach odżywczych” zestawu składającego się z 80 różnokolorowych sterylnych fiolek, każda zawierająca 25 koralików o mikroporowatej strukturze, do których przylegają drobnoustroje oraz hipertoniczny roztwór gwarantujący długoterminową przeżywalność mikroorganizmów również tych o wysokich wymaganiach odżywczych i jednocześnie nie będącego wyrobem medycznym i mającego 23% stawkę podatku VAT?

Odpowiedź: Tak

Zestaw 6

Pytanie 1

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę jednorazowego użytku wykonaną z papieru celulozowego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkę jednorazowego użytku wykonaną z masy papierowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Zestaw 7

Pytanie 1

Dotyczy: Zadanie nr 1 Wymazówki, ezy, pojemniki 2 lata 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, w zakresie poz. 1-13 zadanie nr 1, o dopuszczenie możliwości oferowania produktów w minimalnych opakowaniach producenta, przy jednoczesnym przeliczeniu ilości jednostek z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania zbiorczego, tak aby łączna ilość asortymentu nie była mniejsza niż wymagana w

formularzu cenowym. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dystrybutor nie może ingerować w opakowania producenta. Żaden produkt wskazany w wymienionych pakietach nie jest oferowany ani sprzedawany na sztuki przez żadnego producenta ani dystrybutora.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Czy Zamawiający w poz. 8 zadanie nr 1 dopuszcza pojemnik na mocz z podziałką, polem do opisu i zakrętką, wykonany z polipropylenu, poj.150 ml, sterylny, pakowany indywidualnie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający w poz. 9 zadanie nr 1 dopuszcza pojemnik na mocz z podziałką, polem do opisu i zakrętką, wykonany z polipropylenu, poj.150 ml, niesterylny?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Dotyczy: Zadanie nr 3 Podłoża, inhibitory 2 lata 1. Czy Zamawiający, wyrazi zgodę w pozycji nr 3 na zaoferowanie zestawu do przechowywania z 80 różnokolorowymi sterylnymi fiolkami?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający