



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2026-04-20

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów medycznych, odczynników laboratoryjnych ujęte w 5 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2026-24-D-P-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 8

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści probówka typu Falcone, stożkowa, PP 50ml (o wymiarach 30x115mm), stojąca, skalowana z podziałką co 5 ml, z czerwoną nakrętką, stojąca, jałowa, indywidualnie pakowana?

Odpowiedź: Tak

System PRZETARG

1/2

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści: Pojemnik na kał z łopatką i zakrętką, wykonany z polipropylenu, pojemność 30 ml, niesterylne, skompletowane fabrycznie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści: Patyczek do wymazów z drewna lub tworzywa sztucznego z wacikiem bawełnianym dł. min. 150 mm, sterylne, pakowany indywidualnie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści: Patyczek do wymazów z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym dł. min. 147 mm, sterylne, pakowany indywidualnie?

Odpowiedź: Nie

Zamawiający