



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2026-04-21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów medycznych, odczynników laboratoryjnych ujęte w 5 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2026-24-D-P-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 9

Pytanie 1

Pytanie do Zadania nr 5 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dla dorosłych i dla dzieci od 5 kg wagi, dzielone symetrycznie na dwie równe części, powierzchnia przewodzenia 105 cm², wymiary 163,5 X 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazny dla skóry, bez kabla, z przyłączem na kabel monopolarny, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Kompatybilna z urządzeniami różnych producentów w tym Valleylab Force EZ - 8, Force 300 i Force Traid ?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Pytanie do Zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do elektrod 4 mm, szeroki, 2 przyciski, wtyk 3-bolcowy, z kablem o długości 4,0 m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 400 cykli sterylizacyjnych w temperaturze 134 stopni?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Pytanie do Zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do elektrod 4 mm, szeroki, 2 przyciski, wtyk 3-bolcowy, z kablem o długości 5,0 m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 100 cykli sterylizacyjnych w temperaturze 134 stopni?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Pytanie do Zadania nr 5 poz. 4

Czy zamawiający dopuści półpętłe śr 10 - 25 mm , dł 120 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Pytanie do Zadania nr 5 poz. 4

Czy zamawiający dopuści pętłe śr 5-10 mm , dł 120 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Pytanie do Zadania nr 5 poz. 8

Czy zamawiający dopuści elektrodę laparoskopowa szpatuła, dł. 330 mm, średnica 5 mm, końcówka pracująca 3 x 6,5 mm, z ceramiczną izolacją końcówki, wielorazowa do sterylizacji parowej w temperaturze 134 st. C.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 7

Pytanie do Zadania nr 5 poz. 9

Czy zamawiający dopuści elektrodę laparoskopową hak cienki, dł. 330 mm, średnica 5 mm, końcówka pracująca "L" , z ceramiczną izolacją końcówki, wielorazowa do sterylizacji parowej w temperaturze 134 st. C.?

Odpowiedź: Nie

Zamawiający