

**Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy materiałów medycznych ujętych w 13 zadaniach asortymentowych..

Numer referencyjny: NZ-26-2026-32-D-P-E

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**ZESTAW NR 1**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 6 - Zestaw do drenażu przezskórnego zawierających w składzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc, długość cewnika 15 cm lub 25 cm, średnica 6.0 Fr, 8.0 Fr, 10.0 Fr lub 12 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 14G do 19G (w zależności od średnicy cewnika), plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Poliuretan gwarantującego gładką powierzchnię z możliwością przebywania w organizmie pacjenta

do 3 mcy. Końcówka pigtaila posiada wzmocnienie widoczne w rtg.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 10 - Cewnik do dializ dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawie z: strzykawką 5 ml, igłą do wkłuwania z zaworem bocznym typu Y rozm. 18G, /7 cm z systemem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez zdejmowania strzykawki, prowadnicą z Nitinolu z znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,035 wyposażona w kółko z tworzywa, umożliwiającą przesuwanie prowadnika, rozszerzacz naczyniowy, koreczki, skalpel;

Poz. 1 12F lub 14Fx dł. 15 cm (do wyboru);

Poz. 2 12F lub 14Fx dł. 20 cm (do wyboru);

Poz. 1 12F lub 14Fx dł. 24 cm (do wyboru)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **ZESTAW NR 2**

### **Pytanie 1**

#### **ZADANIE NR 12: OKULARY DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW, POZ. 1**

Czy Zamawiający dopuści Okularki do fototerapii noworodków w formie jednoczęściowego paska, który optymalnie można dopasować, łącząc go z tyłu główki pacjenta i dodatkowo regulując położenie okularków na twarzy pacjenta przy pomocy drugiego punktu regulacji na czole nad oczami. Zakładka do mocowania z tyłu główki pacjenta zespolona jest z paskiem specjalną ultradźwiękową techniką, co sprawia, że nie ma na pasku zgrubień i twardych elementów i tym samym zminimalizowane jest ryzyko pojawienia się odcisków na główce pacjenta. Podkładka chroniąca oczy jest tak zaprojektowana, aby uniknąć nacisku i zapewnić maksymalną ochronę dla oczu.

1 op. zbiorcze = 20 szt.; w trzech rozmiarach. Niezawierającego lateksu i ftalanów. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem:

Pediatryczne (large) - ob. głowy 32-38cm (+/- 2cm), kolor czerwony

dla wcześniaków (medium) 26-32 cm (+/- 2cm), kolor zielony

mikro (small) 20-26cm (+/- 2cm); kolor niebieski

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## **ZESTAW NR 3**

### **Pytanie 1**

**Umowa sprzedaży:**

**Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 7 dni roboczych oraz 3 dni roboczych na dostawę „cito”. Magazyny wykonawcy znajdują się poza granicami

kraju, co rodzi dużą niepewność w zakresie terminowości dostaw.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## Pytanie 2

**Dotyczy § 4 wzoru umowy:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy przed jej odstąpieniem wynikającym z przyczyn podanych w tym paragrafie..

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## Pytanie 3

**Dotyczy § 7 ust. 1, 2 wzoru umowy:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o naliczanie kar od wartości netto **niezrealizowanej części** umowy.

Kara liczona od wartości całej umowy po dostarczeniu części zamówionej spowoduje ukaranie wykonawcy za już zrealizowane zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## Pytanie 4

**Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą zmianę zapisu na „(...) W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ~~120%~~ różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Pytanie 5

**Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od faktur z opisami produktów w języku polskim. Opisy produktów są systemowe i różnią się od nazw, jednakże na fakturze zawsze znajduje się nr katalogowy pozwalający na identyfikację produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## Pytanie 6

**Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie numeru telefonu z umowy. Zamówienia cito można składać mailowo.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę co do zamówień cito.**

## Pytanie 7

**Dotyczy §2 ust. 3 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania czujników temperatury

odczytywanych przy dostawie. Wykonawca gwarantuje, że oferowany towar transportowany jest w odpowiednich warunkach, zgodnych z wymaganiami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 8**

**Dotyczy §3 ust. 8 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o rozpatrywanie terminów związanych z reklamacjami w dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 9**

**Umowa dzierżawy:**

**Dotyczy § 1 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „bezpłatny” montaż w zamian za sformułowanie „w cenie dzierżawy.”

Uzasadnienie: Zamawiający nie powinien wymagać świadczenia nieodpłatnego, gdyż z PZP wynika, że zamówienie publiczne to odpłatna umowa tym samym odpowiednio świadczenie nieodpłatne jest niedopuszczalne, a wszystkie części oferty powinny zostać wycenione.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 10**

**Dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy dzierżawy:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na dostawę aparatu zastępczego powyżej czasu przewidzianego na naprawę.

**Odpowiedź: Nie dłużej niż 3 dni robocze.**

## **ZESTAW NR 4**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

Dla poz. 1 – średnica 13 FR długość 15 cm

Dla poz. 2 – średnica 13 FR długość 20 cm

Dla poz. 3 – średnica 13 FR długość 25 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

2. Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## **ZESTAW NR 5**

### **Pytanie 1**

#### **Do umowy:**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 2**

#### **Pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **ZESTAW NR 6**

### **Pytanie 1**

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Całkowita wartość dostaw w ramach niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż o 30% wartości określonej w § 1 ust. 3.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 2**

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostawy następować będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości zamówienia, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, a dostawa „cito” w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia. Termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu na podstawie § 8 ust. 3 pkt 1. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb.”

**Odpowiedź: Kwestia ta została uregulowana w pytaniu 1 zestaw nr 3.**

### **Pytanie 3**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej lub w formie dokumentowej odpowiedzi na reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od udzielenia odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest uzupełnić dostawę lub dostarczyć fakturę korygującą do Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 4**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 10 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 5**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego lub nie dostarczy brakującego towaru w terminie 10 dni od daty uznania reklamacji za zasadną.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 6**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego ze skutkiem, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego ze skutkiem, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez jego zgody, a także nie zawierania umów poręczenia za zapłatę należności przez Zamawiającego oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności należnych od Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zasady wraźania zgody na cesję określa ustawa o działalności leczniczej.**

**Pytanie 9**

Dotyczy wzoru umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„...Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 5%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 12**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia umowy przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 13**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3 p. 1

„Strony dopuszczają zmianę umowy w przypadku:

Nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, że zmiana w tym zakresie wymaga zgody obu stron, zatem okres przedłużenia także wymaga uzgodnienia.**

## **ZESTAW NR 7**

### **Zadanie 3 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uniwersalne w rozmiarach 2,5 oraz 4,0?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie 5 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z metalu z plastikową podstawą w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie 5 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osobno pakowanej łyżki oraz rękojeści?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Zadanie 5 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści źródło światła umieszczone w rękojeści?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Zadanie 5 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść metalową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie 5 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z metalu z plastikową podstawą w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie 5 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści długość 160 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie 7 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy wielorazowego użytku przeznaczony dla dorosłych do wentylacji osób o wadze powyżej 40kg, z workiem o objętości 1650 ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta (przy zastosowaniu dodatkowych złączek), ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 60 cm H<sub>2</sub>O z możliwością blokady, rezerwuuar tlenu w postaci worka o objętości 2000 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do poddawania tlenu o długości 2 m, w zestawie maska twarzowa z dobrze przylegającym mankietem w rozmiarze 5, obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem, powierzchnia worka posiada chropowatą, antypoślizgową strukturę zapewniającą pewny chwyt (bez konieczności używania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska), pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134st C (z wyłączeniem drenu oraz rezerwuuaru tlenowego)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie 7 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy wielorazowego użytku przeznaczony dla dzieci do wentylacji osób o wadze pomiędzy 10–40kg, z workiem o objętości 600 ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta (przy zastosowaniu dodatkowych złączek), ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 40 cm H<sub>2</sub>O z możliwością blokady, rezerwuuar tlenu w postaci worka o objętości 1600 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do poddawania tlenu o długości 2 m, w zestawie maska twarzowa z dobrze przylegającym mankietem w rozmiarze 2, obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem, powierzchnia worka posiada chropowatą, antypoślizgową strukturę zapewniającą pewny chwyt (bez konieczności używania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska), pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134st C (z wyłączeniem drenu oraz rezerwuuaru tlenowego)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie 7 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy wielorazowego użytku przeznaczony dla noworodków do wentylacji osób o wadze poniżej 10 kg, z workiem o objętości 280 ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta (przy zastosowaniu dodatkowych złączek), ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 40 cm H<sub>2</sub>O z możliwością blokady, rezerwuuar tlenu w postaci worka o objętości 1600 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do poddawania tlenu o długości 2 m, w zestawie maska twarzowa z dobrze przylegającym mankietem w rozmiarze 1, obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem, powierzchnia worka posiada chropowatą, antypoślizgową strukturę zapewniającą pewny chwyt (bez konieczności używania dodatkowego

zabezpieczenia w postaci paska), pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134st C (z wyłączeniem drenu oraz rezerwuaru tlenowego)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 12 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści okulary wykonane z weluru, pianki poliuretanowej i bawełny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający