

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy materiałów medycznych ujętych w 13 zadaniach asortymentowych..

Numer referencyjny: NZ-26-2026-32-D-P-E

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w pozycji 4 formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający miał na myśli układ noworodkowy o poniższych parametrach:

"Noworodkowy z komorą nawilżacza, podwójnie ogrzewany, uniwersalny

Rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m

- odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m

- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m

- dren ciśnieniowy dł. 1,5m

- zestaw adapterów

- porty do podaży i pomiaru NO

- komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie

- oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł.1,2

- 4 klipsy mocujące"

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli układ noworodkowy.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 12 formularza asortymentowo–cenowego Zamawiający miał na myśli czujnik tlenu do respiratora Fabian.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3.

W związku z tym, że czujnik tlenu jest elementem o wydłużonej trwałości użytkowej, prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji 12 formularza asortymentowo–cenowego nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie wymaganej ilości. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje dostawy 50 sztuk czy 5 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy 5 szt.

Zamawiający