

Poznań dnia: 2026-05-11

## Szpital Wojewódzki w Poznaniu

### Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

### WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej, kolumny anestezyjologicznej oraz zestawu 2 Holterów RR oraz centrali do odczytywania wyników w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu..

Numer referencyjny: SZW/DZP/31/2026

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1

Zamawiający w Zał. nr 2, Zad 1 - pompa do kontrapulsacji w punktach 40 i 41 opisał parametry urządzenia w trybie "standby".

Pompa do kontrapulsacji z natury nie jest urządzeniem pozostającym w trybie "standby".

Czy zamawiający w pkt 41 zgodzi się na odpowiedź "Tak/Nie" analogicznie jak zrobił to w pkt 40 ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie „tryb standby”**

odnosi się do stanu niskiego poboru energii urządzenia lub trybu gotowości operacyjnej pompy do kontrapulsacji, a nie do klasycznego rozumienia „standby” stosowanego w urządzeniach biurowych lub IT. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia parametru w pkt 41 w formie „TAK/NIE”, zgodnie z formularzem ofertowym.

## Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt 24 zadania nr 1 opisał wymóg: " Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe."

Pompa do kontrapulsacji - z racji wskazania klinicznego- nie przewiduje ingerencji w swoje działanie osób nie autoryzowanych. Dotyczy to zarówno okresu gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego.

Prosimy o wykreślenie pkt 24 lub o wyjaśnienie praktycznego wymiaru określenia "licencja".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że przez „licencje bezterminowe” rozumie wszelkie oprogramowanie i moduły funkcjonalne niezbędne do pełnej i nieograniczonej czasowo eksploatacji urządzenia w zakresie jego funkcjonalności klinicznej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych w okresie użytkowania urządzenia.**

**Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia funkcjonalności urządzenia po upływie okresu gwarancji ani konieczności odnawiania licencji warunkujących jego podstawowe działanie.**

**Powyższe wymaganie jest zgodne z zasadą DNSH w zakresie wydłużenia cyklu życia urządzenia oraz zapewnienia jego pełnej funkcjonalności bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat po okresie gwarancji.**

*Zamawiający  
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu  
dr hab. n. med.- prof. UZ  
Dawid Murawa*