

Poznań dnia: 2026-05-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup USG mobilnego, aparatu echokardiograficznego w wersji kompaktowej, aparatu echokardiograficznego w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Numer referencyjny: SZW/DZP/32/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy zał. Nr 1 – zadanie 1:

Pkt. 77 - Czy Zamawiający ma na myśli określenie poziomu recyklingu materiałów z jakich wytworzony jest sprzęt medyczny i którego wartość ma nie być mniejsza niż 70%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że pkt 77 odnosi się do odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpadów opakowaniowych i transportowych, które powinny zostać przeznaczone do recyklingu na poziomie minimum 70% masy odpadów.

Pytanie nr 2 - dotyczy zał. Nr 1 – zadanie 1:

Pkt. 87 - Czy Zamawiający uzna za wystarczający dokument wystawiony przez producenta sprzętu deklarujący obniżenie emisji CO2 do roku 2030 o 42% osiągając w efekcie końcowym w 2050 roku emisję na poziomie 0%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż pytanie prawdopodobnie dotyczy pkt 80 OPZ dotyczącego deklaracji środowiskowej produktu (EPD) lub dokumentu równoważnego.

Zamawiający dopuści dokument wystawiony przez producenta potwierdzający realizację polityki ograniczania emisji CO₂, pod warunkiem że dokument ten będzie odnosił się do oferowanego wyrobu lub procesu jego wytworzenia oraz będzie potwierdzał działania środowiskowe zgodne z wymaganiami DNSH i polityką klimatyczną UE.

Pytanie nr 3 - dotyczy zał. Nr 2 – zadanie 1:

Dot. Pkt 7 – Czy Zamawiający dopuści mobilne USG wyposażone w płaską konsolę z wystającymi pokrętłami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wymagania określone w pkt 7 OPZ pozostają bez zmian. Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia wyposażonego w płaską konsolę z wystającymi pokrętłami zgodnie z zapisami OPZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy zał. Nr 2 – zadanie 1:

Dot. Pkt. 48 – Czy Zamawiający dopuści mobilne USG z głowicą sektorową elektroniczną jednorzędową wieloczęstotliwościową do badań kardiologicznych:

- Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie pracy 1,8 – 4,0 MHz

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowanie mobilnego aparatu USG z głowicą sektorową elektroniczną jednorzędową wieloczęstotliwościową do badań kardiologicznych o zakresie pracy 1,8–4,0 MHz, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 5 - dotyczy zał. Nr 2 – zadanie 1:

Dot. Pkt. 58 – Czy Zamawiający dopuści mobilne USG bez możliwość rozbudowy o obrazowanie z głowic wewnątrzsercowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 - dotyczy zał. Nr 2 – zadanie 1:

Dot. Pkt. 59 – Czy Zamawiający dopuści mobilne USG bez możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującą przedział 4-6 MHz i regulację płaszczyzny skanowania w zakresie 0-180°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowanie aparatu bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 7 - dotyczy zał. Nr 2 – zadanie 1:

Dot. Pkt. 65 – Czy Zamawiający dopuści mobilne USG bez możliwość rozbudowy o oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż pytanie zawiera niezgodność numeracji parametrów OPZ. Prosimy o doprecyzowanie, którego punktu OPZ dotyczy pytanie.

*Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa*