

Poznań dnia: 2026-05-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej, kolumny anestezyjologicznej oraz zestawu 2 Holterów RR oraz centrali do odczytywania wyników w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu..

Numer referencyjny: SZW/DZP/31/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami dokonując **modyfikacji** SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego / Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy) – zadanie nr 1 „Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej”:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu metody pomiarowej osłuchowej (Korotkowa), która jest typowa tylko dla jednego producenta i ze względu na zastosowaną technologię jest bardzo wrażliwa na zakłócenia i wymaga od pacjenta spełnienia rygorystycznych warunków w trakcie przeprowadzania pomiaru (konieczność unieruchomienia kończyny, mikrofon w mankiecie musi być umieszczony

bezpośrednio nad tętnicą, ograniczenia jakichkolwiek artefaktów zewnętrznych mogących być uznanymi za dodatkowe oscylacje, tony), których niespełnienie powoduje, że pomiar jest realizowany typową metodą oscylometryczną w warunkach codziennej aktywności pacjenta Ponadto metoda osłuchowa Korotkowa w holterach ciśnieniowych wymaga stosowania bardzo drogiej mankiety z wbudowanymi mikrofonami, które są 3-5 krotnie droższe (ok. 940 zł mankieta + 700 dren z mikrofonem) od mankiety stosowanych w tradycyjnych holterach ciśnieniowych (250-300). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania holtera ciśnieniowego z pomiarem metodą oscylometryczną, bez metody osłuchowej Korotkowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz udzielone wcześniej odpowiedzi. Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w metodę pomiarową osłuchową (Korotkowa), uznając ją za rozwiązanie spełniające potrzeby użytkownika.

Pytanie nr 2

Zamawiający w Załączniku nr 2, w Zadaniu nr 1, w pozycji 20 opisał „Drukarka Sharp MX-B427W [...]”

Uprzejmie prosimy o wykreślenie pozycji z zadania, ze względu na brak możliwości przedstawienia poświadczeń DNSH oraz pozostałych dokumentów formalnych sprzętu nie oferowanego przez producenta Teleflex Inc.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dokonuje wykreślenia pozycji nr 20 dotyczącej drukarki Sharp MX-B427W z Załącznika nr 2 do SWZ / Opisu przedmiotu zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 266682-2026 z dnia 20/04/2026

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą Formularza asortymentowo - cenowego / Opisu Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 1 sprzed modyfikacji z dnia 15.05.2026 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa