

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych,

ul. Piłsudskiego 63,

34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy materiałów medycznych, staplerów i odczynników laboratoryjnych ujęte w 3 zadaniach.

Numer referencyjny: NZ-26-2026-45-D-P-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Dotyczy SWZ pakiet nr 3:

Pytanie 1

Dotyczy formularza cenowego zadanie nr 3 wymagania pod pakietem pkt 5 - Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia wraz z każdą serią certyfikatu kontroli jakości i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji. Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Dotyczy formularza cenowego zadanie nr 3 wymagania pod pakietem pkt 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty kryteria interpretacji MIC w języku angielskim i udostępnienie strony internetowej gdzie taki dokument również jest dostępny w przypadku jego aktualizacji?.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Dotyczy formularza cenowego zadanie nr 3 wymagania pod pakietem pkt 6 oraz par 3 pkt 3 umowy - Czy Zamawiający ujednocili wymóg minimalnego terminu ważności i zgodzi się termin ważności określony w umowie tj. min 6 mcy?

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności dla wszystkich pasków na 12 minimum określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Zadanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby paski gradientowe pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak

Pytania do Umowy:

Pytanie 6

§ 1 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia do wglądu lub samodzielnego pobrania w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www. lub dostarczenia w formie

pisemnej (Zad. 3) przy pierwszej dostawie instrukcji do odczynników i kart charakterystyki odczynników"? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, a także mając na uwadze politykę firmy dot. ochrony środowiska, Wykonawca umożliwi obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd, możliwość wydruku w dowolnym momencie jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

§ 2 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Numer telefonu do kontaktu ze strony Wykonawcy wyznaczony całodobowo w przypadkach pilnych zamówień „cito”:..... lub adres e-mail:"?

Uzasadnienie: Wykonawca nie pracuje całodobowo, a ponadto nie ma infolinii do przyjmowania zamówień. Zamówienia mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8

§ 5 ust. 9 - Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wykreślenie postanowienia umownego z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące KSeFu oraz brzmienie § 6 ust. 8 w myśl, którego „W okresie obowiązywania obligatoryjnego KSeF wyłącza się możliwość: dostarczania faktur w formie papierowej, przesyłania faktur pocztą elektroniczną, wystawiania faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w przypadku awarii systemu KSeF lub innych ustawowych odstępstw".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9

§ 7 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku:

1) zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy o co najmniej 3 dni robocze lub

2) zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad ponad termin określony w § 3 ust. 4 umowy przekraczającego 2 dni robocze

Zamawiający ma prawo bez konieczności zawiadomienia Wykonawcy zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50 % różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zestaw 2

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych zakrzywionych, z regulacją docisku tkanki w zakresie 1-2,5 mm, w rozmiarach: 21, 24, 26, 29, 32 i 34 mm, wysokość zszywki 4,5 – 5,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający