

Poznań dnia: 2026-05-25

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu****Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej, kolumny anestezyjologicznej oraz zestawu 2 Holterów RR oraz centrali do odczytywania wyników w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu..

Numer referencyjny: SZW/DZP/31/2026

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Kolumna anestezyjologiczna szt. 1**Pytanie nr 1**

dot. pkt 12 Czy ze względu na wielkość pomieszczenia i usytuowania innych urządzeń Zamawiający dopuszcza kolumnę o zasięgu ramion 1465 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowanie kolumny o zasięgu ramion 1465 mm pod warunkiem zachowania funkcjonalności stanowiska pracy oraz możliwości bezkolizyjnej współpracy z pozostałym wyposażeniem sali.**

**Pytanie nr 2**

dot. pkt16 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę oudźwigu 230 kg ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowanie kolumny o udźwigu 230 kg pod warunkiem pełnej kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do znieczulania GE Carestation 750c wraz z monitorem B155M oraz zachowania bezpiecznej eksploatacji całego zestawu.**

**Pytanie nr 3**

dot. pkt 17 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której ścianki głowicy zbudowane są z paneli o wysokości 125mm , które wypełniają wszystkie ściany głowicy ? Takie rozwiązanie pozwala na późniejszą aranżację rozlokowania gniazd gazowych i elektrycznych na ścianach głowicy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu pod warunkiem zachowania łatwości dezynfekcji oraz odporności na środki dezynfekcyjne.**

**Pytanie nr 4**

dot. pkt 19 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, której głowica wyposażona jest w wbudowane -nie wystające poza obrys głowicy listwy-szyny zasilające na każdym z 4 narożników głowicy

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza prowadnice/listwy niewystające poza obrys głowicy pod warunkiem zachowania możliwości montażu wyposażenia na każdej z 4 stron głowicy.**

**Pytanie nr 5**

dot. pkt 21 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę bez możliwości wyboru koloru prowadnic ? Kolory są ustalone przez producenta .

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

dot. pkt 22 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, która wyposażona jest w 8 szt punktów ekwipotencjalnych zgrupowanych w jednym panelu a nie przy każdym gniazdku? Oraz w punkty poborów gazu innego renomowanego producenta współpracującego z producentem kolumn i całość kolumny posiada niezbędne certyfikaty ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 8 punktów ekwipotencjalnych zgrupowanych panelowo pod warunkiem spełnienia wymagań bezpieczeństwa.**

**Zamawiający dopuszcza punkty poboru gazów medycznych innego producenta kompatybilne z oferowaną kolumną i posiadające wymagane certyfikaty.**

**Pytanie nr 7**

dot. pkt 23 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której schowek na nadmiar kabli jest w postaci schowka o wysokości 125mm wbudowanego w ścianę głowicy a klapka schowka zlicowana jest ze ścianą głowicy Schowek posiada własne gniazdo zasilania Schowek posiada mniejsza niż wymaganą pojemność i posiada tylko 1 gniazdo zasilania. Liczba proponowanych schowków min 3

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu pod warunkiem zapewnienia funkcji uporządkowania przewodów i rur gazowych oraz wyposażenia schowka w co najmniej jedno gniazdo zasilające.**

**Pytanie nr 8**

dot. pkt 28 Czy Zamawiający dopuszcza gniazda elektryczne umiejscowione równolegle w stosunku do osi głowicy ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający dopuszcza kolumnę w której istnieje możliwość rozlokowania i aranżacji gniazd zasilających na każdej z 4 ścian głowicy ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

dot. pkt 33,34 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w dwa zorientowane pionowo wpinane w szyny zasilające uchwyty z przyciskami membranowymi do serowania ruchami kolumny i windą do podnoszenia aparatu do znieczulenia? Istnieje możliwość przekładania tych uchwytów na każdą z 4 ścian głowicy i każde przełożenie gwarantuje zasilanie tych uchwytów Pzmiana wysokości montażu uchwytów odbywa się ze skokiem co 2cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 11

dot. pkt 35,36 Czy Zamawiający dla minimalizacji kosztów zrezygnuje z tego dodatkowego wyposażenia, które jest duplikacją uchwytów sterujących, które są już na wyposażeniu kolumny

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne zapewniające sterowanie wszystkimi funkcjami kolumny z poziomu uchwytów sterujących bez konieczności stosowania dodatkowego pilota przewodowego.**

#### Pytanie nr 12

dot. pkt 38 Czy Zamawiający dopuszcza szynę akcesoryjną o dł. 30cm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 13

dot. pkt 40 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z drążkiem na płyny infuzyjne dł. min 1000mm z montowanym na jego końcu uchwytem na kroplówki z 4 hakami ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 14

dot. pkt 41, 42 Czy Zamawiający dopuszcza wysięgnik do mocowania drążka na kroplówki o długości 2x20cm i nośności 18 kg bez kanałów? na kable ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wysięgnik o zasięgu min. 2 × 20 cm i nośności min. 18 kg. Zamawiający odstępuje od wymogu wewnętrznych kanałów kablowych pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego prowadzenia przewodów.**

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ przesunięciu z dnia 25.05.2026 r. na dzień 28.05.2026 r. Miejsce i godziny otwarcia składania ofert pozostają bez zmian.

*Zamawiający  
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu  
dr hab. n. med.- prof. UZ  
Dawid Murawa*