

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,

ul. Piłsudskiego 61,

34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy sprzętu medycznego ujęte w trzech zadaniach asortymentowych

Numer referencyjny: NZ-26-2026-46-D-ZO-AC

WYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, udostępnia poniżej treść zapytań do Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "IWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonywania przeglądów, w przypadku potwierdzenie przez producent braku konieczności rutynowego serwisowania ani kalibracji urządzenia (pakiet nr 1)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem otrzymania pisemnej zgody producenta potwierdzającej, że urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenowej nie wymaga corocznych przeglądów ani kalibracji .

Zamawiający